



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a La Licitación Pública Internacional Electrónica
No. CompraNet LA-012NBG003-E155 -2019 Para la Adquisición de Sustancias Químicas
para el ejercicio 2019

En la Ciudad de México siendo las 8:00 horas del 21 de Mayo de 2019 en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2º piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y 45 y 46 del Reglamento de la Ley, (en adelante Reglamento), así como del numeral de la sección III "Forma y Términos de los Actos del Procedimiento" de la convocatoria a la licitación -----

Este acto fue presidido por el Lic. Nicolás González Bustos, Subdirector de Recursos Materiales, servidor público designado por la convocante Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto (8:00 hrs del 20 de Mayo de 2019), tomándose como hora de recepción de las solicitudes, las que registre el mencionado sistema al momento de su envío. -----

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes de las áreas requirentes, la Dra. Magdalena Cerón Rodríguez, Subdirectora de Asistencia Médica, la Dra. Briceida Lopez Martínez Subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnostico, el Dr. Rodrigo Moreno Salgado Jefe del Departamento de Genética, y la Bióloga Idalia Pérez Torres Adscrita al Departamento de Genética, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del área contratante del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, Dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. -----

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. de PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	17	17
2	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNÓSTICO, S.A. DE C.V	10	10
3	TECROM, S.A. DE C.V.	15	3

Se adjunta pantalla de CompraNet:

Procedimiento: 953714 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2010

Supuesto: 1000384 - Licitación Pública Internacional para la adquisición de sustancias químicas

Fecha y hora de apertura de propuestas: 20/05/2019 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Faltas Mensajes Unidad Compras / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Enviar de Mensajes Mensajes Aprobados

Evento	Fecha	Asunto	Fecha de Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1. ACCESOLAB S.A. DE C.V.	20/05/2019 04:33 PM	Interés de participar	21/05/2019 07:40 AM	21/05/2019 07:40 AM	
2. ACCESOLAB S.A. DE C.V.	20/05/2019 04:31 PM	Ampliación de Datos	21/05/2019 07:40 AM	21/05/2019 07:40 AM	
3. MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNÓSTICO S.A. DE C.V.	19/05/2019 02:18 PM	PREGUNTAS MCD	20/05/2019 07:45 AM	20/05/2019 07:45 AM	
4. TECROM S.A. DE C.V.	17/05/2019 11:47 PM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	20/05/2019 07:45 AM	20/05/2019 07:45 AM	
5. IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	17/05/2019 02:43 PM	ENVÍO PRECATORIO IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	20/05/2019 07:41 AM	20/05/2019 07:41 AM	

Página 1 de 1

Así mismo se hace constar que se recibieron en la plataforma Compranet fuera de tiempo señalado las preguntas del licitante ACCESOLAB, S.A. de C.V., por lo que se consideran extemporáneas en términos de lo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas

La Convocante realizó las siguientes Precisiones a la convocatoria:

Precisión 1.- Área-Requirente, Áreas técnicas (Evaluadores técnico), Áreas Usuarías

Se Incluye a el Departamento de Genética con el Listado de Áreas requirentes, evaluadores técnicos y áreas usuarias a cargo del Dr. Rodrigo Moreno Salgado.

Precisión 2.- Anexo Técnico

En relación a las partidas que presentan marca deberá hacerse caso omiso de las mismas y apearse a las descripciones solicitadas.

Acto seguido se procedió a enviar a las 8:00 horas las solicitudes de aclaración a la Convocatoria a la Licitación presentadas en tiempo y forma por los interesados así como las respuestas otorgadas por la convocante como se indica a continuación, así mismo con base en lo establecido en el artículo 46 fracción III primer párrafo, se publica la presente acta en el sistema Compranet, a fin de que los licitantes tengan conocimiento de las respuestas.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1.-	Anexo 7 SOLICITAN QUE LOS BIENES SERÁN PRODUCIDOS EN MÉXICO Y CONTARÁN CON UN PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, Y EN EL EXCLUSIVO CASO DE PRESENTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, Y DADO EL CARACTER DE LA LICITACION INTERNACIONAL FAVOR DE CONFIRMAR, QUE EN ESTE CASO TAL FORMATO NO APLICA SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	En el caso de los bienes de origen extranjero, el formato deberá presentarse con un 0% de grado de contenido nacional, sin ser este motivo de descalificación.
2.-	Anexo 8 SOLICITAN EN EL FORMATO % DE INTEGRACION NACIONAL. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, Y EN EL EXCLUSIVO CASO DE PRESENTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, Y DADO EL CARACTER DE LA LICITACION INTERNACIONAL, FAVOR DE CONFIRMAR, QUE EN ESTE CASO TAL FORMATO NO APLICA SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	El anexo 8 "Propuesta técnica", es obligatorio, en el caso de bienes de origen extranjero marcar la casilla con 0%, esto sin ser motivo de descalificación.



2019
EMILIANO ZAFRA

3.-	PAGINA 119. PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO, Punto 2 párrafo segundo: Solicitan en caso que los bienes no requieren de registro sanitario ,deberán presentar constancia oficial, expedida por la SSA, Pregunta: Entendemos que para aquellos productos considerados de bajo riesgo, podemos presentar la publicación del DOF vigente "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo, para efectos de obtención del registro sanitario y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieran registro sanitario" el cual es claro al establecer tal situación sin que se prevea la necesidad de obtener una confirmación por parte de Cofepris, pues de lo contrario se limitaría la libre concurrencia y se podría favorecer a quien hubiese realizado una consulta que no es obligatoria. Esto sin que se motivó de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Su apreciación es correcta, en el caso de los bienes de bajo riesgo, puede presentarse el listado de insumos de bajo riesgo del DOF, señalando en el mismo el código que se está ofertando.
4.-	PAGINA 121. PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO, PUNTO 8.- El licitante deberá entregar carta donde manifieste que la caducidad de los bienes será mínima de dieciocho meses, así mismo que garantice los bienes contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos exente de este renglón, y nos permita ofertar productos con caducidad menor a la mencionando en el registro sanitario, considerando las características propias del producto, entregando carta compromiso de canje sin costo alguno para el instituto. ¿Se acepta?	Se acepta con caducidad de 12 meses presentando carta compromiso de canje sin costo para el Instituto
5.-	PAGINA 121. PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO, PUNTO 9. "Manifiesto de Cumplimiento de Normas". Escrito libre de manifiesto de cumplimiento de "Normas Oficiales" firmado por la persona facultada legalmente para ello, en donde manifieste que cumplen con Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales que correspondan de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y	Su apreciación es correcta.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

	relacione las normas con su título y a que partida (bienes) corresponde y manifieste que los servicios ofertados cumplen con las normas solicitadas en el anexo técnico; vicios ocultos. Pregunta: Entendemos que se debe cumplir solo con las normas que le sean aplicables al producto a ofertar y además, en caso de ofertar bienes de importación, se podrá presentar copia del Certificado de Calidad ISO 13485 que acredite el cumplimiento con la Norma Internacional, expedido por un Organismo de Certificación acreditado internacionalmente como por ejemplo: TUV, BSI, DEKRA, SGS, precisamente por tratarse de una licitación internacional ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
6.-	PAGINA 124 MUESTRAS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES: Es requisito indispensable para el licitante participante sin excepción entregar muestra física (nueva y completa) de cada uno de los bienes (códigos) de acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico, debiendo relacionarlas, mediante formato para entrega de muestra (Anexo No. 25). Pregunta: Solicitamos a la amable convocante su anuencia para quedar exentos de la entrega de muestra física, esto derivado a que los productos a ofertar han sido probados y evaluados por el parte técnica del Hospital y presentar únicamente el catálogo del equipo a ofertar, ¿Se acepta?	Las muestras son de carácter obligatorio únicamente para las partidas 13023288 y 13020354
7.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 203 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE BNP, POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: La presentación de pieza se refiere a kit con 25 pruebas, ¿es correcta nuestra apreciación?	Se acepta pero es en relación al no. de piezas solicitadas (unidades)
8.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 204 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE DIMERO D POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza.	Se acepta



2019
ADMINISTRACIÓN
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

	Pregunta: Solicitamos a la amable convocante permita ofertar panel Cardíaco, que incluye la determinación de las pruebas CK-MB masa, Troponina I y Mioglobina. ¿ Se acepta?	
9.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 204 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE DIMERO D POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Pregunta: La presentación de Pjeza refiere a kit con 25. pruebas, ¿es correcta nuestra apreciación?	Se acepta pero es en relación al no. de piezas solicitadas (unidades)
10.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 205.- PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE MIOGLOBINA POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante permita ofertar panel Cardíaco, que incluye la determinación de las pruebas CK-MB masa, Troponina I y Mioglobina.	Se acepta
11.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 205 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION MIOGLOBINA POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Pregunta: La presentación de Pieza refiere a kit con 25 pruebas, ¿ es correcta nuestra apreciación?	Se acepta pero es en relación al no. de piezas solicitadas (unidades)
12.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 206.- PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE TROPONINA I POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante permita ofertar panel Cardíaco, que incluye la determinación de las pruebas CK-MB masa, Troponina I y Mioglobina, ¿Se acepta?	Se acepta



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

13-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 206 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION TROPONINA I POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Pregunta: La presentación de Pieza refiere a kit con 25 pruebas ¿es correcta nuestra apreciación?	Se acepta pero es en relación al no. de piezas solicitadas (unidades)
14.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 203 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE BNP, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de BNP por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿Se acepta?	Se acepta
15.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 204 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE DIMERO D, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de Dimero D por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿Se acepta?	Se acepta
16.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 205 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE MIOGLOBINA, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a lá amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de Mioglobina por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿ Se acepta?	Se acepta
17.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 206 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE TROPONINA I, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de Troponina I por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿Se acepta?	Se acepta

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
año del centenario de la Revolución Mexicana
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federicó Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNÓSTICO, S.A DE C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Inciso e) DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICA. Solicitan: <u>A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir todos los códigos que oferte y las normas oficiales que corresponda a cada uno de los bienes ofertados, así como de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Sobre Metrología y Normalización, debiendo anexar dicha carta a la documentación que envíe junto con su propuesta técnica a través de la plataforma de CompraNet</u> Para dar cumplimiento a este punto en correcto entender que dentro de este escrito debemos poner por cada código la norma que le corresponde ya sea, REGISTRO SANITARIO, DOF, ISO 13485, ISO:9000, TÜV, CE, FDA, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, y/o JIS etc, esto es correcto?	Para dar cumplimiento a este punto se debe colocar cada partida con la norma que cumple del listado que aparece en la página 119, y a falta de estas podrá incluir las normas internacionales que correspondan.
2	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 1 Solicitan: "ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE", documento "Bajo Protesta de Decir Verdad", firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello según modelo de Anexo No. 4 de la Sección VIII de la Licitación. EVALUACIÓN: Dicho formato deberá estar acompañado de: Acta constitutiva y sus anexos: estatutos, reformas y todas las modificaciones Poder notarial Solicitamos a la convocante nos permita presentar acta constitutiva y ultima modificación ya que nuestra representada cuenta con varias modificaciones y eso hará que sea un archivo muy pesado, esto se acepta?	Es obligatorio presentar acta constitutiva y todas sus modificaciones, estatutos y reformas.
3	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 2 Convenio de Participación Conjunta En el caso de mi representada no participe en convenio, es necesario integrar un escrito donde se mencione: "QUE NO PARTICIPAMOS EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA", esto es correcto?	Su apreciación es correcta

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas

4	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES Página 51 Solicitan: Carta en escrito libre en la que la empresa licitante física o moral, manifieste si son fabricantes y/o distribuidores y/o comercializadores, según corresponda a los códigos ofertados; en papel membretado de la empresa, indicando el número del presente procedimiento y deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. Consideramos que este escrito esta repetido en esta misma página, ya que una vez que termina lo solicitado en el Anexo 19 vuelven a mencionar la carta arriba mencionada, es correcto entender que la carta donde mencionemos si somos fabricantes y/o distribuidores y/o comercializadores solo se debe integrar una sola vez?	Su apreciación es correcta
5	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES Página 51 Solicitan: "Carta de manifestación en la que su representada se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT" Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII Solicitamos a la convocante nos confirme si el Anexo 20 es el que se debe de usar para elaborar este está carta favor de confirmar.	Su apreciación es correcta, puede presentarse adicionalmente el formato 32-D emitido por el SAT con opinión positiva.
6	SECCIÓN VIII ANEXO 1 LISTA DE VERIFICACION PARA REVISAR PROPOSICIONES Documento 4 - Solicitan: Anexar documento de entrega de las muestras.- Escanear el documento que contenga el sello de recepción del Almacén. Se recuerda que la entrega de muestras será a partir del día hábil siguiente a la junta de aclaraciones y hasta un día hábil previo a la fecha de apertura de proposiciones, conforme a las indicaciones señaladas en el Anexo Técnico - Anexar documento de entrega de las muestras.- Escanear el documento que contenga el sello de recepción del Almacén del Hospital.	Puede presentarse aunque no es obligatorio.



2019
MEXICO
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

	En el caso de que mi representada no licite las partidas en las cuales solicitan muestra, debemos integrar un escrito donde se indique que los código que cotizamos no solicitan muestras, esto es correcto?	
7	SECCIÓN VIII ANEXO 1 LISTA DE VERIFICACION PARA REVISAR PROPOSICIONES Documento 4 Solicitan: PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO (DE LOS CODIGOS EN LOS QUE SE SOLICITA ESTE REQUISITO. Solicitamos por favor nos confirme la convocante si este documento se refiere a la CARTA DE APOYO que solicitan en el Anexo 24 TECNICO numeral 11, favor de confirmar.	Su apreciación es correcta
8	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 2 Solicitan: Adjunto a cada hoja del formato Anexo No. 8 el licitante deberá entregar copia fotostática del anverso y reverso del registro sanitario con la descripción y autorización, expedido por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta. en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del cuadro básico, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico. En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo. Solicitamos a la convocante permita presentar DOF para aquellos códigos que no requieran registro sanitario marcando en este el código que ampara, esto se acepta? En caso de ser positiva su repuesta solicitamos nos permita integrar la portada del DOF así como únicamente la página donde se relacione el código, esto se acepta?	Se acepta su solicitud
9	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 9 Solicitan: "Manifiesto de Cumplimiento de Normas". Escrito libre de manifiesto de cumplimiento de "Normas Oficiales" firmado por la persona facultada legalmente para ello, en donde manifieste que cumplen con Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales que correspondan de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y relacione las normas con su título y a qué partida (bienes) corresponde y manifieste que los servicios ofertados cumplen con las normas solicitadas en el anexo técnico; en caso	Ver respuesta de pregunta 1

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
AÑO DEL CULTIVO Y NUESTRO
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas

	de no indicar la norma solicitada en el anexo técnico por parte de la convocante, favor de señalar las normas que cumplen los servicios ofertados por el licitante. (obligatorio) Para dar cumplimiento a este punto en correcto entender que dentro de este escrito debemos poner por cada código la norma que le corresponde ya sea, REGISTRO SANITARIO, DOF, ISO 13485, ISO:9000, TÜV, CE, FDA, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, y/o JIS etc, esto es correcto?	
10	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 11 En caso de que el licitante sea distribuidor deberá presentar escrito original del fabricante, en el país de origen y apostillado, en papel membretado del fabricante, en el que manifieste el apoyo solidario al distribuidor y que respalda la proposición del distribuidor para la presente licitación y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación.... Solicitamos amablemente a la convocantes que esta carta sea sin el apostillado ya que nuestro fabricante se encuentra localizado en Europa y nos comenta que el trámite de apostillo se lleva varias semanas y no estaría lista para la fecha de presentación de propuestas y este requisito estaría limitando la participación a varios distribuidores cuyo fabricante se encuentre en el extranjero, sugerimos a la convocante que la carta se permita presentar apostillada en caso de tener adjudicación, esto se acepta?	Se acepta su solicitud

TECROM, S.A. DE C.V.		
No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	Respuesta
1	SECCION IX Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO Entendemos que solo las partidas que indican SI en la columna nombrada MUESTRA, son las únicas para las que es obligatorio presentar muestra física, es correcta nuestra apreciación?	Su apreciación es correcta
2	Partida 22 Código 13020330 CUCOP 25100037 Descripción HIDROXIDO DE AMONIO 500 grs, Se le solicita amablemente nos permitan ofertar el mismo producto en presentación de 500ml.	Se acepta su solicitud pero deberá cotizar de acuerdo a la cantidad establecida en el anexo técnico.
3	Partida 26 Codigo 13020363 CUCOP 25100037 FORMOL AL 40% GALON, Se le solicita amablemente nos permitan ofertar del 37 al 40%	Se acepta su solicitud



2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

4	Partida 93 Codigo 13021765 CUCOP 25100037 COLORANTE GIEMSA CON 1000 ML., Se solicita amablemente a la Convocante nos indique el uso que tendrá el presente renglón, lo anterior para poder ofertar material que cumpla 100% con su necesidad. • Giemsa, Solución Colorante concentrada según fórmula de Wolbach modificada. • Giemsa, Solución Madre colorante para Malaria (Plasmodium) según Barber & Komp. • Giemsa, Solución colorante para cromosomas según Gill • Giemsa, Solución colorante con Wright para Malaria (Plasmodium) según Umlas & Fallon. • Giemsa, Tipo Azure A, Colorante biológico • Giemsa, Equipo Listo para ser usado. consta de : Colorante y buffer	Preparación en tejido fijado en formol e incluido en parafina para solución colorante según formula wolbach, Giemsa alcohólico 500 ml.
5	Partida 95 Código 13021799 CUCOP 25100037 ENZIMA TAQ DNA POLYMERASE CON THERMOPOL BUFFER, Se solicita amablemente nos indique con cuantas unidades requieren este producto ofrecemos con 200, 500, 1000 o 5000U	1000 unidades
6	Partida 98 Codigo 13021866 CUCOP 25100037 NP-40 MARCA VYSIS VIAL CON 1000 MICROLITROS, Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el producto siguiente les es útil NP-40 (octylphenoxypolyethoxylethanol) grado Reactivo https://www.biobasic.com/np-148 en presentación de 100 o 500 ml	No es correcta su apreciación.
7	Partida 102 Codigo 13022092 CUCOP GLUTARALDEHÍDO AL 70% CAJA CON 10 AMPOLLETAS C/10 ML C/U MCA. ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES, se solicita nos permitan ofertar SOLUCION DE GLUTARALDEHIDO AL 50% Y EN FRASCO CON 100 ML	No se acepta, se requiere al 70% caja con 10 ampolletas
8	Partida 109 Código: 13022459 CUCOP: 25100037 CARBONATO DE LITIO DE 500 GRS.	Se acepta su solicitud pero deberá cotizar de acuerdo a la

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
AÑO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas

	Se solicita nos permita ofertar 2 Fcos de 250 gr total entregáramos 500 gr	cantidad establecida en el anexo técnico
9	Partida 110 código: 13022462 CUCOP 25100037 GELATINA SIMPLE DE 1 KILO Se solicita nos permita ofertar 2 Fcos de 500 gr total entregáramos 1 KG	Se acepta su solicitud pero deberá cotizar de acuerdo a la cantidad establecida en el anexo técnico
10	Partida 151 Código 13025776 CUCOP 251000037 ROJO NUCLEAR RAPIDO, Se solicita por favor nos indiquen de que capacidad lo requieren	Frasco 100gr 200 gr
11	Partida 157 Código 13025988 CUCOP 25100037 PEROXIDO DE HIDROGENO 500ML, Se solicita amablemente a la Convocante nos indiquen en que porcentaje es requerido éste producto	Se acepta al 30 %
12	Partida 162 Código 13026175 CUCOP 25100037 PHOSPHATE BUFFERED SALINE, pH 7.4 POLVO PARA PREPARAR BUFFER DE FOSFATOS. CAJA CON 10 SOBRES, Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar PAQUETE PARA PREPARAR 1L DE BUFFER 10X PBS https://www.biobasic.com/pbs-phosphate-buffered-saline-powdered	Se acepta Se acepta su solicitud pero deberá cotizar de acuerdo a la cantidad establecida en el anexo técnico
13	Partida 163 Código 13026418 CUCOP 25100037 ACTIN MUSCLE SPECIFIC 0.5ml, Se solicita poder ofertar ACTINA MUSCULO DE CONEJI, 1 MG MARCA BIO BASIC, https://www.biobasic.com/actin	No se acepta se requiere de acuerdo a la especificación
14	Partida 101 código: 13022074 CUCOP 25100037 SULFATO DE ZINC KILO Se solicita nos permita ofertar 2 Fcos de 500 gr total entregáramos 1 KG	Se acepta su solicitud pero deberá cotizar de acuerdo a la cantidad establecida en el anexo técnico
15	SECCION IX Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO Entendemos que en las partidas que indican MARCA, se está proporcionando solo como referencia pero podemos cotizar marcas de características similares o superiores?	Ver la precisión No.2 de esta acta:

Se informa a los licitantes que con fundamento en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, se otorga un plazo de 6 horas que inicia a partir de las 8:00 y concluye a las 14:00 para formular y remitir por Compranet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las repuestas emitidas, mismas a las que se dará contestación, por lo que se solicita la asistencia de los funcionarios públicos que participan en el presente acto a la hora indicada en esta misma sede.

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
comutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
ALFONSO DURÁN
EMILIANO ZAPATA

Se reanuda la presente Acta a las 14:00 hrs del mismo día que dio inicio la presente junta se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con el acto de junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, por lo que una vez vencido el plazo para la recepción de las preguntas que hubieren considerado necesarias en relación con las respuestas remitidas se comunica lo siguiente. -----

No se recibieron preguntas en relación con las respuestas remitidas. Se adjunta copia de pantalla de Compranet -----

Procedimiento: 953714 - LICITA: X

Compranet

SHCP

Procedimiento: 953714 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2019

Supuesto: 953714 - Licitación Pública Internacional para la adquisición de sustancias químicas

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/05/2019 10:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Monitoreo de Compras / Licitación

Verificar Mensaje | Mensajes Enviados | Mensajes de Respuesta | Mensajes Adjuntos

Resolución	Fecha	Asunto	Fecha de la Consulta	Fecha de Consulta en el VC	Resolución
1. ADOCSOFARM, S.A. DE C.V.	28/05/2019 04:31 PM	Anejo 3 listado de productos	21/05/2019 02:43 AM	21/05/2019 02:43 AM	
2. ADOCSOFARM, S.A. DE C.V.	28/05/2019 04:31 PM	Anejo 2 Adición de Cuentas	21/05/2019 02:43 AM	21/05/2019 02:43 AM	
3. HCO SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	18/05/2019 03:16 PM	PREGUNTAS MCO	20/05/2019 02:43 AM	20/05/2019 02:43 AM	
4. TEODORA SA DE CV	17/05/2019 11:40 PM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	20/05/2019 02:43 AM	20/05/2019 02:43 AM	
5. ILI DIAGNOSTICOS SA DE CV	17/05/2019 02:23 PM	ENVOY PREGUNTAS A DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.	20/05/2019 02:43 AM	20/05/2019 02:43 AM	

Página 4 de 1

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se les recuerda el calendario de los eventos subsecuentes de esta Licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA Y HORA	LUGAR
Presentación y apertura de proposiciones	28 de Mayo de 2019 a las 10:00 horas	Se realizarán en la Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2° piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Emisión del fallo	10 de Junio de 2019, a las 14:00 horas	Se realizarán en la Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2° piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
comutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
AÑO DEL CENTENARIO DEL
EMILIANO ZAPATA



De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.gob.mx para efectos de su notificación. Así mismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, ubicado en el 2° piso del edificio Arturo Mundet, Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes invitados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.gob.mx, este procedimiento sustituye a la notificación personal -----

No existiendo más aclaraciones por parte de los Licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 14:30 del día 21 de Mayo de 2019-----

Esta Acta consta de 17 hojas, y se anexan 33 hojas con las preguntas entregadas por los licitantes, sus respuestas y las aclaraciones dadas a las respuestas de la convocante, firmado para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma en papel y/o versión electrónica al correo institucional, a través del oficio correspondiente.

POR EL HOPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Nicolás González Bustos	Subdirector de Recursos Materiales recursomateriales@himfg.edu.mx	
L.C Juan Antonio Gama Gomez	Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas agama@himfg.edu.mx	





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas

C.D. Esp. Carlos Gonzalez Dorantes	Jefe del Departamento de Almacenes cgonzalez@himg.edu.mx	
Lic. Maria Fernanda Ortiz Vázquez	Adscrita al Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas mortiz@himfg.edu.mx	
Dra. Magdalena Cerón Rodriguez	Subdirectora de Asistencia Médica magyceron@yahoo.com	
Dr. Víctor Baltazar Olivar	Jefe del Departamento de Urgencias Vol63@hotmail.com	
Dra. Briceida López Martínez	Subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico blopez@himg.edu.mx	
Q.C. Israel Parra Ortega	Jefe del Departamento de Laboratorio Clínico iparra29@himfg.edu.mx	
Mtra. Araceli Saldivar Flores	Jefa del Departamento de Enfermería asaldivar@himfg.edu.mx	
Mtra. Lidia Portillo Muñoz	Adscrita al Departamento de Enfermería Lidia08_him@yahoo.com.mx	
Blga. Idalia Pérez Torres	Adscrita al Departamento de Genética Prinapessa_2006@yahoo.com.mx	
Dr. Carlos A. Serrano	Adscrito al Departamento de Patología crls.serrbe@gmail.com	

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México;
conmutador: (55) 5228-9917, ext. 9019 www.himfg.edu.mx



2019
Año del Centenario del Gobierno
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez

Instituto Nacional de Salud

Departamento de Compras Gubernamentales Farmaceuticas

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NO ASISTIO

-----FIN DEL ACTA-----

17



2019

EMILIANO ZAPATA

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	P R E G U N T A S (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	R E S P U E S T A S
1	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Inciso e) DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICA. Solicitan: <u>A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir todos los códigos que oferte y las normas oficiales que corresponda a cada uno de los bienes ofertados, así como de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Sobre Metrología y Normalización, debiendo anexar dicha carta a la documentación que envíe junto con su propuesta técnica a través de la plataforma de CompraNet</u> Para dar cumplimiento a este punto en correcto entender que dentro de este escrito debemos poner por cada código la norma que le corresponde ya sea, REGISTRO SANITARIO, DOF, ISO 13485, ISO:9000, TÜV, CE, FDA, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, y/o JIS etc, esto es correcto?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACIÓN)	RESPUESTAS
2	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 1 Solicitan: "ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE", documento "Bajo Protesta de Decir Verdad", firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello según modelo de Anexo No. 4 de la Sección VIII de la Licitación. EVALUACIÓN: Dicho formato deberá estar acompañado de: Acta constitutiva y sus anexos: estatutos, reformas y todas las modificaciones Poder notarial Solicitamos a la convocante nos permita presentar acta constitutiva y ultima modificación ya que nuestra representada cuenta con varias modificaciones y eso hará que sea un archivo muy pesado, esto se acepta?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

**Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	P R E G U N T A S (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	R E S P U E S T A S
3	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 2 Convenio de Participación Conjunta En el caso de mi representada no participe en convenio, es necesario integrar un escrito donde se mencione: "QUE NO PARTICIPAMOS EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA", esto es correcto?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

**Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
4	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES Página 51 Solicitan: Carta en escrito libre en la que la empresa licitante física o moral, manifieste si son fabricantes y/o distribuidores y/o comercializadores, según corresponda a los códigos ofertados; en papel membretado de la empresa, indicando el número del presente procedimiento y deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. Consideramos que este escrito esta repetido en esta misma página, ya que una vez que termina lo solicitado en el Anexo 19 vuelven a mencionar la carta arriba mencionada, es correcto entender que la carta donde mencionemos si somos fabricantes y/o distribuidores y/o comercializadores solo se debe integrar una sola vez?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa



Firma



ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
5	SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES Página 51 Solicitan: "Carta de manifestación en la que su representada se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT" Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII Solicitamos a la convocante nos confirme si el Anexo 20 es el que se debe de usar para elaborar este está carta favor de confirmar.	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma



**MCD Servicios Integrales
de Diagnósticos, S.A. de C.V.**

VASCO DE QUIROGA 3900 TORRE A PISO 10-B COL.SANTA FE CUAJIMALPA,
DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05348
Tel. (55) 16646490, 01 800 890 9046.
RFC: MSI 140825 NT4 contacto@mcddiagnosticos.mx

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**


NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
6	SECCIÓN VIII ANEXO 1 LISTA DE VERIFICACION PARA REVISAR PROPOSICIONES Documento 4 Solicitan: Anexar documento de entrega de las muestras.- Escanear el documento que contenga el sello de recepción del Almacén. Se recuerda que la entrega de muestras será a partir del día hábil siguiente a la fecha de apertura de proposiciones, conforme a las indicaciones señaladas en el Anexo Técnico Anexar documento de entrega de las muestras.- Escanear el documento que contenga el sello de recepción del Almacén del Hospital. En el caso de que mi representada no licite las partidas en las cuales solicitan muestra, debemos integrar un escrito donde se indique que los código que cotizamos no solicitan muestras, esto es correcto?	

Atentamente



Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa



Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
7	SECCIÓN VIII ANEXO 1 LISTA DE VERIFICACION PARA REVISAR PROPOSICIONES Documento 4 Solicitan: PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO (DE LOS CODIGOS EN LOS QUE SE SOLICITA ESTE REQUISITO). Solicitamos por favor nos confirme la convocante si este documento se refiere a la CARTA DE APOYO que solicitan en el Anexo 24 TECNICO numeral 11, favor de confirmar.	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
8	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 2 Solicitan: Adjunto a cada hoja del formato Anexo No. 8 el licitante deberá entregar copia fotostática del anverso y reverso del registro sanitario con la descripción y autorización, expedido por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta. en aquellos casos que el registro sanitario no sea claro para demostrar las especificaciones del cuadro básico, podrá acompañar los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico. En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo. Solicitamos a la convocante permita presentar DOF para aquellos códigos que no requieran registro sanitario marcando en este el código que ampara, esto se acepta? En caso de ser positiva su repuesta solicitamos nos permita integrar la portada del DOF así como únicamente la pagina donde se relacione el código, esto se acepta?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	P R E G U N T A S (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	R E S P U E S T A S
9	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 9 Solicitan: "Manifiesto de Cumplimiento de Normas". Escrito libre de manifiesto de cumplimiento de "Normas Oficiales" firmado por la persona facultada legalmente para ello, en donde manifieste que cumplen con Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales que correspondan de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y relacione las normas con su título y a que partida (bienes) corresponde y manifieste que los servicios ofertados cumplen con las normas solicitadas en el anexo técnico; en caso de no indicar la norma solicitada en el anexo técnico por parte de la convocante, favor de señalar las normas que cumplen los servicios ofertados por el licitante. (obligatorio) Para dar cumplimiento a este punto en correcto entender que dentro de este escrito debemos poner por cada código la norma que le corresponde ya sea, REGISTRO SANITARIO, DOF, ISO 13485, ISO:9000, TUV, CE, FDA, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, y/o JIS etc, esto es correcto?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E155-2019, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**


Nombre o Razón Social del Licitante: **MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
10	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 11 En caso de que el licitante sea distribuidor deberá presentar escrito original del fabricante, en el país de origen y apostillado, en papel membretado del fabricante, en el que manifieste el apoyo solidario al distribuidor y que respalda la proposición del distribuidor para la presente licitación y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación.... Solicitamos amablemente a la convocantes que esta carta sea sin el apostillado ya que nuestro fabricante se encuentra localizado en Europa y nos comenta que el trámite de apostillo se lleva varias semanas y no estaría lista para la fecha de presentación de propuestas y este requisito estaría limitando la participación a varios distribuidores cuyo fabricante se encuentre en el extranjero, sugerimos a la convocante que la carta se permita presentar apostillada en caso de tener adjudicación, esto se acepta?	

Atentamente

Marco Vinicio Hernández
Cárdenas

Cargo en la empresa



Firma



ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL EJERCICIO 2019**. Razón Social del Licitante: **IL Diagnostics, S.A. de C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1.-	Anexo 7 SOLICITAN QUE LOS BIENES SERÁN PRODUCIDOS EN MÉXICO Y CONTARÁN CON UN PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, Y EN EL EXCLUSIVO CASO DE PRESENTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, Y DADO EL CARACTER DE LA LICITACION INTERNACIONAL FAVOR DE CONFIRMAR, QUE EN ESTE CASO TAL FORMATO NO APLICA SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
--	---	---

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
2.-	Anexo 8 SOLICITAN EN EL FORMATO % DE INTEGRACION NACIONAL. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, Y EN EL EXCLUSIVO CASO DE PRESENTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, Y DADO EL CARACTER DE LA LICITACION INTERNACIONAL, FAVOR DE CONFIRMAR, QUE EN ESTE CASO TAL FORMATO NO APLICA SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
3.-	PAGINA 119. PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO, Punto 2 párrafo segundo: Solicitan en caso que los bienes no requieren de registro sanitario ,deberán presentar constancia oficial, expedida por la SSA, Pregunta: Entendemos que para aquellos productos considerados de bajo riesgo, podemos presentar la publicación del DOF vigente "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo, para efectos de obtención del registro sanitario y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieran registro sanitario" el cual es claro al establecer tal situación sin que se prevea la necesidad de obtener una confirmación por parte de Cofepris, pues de lo contrario se limitaría la libre concurrencia y se podría favorecer a quien hubiese realizado una consulta que no es obligatoria. Esto sin que se motivó de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush

Nombre del Representante
Legal

Representante Legal

Cargo en la empresa

Firma**La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento**

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presenté, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.


NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
4.-	PAGINA 121. PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO, PUNTO 8.- El licitante deberá entregar carta donde manifieste que la caducidad de los bienes será mínima de dieciocho meses, así mismo que garantice los bienes contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos exente de este renglón, y nos permita ofertar productos con caducidad menor a la mencionando en el registro sanitario, considerando las características propias del producto, entregando carta compromiso de canje sin costo alguno para el instituto. ¿ Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush

Nombre del Representante
Legal

Representante Legal

Cargo en la empresa

Firma**La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento**

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
5.-	PAGINA 121. PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO, PUNTO 9. "Manifiesto de Cumplimiento de Normas". Escrito libre de manifiesto de cumplimiento de "Normas Oficiales" firmado por la persona facultada legalmente para ello, en donde manifieste que cumplen con Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales que correspondan de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y relacione las normas con su título y a que partida (bienes) corresponde y manifieste que los servicios ofertados cumplen con las normas solicitadas en el anexo técnico; y vicios ocultos. Pregunta: Entendemos que se debe cumplir solo con las normas que le sean aplicables al producto a ofertar y además, en caso de ofertar bienes de importación, se podrá presentar copia del Certificado de Calidad ISO 13485 que acredite el cumplimiento con la Norma Internacional, expedido por un Organismo de Certificación acreditado internacionalmente como por ejemplo: TUV, BSI, DEKRA, SGS, precisamente por tratarse de una licitación internacional ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush

Nombre del Representante
Legal

Representante Legal

Cargo en la empresa



Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
6.-	PAGINA 124 MUESTRAS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES: Es requisito indispensable para el licitante participante <u>sin excepción</u> entregar muestra física (nueva y completa) de cada uno de los bienes (códigos) de acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico, debiendo relacionarlas, mediante formato para entrega de muestra (Anexo No. 25). Pregunta: Solicitamos a la amable convocante su anuencia para quedar exentos de la entrega de muestra física, esto derivado a que los productos a ofertar han sido probados y evaluados por el parte técnica del Hospital y presentar únicamente el catálogo del equipo a ofertar, ¿ Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush

Nombre del Representante
Legal

Representante Legal

Cargo en la empresa

Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
7.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 203 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE BNP, POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: La presentación de pieza se refiere a kit con 25 pruebas , ¿es correcta nuestra apreciación?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
8.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 204 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE DIMERO D POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante permita ofertar panel Cardiaco, que incluye la determinación de las pruebas CK-MB masa, Troponina I y Mioglobina. ¿ Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
--	---	---

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
9.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 204 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE DIMERO D POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Pregunta: La presentación de Pieza refiere a kit con 25 pruebas, ¿es correcta nuestra apreciación?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
---	--	---

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
10.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 205.- PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE MIOGLOBINA POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante permita ofertar panel Cardiaco, que incluye la determinación de las pruebas CK-MB masa, Troponina I y Mioglobina.	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
11-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 205 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION MIOGLOBINA POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Pregunta: La presentación de Pieza refiere a kit con 25 pruebas, ¿ es correcta nuestra apreciación?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
12.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 206.- PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE TROPONINA I POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Presentación Pieza. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante permita ofertar panel Cardíaco, que incluye la determinación de las pruebas CK-MB masa, Troponina I y Mioglobina, ¿Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
--	---	---

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
13-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 206 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION TROPONINA I POR INMUNOFLOURANÁLISIS, Pregunta: La presentación de Pieza refiere a kit con 25 pruebas ¿es correcta nuestra apreciación?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
14.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 203 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE BNP, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de BNP por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total.¿Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
--	---	---

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de des echamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
15.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 204 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE DIMERO D, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a lá amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de Dimero D por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
---	--	---

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de des echamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

PARA EL EJERCICIO 2019. Razón Social del Licitante: IL Diagnostics, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
16.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 205 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE MIOGLOBINA, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a lá amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de Mioglobina por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿ Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de des echamiento

ANEXO NO. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA


Ciudad de México, a 21 de Mayo de 2019.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.


Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL EJERCICIO 2019**. Razón Social del Licitante: **IL Diagnostics, S.A. de C.V.**

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
17.-	Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO 206 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE TROPONINA I, POR INMUNOFLOURANÁLISIS. Pregunta: Solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar prueba para determinación de Troponina I por Inmunofluorescencia, con tempo de incubación de 15 minutos en sangre total. ¿Se acepta?	

Atentamente

Xóchitl Carrillo Bush	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de des echamiento



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA
NO. GENERADO POR COMPRANET LA-012NBG003-E155-2019

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL EJERCICIO 2019

ANEXO 2
FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 17 de Mayo de 2019


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, **No. LA-012NBG03-E155-2019**
Para la adquisición de: Sustancias Químicas, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio para el ejercicio

Nombre o Razón Social del Licitante: TECROM, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	Respuesta
1	SECCION IX Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO Entendemos que solo las partidas que indican SI en la columna nombrada MUESTRA, son las únicas para las que es obligatorio presentar muestra física, es correcta nuestra apreciación?	
2	Partida 22 Código 13020330 CUCOP 25100037 Descripción HIDROXIDO DE AMONIO 500 grs, Se le solicita amablemente nos permitan ofertar el mismo producto en presentación de 500ml.	
3	Partida 26 Código 13020363 CUCOP 25100037 FORMOL AL 40% GALON, Se le solicita amablemente nos permitan ofertar del 37 al 40%	
4	Partida 93 Código 13021765 CUCOP 25100037 COLORANTE GIEMSA CON 1000 ML., Se solicita amablemente a la Convocante nos indique el uso que tendrá el presente renglón, lo anterior para poder ofertar material que cumpla 100% con su necesidad. • Giemsa, Solución Colorante concentrada según fórmula de Wolbach modificada. • Giemsa, Solución Madre colorante para Malaria (Plasmodium) según Barber & Komp. • Giemsa, Solución colorante para cromosomas según Gill	

TECROM, S.A. DE C.V.
R.F.C. TEC1604156KB
Calle Allori No. 26 Col. Snta. Ma. Nonoalco C.P. 01420
Ciudad de México Tel. (55) 5598-5917 (55) 3067-5150 (55) 1518-0161




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA
NO. GENERADO POR COMPRANET LA-012NBG003-E155-2019

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL EJERCICIO 2019

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	Respuesta
	- Giemsa, Solución colorante con Wright para Malaria (Plasmodium) según Umlas & Fallon. - Giemsa, Tipo Azure A, Colorante biológico - Giemsa, Equipo Listo para ser usado. consta de : Colorante y buffer	
5	Partida 95 Código 13021799 CUCOP 25100037 ENZIMA TAQ DNA POLYMERASE CON THERMOPOL BUFFER, Se solicita amablemente nos indique con cuantas unidades requieren este producto ofrecemos con 200, 500, 1000 o 5000U	
6	Partida 98 Código 13021866 CUCOP 25100037 NP-40 MARCA VYSIS VIAL CON 1000 MICROLITROS, Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el producto siguiente les es útil NP-40 (octylphenoxypolyethoxylethanol) grado Reactivo https://www.biobasic.com/np-148 en presentación de 100 o 500 ml	
7	Partida 102 Código 13022092 CUCOP GLUTARALDEHÍDO AL 70% CAJA CON 10 AMPOLLETAS C/10 ML C/U MCA. ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES, se solicita nos permitan ofertar SOLUCION DE GLUTARALDEHIDO AL 50% Y EN FRASCO CON 100 ML	
8	Partida 109 Código: 13022459 CUCOP: 25100037 CARBONATO DE LITIO DE 500 GRS. Se solicita nos permita ofertar 2 Fcos de 250 gr total entregaríamos 500 gr	
9	Partida 110 código: 13022462 CUCOP 25100037 GELATINA SIMPLE DE 1 KILO Se solicita nos permita ofertar 2 Fcos de 500 gr total entregaríamos 1 KG	
10	Partida 151 Código 13025776 CUCOP 251000037 ROJO NUCLEAR RAPIDO, Se solicita por favor nos indiquen de que capacidad lo requieren	
11	Partida 157 Código 13025988 CUCOP 25100037 PEROXIDO DE HIDROGENO 500ML, Se solicita amablemente a la Convocante nos indiquen en que porcentaje es requerido éste producto	
12	Partida 162 Código 13026175 CUCOP 25100037 PHOSPHATE BUFFERED SALINE, pH 7.4 POLVO PARA PREPARAR BUFFER DE FOSFATOS. CAJA CON 10 SOBRES, Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar PAQUETE PARA PREPARAR 1L DE BUFFER 10X PBS	

TECROM, S.A. DE C.V.
R.F.C. TEC1604156K8
Calle Allori No. 26 Col. Santa Ma. Nonoalco C.P. 01420
Ciudad de México Tel. (55) 5598-5917 (55) 3067-5150 (55) 1518-0161



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA
NO. GENERADO POR COMPRANET LA-012NBG003-E155-2019

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL EJERCICIO 2019

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	Respuesta
	https://www.biobasic.com/pbs-phosphate-buffered-saline-powdered	
13	Partida 163 Codigo 13026418 CUCOP 25100037 ACTIN MUSCLE SPECIFIC 0.5ml, Se solicita poder ofertar ACTINA MUSCULO DE CONEJI, 1 MG MARCA BIO BASIC, https://www.biobasic.com/actin	
14	Partida 101 código: 13022074 CUCOP 25100037 SULFATO DE ZINC KILO Se solicita nos permita ofertar 2 Fcos de 500 gr total entregariamos 1 KG	
15	SECCION IX Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO Entendemos que en las partidas que indican MARCA, se está proporcionando solo como referencia pero podemos cotizar marcas de características similares o superiores?	

Atentamente

Blanca Cristina Alvarez Carmona	Representante Legal	
_____ Nombre del representante legal	_____ Cargo en la empresa	_____ Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019.


Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E155-2019**, Para la adquisición de: **Sustancias Químicas**.

Nombre o Razón Social del Licitante: Accesorios para Laboratorios S.A. de C.V.


NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Partida 8 ¿aceptan presentación con glucosa al 4%	
2	Partida 12 ¿aceptan presentación de 1000G?	
3	Partida 18 ¿aceptan dodecahidrato?	
4	Partida 22 ¿aceptan presentación líquida?	
5	Partida 26 ¿aceptan presentación de 2.5L?	
6	Partida 56 ¿aceptan presentación en solido?	
7	Partida 64 ¿aceptan al 30%?	
8	Partida 110 ¿aceptan presentación de 500G?	
9	Partida 126 ¿aceptan el solución y estéril?	
10	Partida 127 ¿aceptan presentación en liquido?	
11	Partida 139 ¿aceptan presentación de 1L?	

12	Partida 144 ¿aceptan presentación de 500g?	
13	Partida 166 ¿aceptan presentación de 100G?	
14	Partida 169 ¿aceptan presentación de 10G?	
15	Página No. 3 NOTA Dice que serán enviadas a través del sistema CompraNet y ser firmadas por representante Legal. Debemos entender que toda la documentación incluyendo ofertas técnicas-económicas pueden ser firmadas por persona que no cuente con firma electrónica y/o digital pero si cuenta con las facultades suficientes por su poder notarial.	
16	Página No. 13. Solicitan que se anexe una carta con los códigos ofertados, mencionando las normas que corresponda. Requieren que se anexe también el documento de la norma, enumerando en este las partidas que ampara???? Favor de confirmar.	
17	Sección VI Página 51 dice: Carta en escrito libre donde se manifieste que se es distribuidor, fabricante o comercializadores. Misma página párrafo 3 solicitan lo mismo. Está duplicada esta carta??? Favor de aclarar.	
18	Sección VI Página No. 54 tercer párrafo. Solicitan carta del fabricante en que manifieste el cumplimiento de lo solicitado. En el documento que dice PRESENTACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PUNTO 11 PÁGINA 123 CUARTO PÁRRAFO Solicitan carta del fabricante que apoya y/o respalda. Este documento es independiente del solicitado en la SECCIÓN VI página 54 tercer párrafo???? Favor de aclarar.	



19	En el documento que dice PRESENTACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PUNTO 11 PÁGINA 123 quinto párrafo. Dice que se presente carta en original del fabricante APOSTILLADA. Solicito a la Convocante para no negar la libre participación, que esta carta sea únicamente en papel del fabricante y firmada por el representante legal si apostillar ya que este trámite dependiendo del país tarda en promedio de 10 a 20 días. Se acepta?	
20	Cuál será el tiempo de entrega y en que parte de las ofertas se anotará?	
21	Sección VI documento 4-A cuarto párrafo página 55 Dice que los licitantes deberán ofertar los vienes a precios fijos. Esta leyenda en enunciativa o de deberá manifestar en el ofertaeconómica. Favor de aclarar	

Atentamente

Elizabeth Gonzalez Delgado Nombre del Representante Legal	Representante Legal Cargo en la empresa	 Firma
---	---	--