

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 1

En la Ciudad de México, siendo las 08:30 horas del 04 de abril de 2018, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en el 2º Piso del Edificio Arturo Mundet del Hospital, en Dr. Márquez No. 162 Col. Doctores, C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley) y 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante su Reglamento) así como del numeral Sección III Inciso b "Forma y términos de los actos del procedimiento" de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Nicolás González Bustos, servidor público designado por la convocante **Hospital Infantil de México Federico Gómez**, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto fue asistido por los representantes de las áreas requirentes, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante, Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. de PREGUNTAS	No. de Hojas
1	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	36	9
2	PHARMACUR, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	2	1
3	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	25	7
4	SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	20	3
5	HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	14	4

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA CONVOCATORIA)	RESPUESTAS
KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
1	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 35 ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL CHICO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PROTECTOR PARA OJOS CHICO (MEDIDA: 2.9 X 11.4 CM) CAJA CON 50 PIEZAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico y se oferte de conformidad con la unidad de medida establecida en el mismo.
2	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 36 ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL MEDIANO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTECTOR PARA OJOS GRANDE, CON BROCHE DE VELCRO, PARA BEBÉS CON PESO SUPERIOR A LOS 1500 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico y se oferte de conformidad con la unidad de medida establecida en el mismo.
3	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 42 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 4.4 X 4.4 CM. CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, MEDIDAS 3.8 CMX 3.8CM, ESTÉRIL, DESECHABLE, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 4

4	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 43 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 10 X 25 CM. CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE MEDIDAS 10.2 X 20.3 CM, CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
5	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 44 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRILES, SUAJADO Y REFORZADO EN UN EXTREMO, CON CINTA DE TELA PARA PROVEER MAYOR ASEGURAMIENTO RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. MEDIDAS APÓSITO 5 X 5.7 CM. (DESCRIPCION COMPLETA EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA) CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE MEDIDAS 5.1 X 7 CM, CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
6	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 54 APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10 X10 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 5

7	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 72 APOSITO HIDROCOLOIDE CHICO DE 10 X 10 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
8	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 73 APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO QUE PROMUEVE UN MEDIO AMBIENTE HÚMEDO Y UN CONTROL ÓPTIMO DE EXUDADO DE 10 X 10 CM. CON 10 PIEZAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
9	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 74 APOSITO HIDROCOLOIDE GRANDE DE 15 X 15 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 15.24 X 15.24 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
10	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 118 BOTON DE MIC-KEY LOW NO. 16 DE BAJO PERFIL PARA GASTROSTOMIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL BOTÓN PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE BAJO PERFIL, ELABORADO DE SILICÓN, CON GLOBO DE RETENCIÓN INTERNA. CALIBRE 16FR. INCLUYE DOS EXTENSIONES DE ALIMENTACION, POR BOLOS Y CONTINUA; UNA JERINGAS PARA INSUFLAR EL GLOBO Y UNA PARA IRRIGACIÓN. DISPONIBLES EN LONGITUDES DE ESTOMA DESDE 0.8CM, HASTA 5CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA LONGITUD DEL ESOMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico y la longitud de estoma es de 1.0 – 1.5 – 2.0 cm.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

11	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 119 BOTON DE MIC-KEY NO. 14 DE BAJO PERFIL PARA GASTROSTOMIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL BOTÓN PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE BAJO PERFIL, ELABORADO DE SILICÓN, CON GLOBO DE RETENCIÓN INTERNA. CALIBRE 16FR. INCLUYE DOS EXTENSIONES DE ALIMENTACION, POR BOLOS Y CONTINUA; UNA JERINGAS PARA INSUFLAR EL GLOBO Y UNA PARA IRRIGACIÓN. DISPONIBLES EN LONGITUDES DE ESTOMA DESDE 0.8CM, HASTA 5CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA LONGITUD DEL ESTOMA.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
12	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 345 ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE KENDALL CAT: 1050 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR CAJA CON 100 SOBRES CON 3 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud de entregar caja con 100 sobres con 3 piezas, sin embargo deberá ofertar de acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico.
13	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 349 ENGRAPADORA PARA CIRUGÍA ENDOSCOPIA DE 5 MM. ETHICON PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERIMIR OFERTAR ENDOCLIP 5MM MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico
14	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 350 ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA PARA EL QPOSE UCL 35W MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

15	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 456 LAPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTO FINO RECUBIERTO DE TEFLON E-Z CLEAN PREGUNTA: SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAPIZ CON PUNTA RECUBIERTA DE SILICON ELASTOMERICO QUE ES FLEXIBLE, NO SE DESCARAPELA, PERMITE AL CIRUJANO USAR GRADUACIONES MAS BAJAS DE ENERGIA ,REDUCE LA DISPERSION TERMICA Y NO INTERFIERE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPERADO.2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS CANTIDADES DE PRODUCTO EN PIEZAS SOLICITADA ES MENSUAL O ES ANUAL.	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico, La cantidad solicitada es anual y la entrega será mensual de acuerdo con las necesidades del servicio
16	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 461 MALLA ABDOMINAL DE GORETEX DE 10CM X 15CM X 1.0MM BIOMATERIAL DUALMESH PREGUNTA: SE SOICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR MALLA MARCA PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE 15X10 QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,
17	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 527 PLACA CONDUCTORA PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE ADHERENTE PEDIÁTRICA PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS CANTIDADES DE PRODUCTO EN PIEZAS SOLICITADAS ES ENTREGA MENSUAL O ANUAL.	La cantidad solicitada es anual y la entrega será mensual de acuerdo con las necesidades del servicio



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

18

ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO

PARTIDA 230

CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 31 CM.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 31 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,

19

ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO

PARTIDA 231

CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 37 CM.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 1 COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM...DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico

20

ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO

PARTIDA 232

CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 1 COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM...DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico

CERTIFICACIÓN



SINACEAM

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.

Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 9

21	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 233 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 42 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 42 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,
22	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 234 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 47 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 47 CM.... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,
23	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 235 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 57 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 57 CM..... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

24	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 236 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 62 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 62 CM. DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,
25	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 238 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR., X 12 A 15 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 45 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR X 15 CM. DE LONGITUD CON EXTENSIONES CURVAS, DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 10 FR. AGUJA INTRODUTORA CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN ... YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 11

26	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 239 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL 8 FR. X 11 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 45 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL 8 FR. X 12 CM. DE LONGITUD, EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES , CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, , CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 8 FR. AGUJA INTRODUTORA CAL 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
----	---	---



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 12

27	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 240 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL 9 FR. X 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 60 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR. X 12 CM. DE LONGITUD, CON EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 8 FR. AGUJA INTRODUTORA CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
28	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 241 CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM CATH DE 10FR X 15 CMS DE LONG. PRE CURVADO CON PUNTA EN ESCOPETA DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR DE 10FR X 15 CMS DE LONG. CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,
29	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 253 CATETER TENCKOFFH DE 31 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER TENCKOFFH DE 31 CM CON DOS COJINETES DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico,



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

30	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 441 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 12FR X 20 CM. DE LONG, PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 11.5FR X 19.5 CM. DE LONG, CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
31	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 442 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 8FRX12 CM. DE LONG, PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 8FRX12 CM. DE LONG, CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN, YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico
32	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 443 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 13.5 X 20CM. DE LONG, PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 13.5 X 19.5 CM. DE LONG, PRE CURVADO CON PUNTA CONICA, DE LA MARCA COVIDIEN, YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

33	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 444 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 10FR X 12CM DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 10FR X 12CM DE LONG ,CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN , YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico
34	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 445 KIT DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL TIPO MAHURKAR NIAGARA SLIM CATH MEDIDA DE 12 FR. X 20 CM. DE LONGITUD PRECURVADO, CON PUNTA EN ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 11.5FR X 19.5 CM. DE LONG , CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
35	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 615 SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓN 100%, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 26 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Sonda foley de latex con recubrimiento de silicon de 26FR 30CC 2 vias, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
36	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 616 SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓN 100%, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 28 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA Sonda foley de latex con recubrimiento de silicon de 28FR 30CC 2 vias, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 15

PHARMACUR, S.A. DE C.V.		
1	Referente a criterio de adjudicación: Solicitamos amablemente a la convocante modificar el criterio de adjudicación por partida. Lo anterior con la finalidad de fomentar la sana participación e incrementar el número de ofertantes. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud. Considerando que se realizó el estudio de mercado correspondiente y que se publicó el proyecto de convocatoria con esta modalidad de adjudicación al cual no se recibió ningún comentario, y de conformidad con lo previsto con el artículo 39 Fracción II Inciso b) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es procedente la realización de esta licitación bajo la modalidad de adjudicación mencionada ya que existen al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento y entre otras cosas con ello se obtiene la garantía del abasto total de los productos de la licitación.
2	ANEXO No 24 Anexo Técnico. Para Los renglones 98 , 99 , 117 y 382 solicitan marca Terumo. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar insumos que cumplen el al 100% las características de los renglones enunciados pero otra marca. ¿ Se acepta como opción?	La marca es solo sugerida, se acepta para evaluación siempre que cumpla con lo descrito en el anexo técnico
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.		
1	SECCION VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES FAVOR DE CONFIRMAR QUE TODOS LOS ESCRITOS Y ANEXOS DEBERÁN DE DIRIGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: Hospital Infantil de México Federico Gómez Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas Presente.	Es correcta su apreciación



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

2	ANEXO 11 CONSTANCIA DE LA INSTITUCION BANCARIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE DICHO ANEXO SOLO DEBE PRESENTARSE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	Es correcta su apreciación
3	SECCION II OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICAN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR SOLO UN ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO TAMBIÉN A LO SOLICITADO EN LA SECCION IX NUMERAL 10	Se acepta su solicitud
4	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR R.S, LITERATURA MÉDICA, FOTO DEL EMPAQUE PRIMARIO Y MUESTRAS POR FAMILIA.	Se acepta su solicitud siempre que identifiquen claramente partidas o códigos que incluye y su ubicación en el cuerpo del documento
5	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO, MUESTRAS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE 1 SOLA PIEZA DE MUESTRAS POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS.	No se acepta, deberá presentar el número de muestras solicitado en el anexo técnico
6	SECCION III FORMA Y TERMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ARCHIVO QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE SERÁ ÚNICAMENTE EL ANEXO DEL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS, TANTO EN EL PARÁMETRO TÉCNICO COMO EN EL ECONÓMICO.	Es correcta su apreciación
7	SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, REEMBOLSO DE FACTURAS EN EL CASO DE NO REALIZAR LAS ENTREGAS. PÁGINA 32. SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EL DESABASTO SE ORIGINE POR CAUSAS PROPIAS DEL FABRICANTE DEL BIEN Y AJENAS A MI REPRESENTADA, NO SEA PROCEDENTE DICHO REEMBOLSO, EN EL ENTENDIDO QUE MI REPRESENTADA ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE DICHO DESABASTO.	Se acepta siempre que se acredite documentalmente con carta del fabricante

CERTIFICACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.
www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

8	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO, PUNTO 3 Y 4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LITERATURA MÉDICA Y COPIA DEL EMPAQUE PRIMARIO POR FAMILIA	Se acepta siempre que se indique claramente los códigos que abarca y se identifique perfectamente el lugar dentro de cada documento en que se hace referencia a las partidas ofertadas
9	ANEXO NO. 9 OFERTA ECONÓMICA DE LA ENVIADA ELECTRONICAMENTE, PÁGINA 79. SOLICITO A LA CONVOCANTE INDIQUE A MI REPRESENTADA SI ES CORRECTO COLOCAR LA "CANTIDAD MÁXIMA" DEL ANEXO 24, EN LA COLUMNA "CANTIDAD TOTAL DE BIENES"	Es correcta su apreciación
10	ANEXO NO. 9 OFERTA ECONÓMICA DE LA ENVIADA ELECTRONICAMENTE, PÁGINA 83. SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA LA MANERA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, TODA VEZ QUE EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA PÁGINA 83 SE INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO Y EN LA PÁGINA 84 "INSTRUCTIVO DE LLENADO" EN EL APARTADO "NOTA" INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS CÓDIGOS A OFERTAR, DE NO SER ASÍ SERÁ RECHAZADA.	Deberá ser a renglón seguido
11	ANEXO 25 RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS. PÁGINA 495. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA ENTREGAR EL PRESENTE FORMATO A RENGLÓN SEGUIDO.	No se acepta su solicitud
12	SECCIÓN IX: ANEXO NO. 24 ANEXO TÉCNICO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, PARA EL EJERCICIO 2018, TODAS LAS PARTIDAS. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA PRESENTAR EL IPP Y/O FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES A OFERTAR COMO LITERATURA MÉDICA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.	Se acepta siempre que se incluyan imágenes, medidas y/o especificaciones requeridas en el anexo técnico.
13	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III DE LA LAASSP SE ACLARE EN EL CONTRATO RESPECTIVO QUE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO TENDRÁ EL PRESUPUESTO APROBADO DISPONIBLE PARA REALIZAR EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR. ADEMÁS SE SEÑALE EXPRESAMENTE QUE SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO EL DESVÍO, RETENCIÓN Y OMISIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSP.	La carátula del contrato contiene los datos relativos a la autorización del presupuesto y no es posible realizar ninguna modificación al modelo de contrato

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

14	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIV DE LA LAASSP SE ESTIPULE EN EL CONTRATO LA FORMA EN QUE SERÁ EXIGIBLE EL PAGO DEL SERVICIO EN CASO DE FALTA DE PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. ARTÍCULO 45. EL CONTRATO O PEDIDO CONTENDRÁ, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE: XIV. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO.	En la cláusula undécima se establecen los plazos y condiciones de pago
15	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA; PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO, PÁRRAFO 3, PÁGINAS 89 Y 90. TODA VEZ QUE CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP LA FECHA DE PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS "NO PODRÁ EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA". SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO QUE EL PROVEEDOR NO ESTARÁ OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN SUBSIGUIENTES EN CASO DE FALTA DE PAGO DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN ANTERIORES IMPUTABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	No se acepta su solicitud
16	SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO ORIGEN DE LOS RECURSOS, PÁGINAS 10 Y 11. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA POR CUESTIONES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL DE CUALQUIER TIPO NO REALICE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y FACTURADOS EN TIEMPO Y FORMA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 45 FRACCIÓN III DE LA LAASSP	No es una solicitud de aclaración, no cumple con los requisitos establecidos en el 6º. Párrafo del art, 45 del Reglamento de la LAASSP
17	SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO ORIGEN DE LOS RECURSOS, PÁGINA 11. EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EXISTE UN PRESUPUESTO PREVIAMENTE APROBADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSP, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA DEJE DE REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA NO OBSTANTE QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE PRESTANDO EL SERVICIO DE MANERA SATISFACTORIA AL CIENTO POR CIENTO.	No es una solicitud de aclaración, no cumple con los requisitos establecidos en el 6º. Párrafo del art, 45 del Reglamento de la LAASSP

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

18	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR ENTRE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA Y EL LICITANTE ADJUDICADO ES DE CARÁCTER BILATERAL DONDE LAS CONTRAPRESTACIONES Y OBLIGACIONES SON DE CARÁCTER RECÍPROCO ENTRE ELLAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LAASSP.	Es correcta su apreciación, se trata de un contrato bilateral
19	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAS CONVENCIONALES, PÁGINA 93 "SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIX Y 53 DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 DE SU REGLAMENTO, SE ACLARE EN EL CONTRATO A FORMALIZAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SERÁ OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE REALIZA EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEJA DE PROVEER LOS BIENES POR DICHA CAUSA."	No es correcta su apreciación y no es posible realizar ninguna modificación al modelo de contrato
20	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAS CONVENCIONALES, PÁGINA 93 "SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIX Y 53 DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 DE SU REGLAMENTO, SE ACLARE EN EL CONTRATO A FORMALIZAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SERÁ OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE REALIZA EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEJA DE PROVEER LOS BIENES POR DICHA CAUSA."	No es correcta su apreciación y no es posible realizar ninguna modificación al modelo de contrato

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.
www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

21	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO TERCERO DE LA LAASSP Y 84 SEXTO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO ESTARÁ OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE FORMALIZA LA AMPLIACIÓN AL VEINTE POR CIENTO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP. ASÍ MISMO, SE ESTABLEZCA DE MANERA EXPRESA EL RECONOCIMIENTO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPECTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS EN EL PERIODO EN QUE NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO.	No es correcta su apreciación y no es posible realizar ninguna modificación al modelo de contrato
22	Anexo 24, anexo técnico, partida 309. Solicitamos a la convocante poder ofertar la siguiente descripción: "Conector libre de uso de agujas, circuito cerrado, presión neutra, sin partes metálicas, libre de látex, tasa de perfusión de 165ml /min mantiene el sistema cerrado por 7 días, cuerpo transparente de policarbonato, con cono recto de punta roma en policarbonato con dos ventanas para el paso de líquidos, espacio muerto 0.02 ml. tecnología septum con sello interno de silicona." ¿se acepta nuestra petición?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
23	Anexo 24, anexo técnico, partida 370. Solicitamos a la convocante poder ofertar la siguiente descripción: "Conector libre de uso de agujas, sistema cerrado, formado por 3 componentes: cono de policarbonato, sello de silicona y cuerpo de policarbonato, tiene desplazamiento neutro, mantiene el circuito cerrado por 7 días, se purga con 0.04ml, con tasa de perfusión de 165ml /min con 3 micro clave clear, longitud de 18 cm." ¿se acepta nuestra petición?	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
24	Anexo 24, anexo técnico, punto 13.1 para este punto debemos entender que son dos escritos distintos y que el primero es expedido por mi representada para la parte que a la metra dice: "Si son distribuidores y/o comercializadoras deberán presentar carta expedida exclusivamente para la presente licitación y haciendo mención de los códigos en los que participa" y un segundo escrito emitido por el fabricante o distribuidora mayorista. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 21

25	Anexo 24, anexo técnico, punto 14. Debemos entender que la copia del documento a presentar deberá de ser de cada uno de los fabricantes, ya que de acuerdo a lo establecido en la norma en mención es responsabilidad del titular del registro sanitario la implementación de dicha unidad cito: "5. Disposiciones generales 5.1 El titular del registro sanitario del dispositivo médico o representante legal en México, será el responsable de que se implementen las actividades de la tecnovigilancia de sus productos en México, de conformidad con lo establecido en la presente norma." De no ser así se podría estar limitando la libre participación en el presente procedimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se acepta presentar copia del documento de los fabricantes, aunque la NOM-240-SSA1-2012 define: "4.1.26 Unidad de Tecnovigilancia, a la encargada del desarrollo e implementación de actividades relacionadas con la vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos. Comprende a los sectores: públicos, social y privados del sistema nacional de salud, así como las áreas designadas para tales efectos por el titular del registro sanitario o su representante legal en México, así como por los distribuidores y comercializadores involucrados en la cadena de distribución de los dispositivos médicos y a cualquier otro establecimiento involucrado en el suministro de los dispositivos médicos para hacerlos llegar al paciente o usuario final"
SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.		
1	Anexo No. 15 CERTIFICACIÓN DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ADICIONAL A ESTE ANEXO PODREMOS INCLUIR EL DOCUMENTO ENTREGADO POR COMPRANET DENOMINADO "REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS" (RUPC) LA CUAL EVIDENCIA QUE SE HA LLEVADO A CABO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE REFERENCIA.	Se acepta su solicitud
2	SECCION IV REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, NUMERAL 18. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL ANEXO 7 SOLAMENTE APLICARA A LOS BIENES QUE TENGAN EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y NO ASI A LOS DE FABRICACION EXTRANJERA TOMANDO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES ABIERTO, POR LO QUE SE PODRAN OFERTAR BIENES DE CUALQUIER NACIONALIDAD.	Se solicita entregar el formato respectivo indicando en el caso de bienes de fabricación extranjera como grado de contenido nacional 0%



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

3	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE ALGUN DOCUMENTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ESTE S PODRA PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"	Se acepta si se tiene la certeza de que no aplica
4	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES ANEXO No. 20 DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE ANEXO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL AVISO DE CUMPLIMIENTO.	No es necesario, solo en caso de resultar adjudicada deberá presentar la opinión vigente y en términos positivos
5	PARTIDAS 116 Y 116 BOLSA RESERVORIO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	No es correcta su apreciación,
6	PARTIDA 190, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA PARTIDA TIENE UN ERROR, YA QUE NO HAY NUMERACION DE 5.5mm SIN GLOBO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	No es correcta su apreciación, deberán ofertar lo solicitado en el anexo técnico
7	PARTIDA 199, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	50 mm
8	PARTIDA 200, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	40 mm
9	PARTIDA 204, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	90 mm



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

10	PARTIDA 205, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	100 mm
11	PARTIDA 206, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	110 mm
12	PARTIDA 452, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE KIT ES PARA PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO	No hay adulto o pediátrico, deberá cotizar cumpliendo con lo solicitado en el anexo técnico
13	PARTIDAS 498 Y 499 MASCARILLA TIPO COLLARIN, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	No es correcto son partidas distintas
14	PARTIDAS DE LA 548 A LA 554 RESUCITADOR MANUAL, DE LA MAERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERA OFERTAR REUSABLE O DESECHABLE	Deberán ser reusables, aplica para todos los licitantes



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

15	PARTIDA 595, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ESTE SISTEMA DEBERÁ SER CCOMPATIBLE CON LOS CODIGOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559, SIN EMBARGO EN LOS CODIGOS MENCIONADOS, LA MARCA ES FISHER & PAYKEL Y EN LA PARTIDA DE REFEERENCIA LA OPCION ES TAMBIEN HUDSON, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, DE LA MANERA MAS ATETA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA LOS CODIGOS REFERERIDOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559 UN SISTEMA CPAP COMPLETO, MISMO QUE YA INCLUYE LA CANULA Y EL SISTEMA.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
16	PARA TODAS LAS PARTIDAS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE A LA SUGERIDA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE SOLICITAN.	Es correcta su apreciación
17	REGISTROS SANITARIOS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA CUANDO APLIQUE.	Se acepta siempre que se indique claramente los códigos que abarca y se identifique perfectamente el lugar dentro de cada documento en que se hace referencia a las partidas ofertadas
18	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"3. Adjunto a cada hoja del formato anexo no. 8 el licitante deberá entregar literatura médica de cada uno de los códigos ofertados o (catálogos, folletos que permitan evaluar el bien ofertado) misma que deberá entregarse sin tachaduras, legibles, completos y plenamente identificado con una marca de asterisco o sombra el lugar específico en el cual se encuentra el bien ofertado."</u> ES CORRECTO ENTENDER QUE ADEMAS DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS, DEBEREMOS ENTREGAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE POR CADA PARTIDA OFERTADA?	Es correcta su apreciación

CERTIFICACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.

Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

19	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"Copia del documento que acredite que cuenta con una Unidad de Tecnovigilancia autorizada por la COFEPRIS en base a la NOM-240-SSA1-2012, con tres años de operación; a efecto de darle manejo de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos que se utilicen dentro del Hospital. Esta Unidad deberá ser del proveedor, no se aceptarán contratos con terceros para dicha actividad de Tecnovigilancia."</u> DEBEREMOS DE ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SOLAMENTE APLICARÁ A LOS FABRICANTES, Y NO SERÁ NECESARIO ANEXARLA EN CASO DE M REPRESENTADA QUE TIENE LA FIGURA DE INTEGRADOR/DISTIBUIDOR/SUBDITRIBUIDOR, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	No es correcta su apreciación, deberá cumplir con lo solicitado en la convocatoria.
20	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE ENTREGUE UN FORMATO CORRESPONDIENTE AL ANEXO No. 25 POR CADA CODIGO PRESENTADO, PARA EL CAO DE LAS MUESTRAS QUE ABARCAN UNA FAMILIA, DEBEREMOS DE ENTENDER QUE SOLAMENTE SE PRESENTARA UN DOCUMENTO POR LAS PARTIDAS QUE ABARCA LA MUESTRA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcta su apreciación y deberá indicar en el formato las partidas a las que corresponde esa muestra.

HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

1	ANEXO 24 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA UNIDAD DE MEDIDA EN QUE DEBERAN COTIZARSE, LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 34, 49, 53, 56, 60, 65, 71, 77, 78, 82, 148, 149, 226, 227, 281, 282, 283, 311, 342, 345, 362, 399, 402, 455, 515, 529, 598, 678, 680, 702.	Partida 34 pieza, Partida 49 caja con 10, Partida 53 caja con 10, Partida 56 caja con 10, Partida 60 caja con 10, Partida 65 caja con 10, Partida 71 caja con 10, Partida 77 caja con 10, Partida 78 caja con 10, Partida 82 caja con 10, Partida 148 caja con 10, Partida 149 caja con 10, Partida 226 caja con 50, Partida 227 caja con 50, Partida 281 caja individual, Partida 282 caja individual, Partida 283 caja individual, Partida 311 caja con 10, Partida 342 paquete con 5, Partida 345 sobre con 3, Partida 362 paquete individual, Partida 399 galón, Partida 402 caja individual, Partida 455 caja con 250, Partida 515 paquete individual, Partida 529 tubo con 9 onzas, Partida 598 frasco de 250 ml, Partida 678 caja con 100, Partida 680 caja con 10 mts., Partida 702 rollo individual.
2	ANEXO 24 PARTIDA 239 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER PARA HEMODIALISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 8 FR X 11 CMS DE LONGITUD DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE CON DILATADOR, TAPONES TRANSOARENTES PARA SITIO DE INYECCION, SEGURO DESLIZABLE, CON GUIA METALICA CON EXTREMOS FLEXIBLES CON UNO DE ELLOS EN TERMINACION EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA. MARCA: ARROW.	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

3	ANEXO 24 PARTIDA 247 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO DE 4 FR 2 LUMENES MARCA: ARROW.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
4	ANEXO 24 PARTIDA 252 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO CAL. 5 DOBLE LUMEN MARCA: ARROW.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
5	ANEXO 24 PARTIDA 267 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOPACO Y DESECHABLE, TRIPLE LUMEN, CAL. 5.5 FR. X 10 A 13 CM. DE LONGITUD. CON LÚMENES INTERNOS DE CAL. 20, 22 Y 22 GA. PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON MARCAS INDELEBLES DE LONGITUD CADA CM. SUS LÚMENES DEBEN OCLUIRSE CON TAPONES TRASLÚCIDOS CON SITIO DE INYECCIÓN Y CON SEGURO DESLIZABLE. EQUIPO BÁSICO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA DE SELDINGER DEBE INCLUIR UNA GUÍA METÁLICA DE EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J", DE 0.018" X 45 CM., CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, DILATADOR VASCULAR, CATÉTER CORTO RADIOPACO DE 22 GA. X 4.45 CM. MONTADO SOBRE AGUJA INTRODUCTORA CAL. 25 GA., AGUJA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 21 GA. X 3.8 CM. DE LONGITUD, JERINGA DE 5 CC. TIPO "LUER SLIP" Y SISTEMA DE FIJACIÓN AJUSTABLE. MARCA ARROW.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Página 28

6	ANEXO 24 PARTIDA 270 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SET DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL PEDIÁTRICO DE DOS LÚMENES CON PUNTA FLEXIBLE BLUE FLEX TIP®. CADA KIT CONTIENE: UN CATÉTER DE PERMANENCIA DE DOS LÚMENES DE 5 FR. X 5-1/8" (13 CM) POLIURETANO RADIOPACO CON PINZAS EN CADA LÍNEA DE EXTENSIÓN, TAPONES DE SITIOS DE INYECCIÓN. UNA GUÍA METÁLICA DE RESORTE: .021" (.53MM) DIA X 17-13/16" (45 CM) (PUNTA BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y PUNTA EN "J" EN EL OTRO). UN: CIERRE: PINZA PARA CATÉTER. UNA: AGUJA INTRODUCTORA: 20 GA X 1 1/2" (3.81 CM) XTW. UN: CATÉTER DE 20 GA X 1 3/4" (4.45 CM) RADIOPACO HASTA 22 GA. AGUJA INTRODUCTORA TW CON JERINGA LUER-SLIP DE 5CC. UN DILATADOR DE TEJIDO. UN DILATADOR DE TEJIDO. UNA: PINZA PARA CATÉTER. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: ARROW.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
7	ANEXO 24 PARTIDA 349 ENGRAPADORA PARA CIRUGÍA ENDOSCOPIA DE 5 MM. ETHICON SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENDOCLIP 5MM MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERIZTICAS SOLICITADAS	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico
8	ANEXO 24 PARTIDA 350 ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENGRAPADORA PARA PIEL QPOSE UCL 35W MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERIZTICAS SOLICITADAS.	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico
9	ANEXO 24 PARTIDA 408 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 8. CAJA CON 50 PARES.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

10	ANEXO 24 PARTIDA 409 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 6.5. CAJA CON 50 PARES.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
11	ANEXO 24 PARTIDA 410 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LICITAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 7.5. CAJA CON 50 PARES.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
12	ANEXO 24 PARTIDA 411 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 7. CAJA CON 50 PARES.	No se acepta su solicitud, deberá cotizar de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico
13	ANEXO 24 PARTIDA 456 LAPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCIRUGIA, CON PUNTO FINO RECUBIERTO DE TEFLON E-Z CLEAN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAPIZ CON PUNTA RECUBIERTA DE SILICON ELASTOMERICO QUE ES FLEXIBLE, NO SE DESCARAPELA, PERMITE AL CIRUJANO USAR GRADUACIONES MAS BAJAS DE ENERGIA, REDUCE LA DISPERSION TERMICA Y NO INTERFIERE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPERADO.	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

14	ANEXO 24 PARTIDA 461 MALLA ABDOMINAL DE GORETEX DE 10CM X 15CM X 1.0MM BIOMATERIAL DUALMESH SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LICITAR MALLA MARCA PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE 15X10 QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS	Se acepta su solicitud, para ser evaluado siempre que cumpla con lo solicitado en el anexo técnico
----	--	--

Se informa a los licitantes que con fundamento en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, se otorga un plazo de 6 horas que inicia a partir de las 8:30 y concluye a las 14:30 para formular y remitir por Compranet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las repuestas emitidas, mismas a las que se dará contestación, por lo que se solicita la asistencia de los funcionarios públicos que participan en el presente acto a la hora indicada en esta misma sede. -----

Siendo las 14:30 horas del mismo día que dio inicio la presente junta se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con el acto de junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, por lo que una vez vencido el plazo para la recepción de las preguntas que hubieren considerado necesarias en relación con las respuestas remitidas se comunica lo siguiente. -----

Se registró replanteamiento por parte de los proveedores siguientes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. de PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.	7	2

Se adjunta copia de pantalla de Compranet

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Procedimiento: 883236 - X

Es seguro: <https://compranet.fundacionpublica.gob.mx/seguro/informacion/compras/licitaciones/licitaciones>

Aplicaciones: Notmail, Messenger, Google, PROVEEDORES Y CO, Internet HIMFG, Descargas, CompraNet, calculadora - Comp, Verificación de Com, Material de Ayuda, Galletas, actin24, Otros marcadores

Procedimiento: 883236 - CONVOCATORIA LPI ELECTRÓNICA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2018
Expediente: 1643360 - CONVOCATORIA LPI DE MATERIAL DE CURACIÓN 2018
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 11/04/2018 09:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Filtro | Matrices Unidad Compradora - Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntos

Crear Encuesta

Resultado	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	04/04/2018 01:25 PM	Envío de Re-preguntas	04/04/2018 01:55 PM	04/04/2018 01:55 PM	
2	03/04/2018 10:52 AM	PREGUNTAS DE ACLARACIONES AL PROCEDIMIENTO	03/04/2018 12:05 PM	03/04/2018 12:05 PM	
3	02/04/2018 09:40 PM	INTERES Y PREGUNTAS LPI-E92-2018	03/04/2018 06:57 AM	03/04/2018 06:57 AM	
4	02/04/2018 06:08 PM	Documentos para Junta de Aclaraciones	02/04/2018 06:43 PM	02/04/2018 06:43 PM	
5	02/04/2018 05:45 PM	PREGUNTAS_PREFARMA	02/04/2018 05:41 PM	02/04/2018 05:41 PM	
6	02/04/2018 04:03 PM	Interes y Preguntas de Pharmecur, S.A. de C.V.	02/04/2018 04:13 PM	02/04/2018 04:13 PM	
7	02/04/2018 11:14 AM	Preguntas de Kendall para la Junta de Aclaraciones	02/04/2018 12:11 PM	02/04/2018 12:11 PM	

Total: 7

Página 1 de 1

Acto seguido, se procede a enviar las preguntas realizadas sobre las respuestas dadas y las precisiones realizadas presentadas en tiempo y forma por los interesados a través del Sistema CompraNet, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación.

NO.	RE - PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 361, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte hemostático a base de colágeno de bovino para sangrados moderados de 3x5 cm caja con 12 piezas	En la respuesta a la pregunta 16 hecha por su representada se ratifica que NO SERÁ motivo de descalificación el ofertar una marca diferente a la sugerida por la convocante siempre y cuando cumpla con las características que se solicitan en el anexo técnico.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

2	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 362, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte esponja seca blanda, de gelatina de porcino para sangrados venosos, capilares y/o parenquimatosos de 8X5X1 CM	En la respuesta a la pregunta 16 hecha por su representada se ratifica que NO SERÁ motivo de descalificación el ofertar una marca diferente a la sugerida por la convocante siempre y cuando cumpla con las características que se solicitan en el anexo técnico.
3	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 363, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte esponja seca blanda, de gelatina de porcino para sangrados venosos, capilares y/o parenquimatosos de 8X5X1 CM	En la respuesta a la pregunta 16 hecha por su representada se ratifica que NO SERÁ motivo de descalificación el ofertar una marca diferente a la sugerida por la convocante siempre y cuando cumpla con las características que se solicitan en el anexo técnico.
4	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 461, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte malla de PTFE Condensado de estructura monocapa espesor de 0.15 mm indicada para hernia inguinal e insinacional	En la respuesta a la pregunta 16 hecha por su representada se ratifica que NO SERÁ motivo de descalificación el ofertar una marca diferente a la sugerida por la convocante siempre y cuando cumpla con las características que se solicitan en el anexo técnico.
5	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 14 hecha por Hi-Tec. Y la No. 16 hecha por Kendall, Para las partidas 462 y 463, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte malla de polipropileno peso de 82 g/m2 cumpliendo además con las característica solicitadas	En las respuestas dadas a la presunta 14 hecha por Hi-Tec Medical y la 16 hecha por Kendall de México S.A. de C.V. se aceptaron sus propuestas, para ser evaluadas siempre que cumplan con lo solicitado en el anexo técnico

CERTIFICACIÓN



SINACEAM

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.

Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

6	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 5 hecha por SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, en virtud que hay muestras que son de alto valor y la cantidad solicitada es muy baja tomando como ejemplo las partidas 461, 462 y 463, atentamente solicitamos nos permita entregar Catálogo y ficha técnica del bien a ofertar.	No se acepta, deberá presentar el número de muestras solicitado en el anexo técnico, que es el necesario para que las áreas usuarias puedan emitir un juicio sobre el producto.
7	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para las partidas 675 y 677 solicitamos atentamente a la Convocante nos indique si los trocares de podrán ofertar sin navaja	En la respuesta a la pregunta 16 hecha por su representada se ratifica que NO SERÁ motivo de descalificación el ofertar una marca diferente a la sugerida por la convocante siempre y cuando cumpla con las características que se solicitan en el anexo técnico.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. -----

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.gob.mx Este procedimiento sustituye a la notificación personal. --

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 11 de abril de 2018, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, en el 2º Piso del Edificio Arturo Mundet del Hospital, ubicado en: Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. a las 09:00 horas. -----

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 15:30 horas, del día 04 del mes de abril del año 2018. -----

Esta Acta consta de 35 hojas y se anexan 24 hojas con las preguntas entregadas por los licitantes, sus respuestas y las aclaraciones dadas a las respuestas de la convocante, así como 2 hojas de



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.

Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

preguntas realizadas a las respuestas dadas y a las precisiones realizadas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma en papel y/o a través del correo electrónico indicado.

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Nicolás González Bustos	Subdirección de Recursos Materiales recursosmateriales@himfg.edu.mx	
L.C. Juan Antonio Gama Gómez	Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas adqfarmaceuticas@himfg.edu.mx	
Dr. Carlos Gonzalez Dorantes	Departamento de Almacenes cgonzalez@himfg.edu.mx	
C. Lucia Adriana Maldonado Popoca	Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas amaldonado@himfg.edu.mx	
Dr. Gerardo Blanco Rodríguez	Subdirección de Asistencia Quirúrgica gerardoblancor@yahoo.com.mx	
Dr. Salvador Villalpando Carrión	Subdirección de Asistencia Médica Departamento de Gastroenterología y Nutrición villalpandoca@himfg.edu.mx	
Dr. Luis E. Juárez Villegas	Departamento de Hemato-Oncología luisjuarezvillegas@gmail.com	
Dr. Vicencio Juárez Barreto	Servicio de Banco de Sangre y Medicina Transfusional vjbarreto@yahoo.com.mx	



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.

Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018
Para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

Mtra. Ana Lidia Portillo Muñoz	Subdirección de Atención Integral al Paciente Departamento de Enfermería lidia08_him@yahoo.com.mx	
Mtra. Araceli Saldivar Flores	Subdirección de Atención Integral al Paciente Departamento de Enfermería asaldivar@himfg.edu.mx	
Dr. Samuel Torres García	Departamento de Neurocirugía dr.torres.nc@gmail.com	
Lic. María Irene Cruz Cruz	Departamento de Asuntos Jurídicos rlopez@himfg.edu.mx irene-omega@hotmail.com	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO ASISTIÓ

FIN DEL ACTA



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AFILIADO A LA UNAM

Dr. Márquez 162, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México.
Conmutador: 5228-9917 ext. 9051, 2088, 2422 y 2451.

www.himfg.edu.mx

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México, a 04 de abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **LA-012NBG003-E92-2018**, Para la adquisición de: **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.**

Nombre o Razón Social del Licitante: **KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

NO.	P R E G U N T A S (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	R E S P U E S T A S
1	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 35 ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL CHICO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PROTECTOR PARA OJOS CHICO (MEDIDA: 2.9 X 11.4 CM) CAJA CON 50 PIEZAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	
2	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 36 ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL MEDIANO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTECTOR PARA OJOS GRANDE, CON BROCHE DE VELCRO, PARA BEBÉS CON PESO SUPERIOR A LOS 1500 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	
3	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 42 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 4.4 X 4.4 CM. CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, MEDIDAS 3.8 CMX 3.8CM, ESTÉRIL, DESECHABLE, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
4	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 43 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 10 X 25 CM. CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE MEDIDAS 10.2 X 20.3 CM, CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
5	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 44 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRILES, SUAJADO Y REFORZADO EN UN EXTREMO, CON CINTA DE TELA PARA PROVEER MAYOR ASEGURAMIENTO RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. MEDIDAS APÓSITO 5 X 5.7 CM. (DESCRIPCION COMPLETA EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA) CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE MEDIDAS 5.1 X 7 CM, CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
6	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 54 APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10 X10 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
7	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 72 APOSITO HIDROCOLOIDE CHICO DE 10 X 10 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
8	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 73 APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO QUE PROMUEVE UN MEDIO AMBIENTE HÚMEDO Y UN CONTROL ÓPTIMO DE EXUDADO DE 10 X 10 CM. CON 10 PIEZAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
9	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 74 APOSITO HIDROCOLOIDE GRANDE DE 15 X 15 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 15.24 X 15.24 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
10	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 118 BOTON DE MIC-KEY LOW NO. 16 DE BAJO PERFIL PARA GASTROSTOMIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL BOTÓN PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE BAJO PERFIL, ELABORADO DE SILICÓN, CON GLOBO DE RETENCIÓN INTERNA. CALIBRE 16FR. INCLUYE DOS EXTENSIONES DE ALIMENTACION, POR BOLOS Y CONTINUA; UNA JERINGAS PARA INSUFLAR EL GLOBO Y UNA PARA IRRIGACIÓN. DISPONIBLES EN LONGITUDES DE ESTOMA DESDE 0.8CM, HASTA 5CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA LONGITUD DEL ESOMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
11	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 119 BOTON DE MIC-KEY NO. 14 DE BAJO PERFIL PARA GASTROSTOMIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL BOTÓN PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE BAJO PERFIL, ELABORADO DE SILICÓN, CON GLOBO DE RETENCIÓN INTERNA. CALIBRE 16FR. INCLUYE DOS EXTENSIONES DE ALIMENTACION, POR BOLOS Y CONTINUA; UNA JERINGAS PARA INSUFLAR EL GLOBO Y UNA PARA IRRIGACIÓN. DISPONIBLES EN LONGITUDES DE ESTOMA DESDE 0.8CM, HASTA 5CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA LONGITUD DEL ESTOMA.	
12	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 345 ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE KENDALL CAT: 1050 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTARCAJA CON 100 SOBRES CON 3 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
13	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 349 ENGRAPADORA PARA CIRUGÍA ENDOSCOPIA DE 5 MM. ETHICON PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERIMIR OFERTAR ENDOCLIP 5MM MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
14	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 350 ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA PARA EL OPPOSE UCL 35W MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
15	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 456 LAPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTO FINO RECUBIERTO DE TEFLON E-Z CLEAN PREGUNTA: SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAPIZ CON PUNTA RECUBIERTA DE SILICON ELASTOMERICO QUE ES FLEXIBLE, NO SE DESCARAPELA, PERMITE AL CIRUJANO USAR GRADUACIONES MAS BAJAS DE ENERGIA, REDUCE LA DISPERSION TERMICA Y NO INTERFIERE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPERADO.2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS CANTIDADES DE PRODUCTO EN PIEZAS SOLICITADA ES MENSUAL O ES ANUAL.	
16	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 461 MALLA ABDOMINAL DE GORETEX DE 10CM X 15CM X 1.0MM BIOMATERIAL DUALMESH PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR MALLA MARCA PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE 15X10 QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
17	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 527 PLACA CONDUCTORA PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE ADHERENTE PEDIATRICA PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS CANTIDADES DE PRODUCTO EN PIEZAS SOLICITADAS ES ENTREGA MENSUAL O ANUAL.	
18	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 230 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 31 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 31 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
19	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 231 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 37 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 1 COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM...DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
20	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 232 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 1 COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM...DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
21	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 233 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 42 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 42 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
22	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 234 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 47 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 47 CM.... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
23	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 235 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 57 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 57 CM..... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
24	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 236 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 62 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 62 CM..... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
25	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 238 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR., X 12 A 15 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 45 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTOR CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR X 15 CM. DE LONGITUD CON EXTENSIONES CURVAS , DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES , CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, , CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 10 FR. AGUJA INTRODUTOR CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
26	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 239 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 8 FR. X 11 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 45 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTOR CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 8 FR. X 12 CM. DE LONGITUD, EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES , CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, , CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 8 FR. AGUJA INTRODUTOR CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
27	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 240 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 9 FR. X 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 60 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUCTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUCTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR. X 12 CM. DE LONGITUD, CON EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES , CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, , CON CATÉTER INTRODUCTOR CORTO DE 8 FR. AGUJA INTRODUCTORA CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
28	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 241 CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM CATH DE 10FR X 15 CMS DE LONG. PRE CURVADO CON PUNTA EN ESCOPETA DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR DE 10FR X 15 CMS DE LONG. CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN ..YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
29	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 253 CATETER TENCKOFFH DE 31 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER TENCKOFFH DE 31 CM CON DOS COJINETES DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
30	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 441 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 12FR X 20 CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 11.5FR X 19.5 CM. DE LONG , CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
31	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 442 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 8FRX12 CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 8FRX12 CM. DE LONG , CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN, YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITAN LA LIBRE PARTIPACION .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
32	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 443 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 13.5 X 20CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 13.5 X 19.5 CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA CONICA , DE LA MARCA COVIDIEN , YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
33	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 444 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 10FR X 12CM DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 10FR X 12CM DE LONG ,CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN , YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
34	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 445 KIT DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL TIPO MAHURKAR NIAGARA SLIM CATH MEDIDA DE 12 FR. X 20 CM. DE LONGITUD PRECURVADO, CON PUNTA EN ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 11.5FR X 19.5 CM. DE LONG , CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
35	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 615 SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓN 100%, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 26 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON DE 26FR 30CC 2 VIAS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
36	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 616 SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓN 100%, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 28 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON DE 28FR 30CC 2 VIAS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

Atentamente

Janeth Martínez Baltazar

Representante Legal

Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 04 de Abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. **No. LA-012NBG003-E92-2018**, Para la adquisición de: **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.**

Nombre o Razón Social del Licitante: **SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Anexo No. 15 CERTIFICACIÓN DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ADICIONAL A ESTE ANEXO PODREMOS INCLUIR EL DOCUMENTO EMTIDO POR COMPRANET DENOMINADO "REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS" (RUPC) LA CUAL EVIDENCIA QUE SE HA LLEVADO A CABO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE REFERENCIA.	
2	SECCION IV REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, NUMERAL 18. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL ANEXO 7 SOLAMENTE APLICARA A LOS BIENES QUE TENGAN EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y NO ASI A LOS DE FABRICACION EXTRANJERA TOMANDO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES ABIERTO, POR LO QUE SE PODRAN OFERTAR BIENES DE CUALQUIER NACIONALIDAD.	

3	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE ALGUN DOCUMENTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ESTE S PODRA PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"	
4	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES ANEXO No. 20 DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE ANEXO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL AVISO DE CUMPLIMIENTO.	
5	PARTIDAS 116 Y 116 BOLSA RESERVORIO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	
6	PARTIDA 190, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA PARTIDA TIENE UN ERROR, YA QUE NO HAY NUMERACION DE 5.5mm SIN GLOBO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
7	PARTIDA 199, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
8	PARTIDA 200, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
9	PARTIDA 204, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
10	PARTIDA 205, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
11	PARTIDA 206, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	



SOLUGLOB IKON

SOLUCIONES Y MEJORA DE PROCESOS HOSPITALARIOS

12	PARTIDA 452, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE KIT ES PARA PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO	
13	PARTIDAS 498 Y 499 MASCARILLA TIPO COLLARIN, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	
14	PARTIDAS DE LA 548 A LA 554 RESUCITADOR MANUAL, DE LA MAERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERA OFERTAR REUSABLE O DESECHABLE	
15	PARTIDA 595, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ESTE SISTEMA DEBERÁ SER CCOMPATIBLE CON LOS CODIGOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559, SIN EMBARGO EN LOS CODIGOS MENCIONADOS, LA MARCA ES FISHER & PAYKEL Y EN LA PARTIDA DE REFEERENCIA LA OPCION ES TAMBIEN HUDSON, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, DE LA MANERA MAS ATETA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA LOS CODIGOS REFERERIDOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559 UN SISTEMA CPAP COMPLETO, MISMO QUE YA INCLUYE LA CANULA Y EL SISTEMA.	
16	PARA TODAS LAS PARTIDAS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE A LA SUGERIDA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE SOLICITAN.	
17	REGISTROS SANITARIOS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITANOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA CUANDO APLIQUE.	

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500



SOLUGLOB IKON

SOLUCIONES Y MEJORA DE PROCESOS HOSPITALARIOS

18	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"3. Adjunto a cada hoja del formato anexo no. 8 el licitante deberá entregar literatura médica de cada uno de los códigos ofertados o (catálogos, folletos que permitan evaluar el bien ofertado) misma que deberá entregarse sin tachaduras, legibles, completos y plenamente identificado con una marca de asterisco o sombra el lugar específico en el cual se encuentra el bien ofertado."</u> ES CORRECTO ENTENDER QUE ADEMÁS DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS, DEBEREMOS ENTREGAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE POR CADA PARTIDA OFERTADA?	
19	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"Copia del documento que acredite que cuenta con una Unidad de Tecnovigilancia autorizada por la COFEPRIS en base a la NOM-240-SSA1-2012, con tres años de operación; a efecto de darle manejo de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos que se utilicen dentro del Hospital. Esta Unidad deberá ser del proveedor, no se aceptarán contratos con terceros para dicha actividad de Tecnovigilancia."</u> DEBEREMOS DE ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SOLAMENTE APLICARÁ A LOS FABRICANTES, Y NO SERÁ NECESARIO ANEXARLA EN CASO DE M REPRESENTADA QUE TIENE LA FIGURA DE INTEGRADOR/DISTIBUIDOR/SUBDITRIBUIDOR, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
20	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE ENTREGUE UN FORMATO CORRESPONDIENTE AL ANEXO No. 25 POR CADA CODIGO PRESENTADO, PARA EL CAO DE LAS MUESTRAS QUE ABARCAN UNA FAMILIA, DEBEREMOS DE ENTENDER QUE SOLAMENTE SE PRESENTARA UN DOCUMENTO POR LAS PARTIDAS QUE ABARCA LA MUESTRA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500

Atentamente

MARTHA EUGENIA FLORES DE LA TORRE _____ Nombre del Representante Legal	REPRESENTANTE LEGAL _____ Cargo en la empresa	_____ Firma
--	--	----------------

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México, a 4 de ABRIL de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
P r e s e n t e.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E92-2018 Para la adquisición de: **PARA LA ADQUISICIÓN A UN SOLO PROVEEDOR DE: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL EJERCICIO 2018.**

Nombre o Razón Social del Licitante: PHARMACUR: S.A. DE C.V

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Referente a criterio de adjudicación: Solicitamos amablemente a la convocante modificar el criterio de adjudicación por partida. Lo anterior con la finalidad de fomentar la sana participación e incrementar el número de ofertantes. ¿Se acepta?	
2	ANEXO No 24 Anexo Técnico. Para Los renglones 98 , 99 , 117 y 382 solicitan marca Terumo. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar insumos que cumplen el al 100% las características de los renglones enunciados pero otra marca. ¿ Se acepta como opción?	

Atentamente

José Luis Camacho Morales	Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa	Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: **PARA LA ADQUISICIÓN A UN SOLO PROVEEDOR DE: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.**

Nombre o Razón Social del Licitante: **SERVICIO DE FARMACIA PREFARMA S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1.	SECCION VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES FAVOR DE CONFIRMAR QUE TODOS LOS ESCRITOS Y ANEXOS DEBERÁN DE DIRIGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: Hospital Infantil de México Federico Gómez Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas Presente.	
2.	ANEXO 11 CONSTANCIA DE LA INSTITUCION BANCARIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE DICHO ANEXO SOLO DEBE PRESENTARSE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	
3.	SECCION II OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICAN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR SOLO UN ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO TAMBIÉN A LO SOLICITADO EN LA SECCION IX NUMERAL 10	

4.	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR R.S, LITERATURA MÉDICA, FOTO DEL EMPAQUE PRIMARIO Y MUESTRAS POR FAMILIA.	
5.	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO, MUESTRAS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE 1 SOLA PIEZA DE MUESTRAS POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS.	
6.	SECCION III FORMA Y TERMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ARCHIVO QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE SERÁ ÚNICAMENTE EL ANEXO DEL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS, TANTO EN EL PARÁMETRO TÉCNICO COMO EN EL ECONÓMICO.	
7.	SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. REEMBOLSO DE FACTURAS EN EL CASO DE NO REALIZAR LAS ENTREGAS. PÁGINA 32. SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EL DESABASTO SE ORIGINE POR CAUSAS PROPIAS DEL FABRICANTE DEL BIEN Y AJENAS A MI REPRESENTADA, NO SEA PROCEDENTE DICHO REEMBOLSO, EN EL ENTENDIDO QUE MI REPRESENTADA ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE DICHO DESABASTO.	
8.	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO, PUNTO 3 Y 4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LITERATURA MÉDICA Y COPIA DEL EMPAQUE PRIMARIO POR FAMILIA	
9.	ANEXO NO. 9 OFERTA ECONÓMICA DE LA ENVIADA ELECTRONICAMENTE, PÁGINA 79. SOLICITO A LA CONVOCANTE INDIQUE A MI REPRESENTADA SI ES CORRECTO COLOCAR LA "CANTIDAD MÁXIMA" DEL ANEXO 24, EN LA COLUMNA "CANTIDAD TOTAL DE BIENES"	
10.	ANEXO NO. 9 OFERTA ECONÓMICA DE LA ENVIADA ELECTRONICAMENTE, PÁGINA 83. SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA LA MANERA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, TODA VEZ QUE EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA PÁGINA 83 SE INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO Y EN LA PÁGINA 84 "INSTRUCTIVO DE LLENADO" EN EL APARTADO "NOTA" INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS CÓDIGOS A OFERTAR, DE NO SER ASÍ SERÁ RECHAZADA.	

11.	ANEXO 25 RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS. PÁGINA 495. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA ENTREGAR EL PRESENTE FORMATO A RENGLÓN SEGUIDO.	
12.	SECCIÓN IX. ANEXO NO. 24 ANEXO TÉCNICO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, PARA EL EJERCICIO 2018, TODAS LAS PARTIDAS. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA PRESENTAR EL IPP Y/O FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES A OFERTAR COMO LITERATURA MÉDICA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.	
13.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III DE LA LAASSP SE ACLARE EN EL CONTRATO RESPECTIVO QUE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO TENDRÁ EL PRESUPUESTO APROBADO DISPONIBLE PARA REALIZAR EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR. ADEMÁS SE SEÑALE EXPRESAMENTE QUE SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO EL DESVÍO, RETENCIÓN Y OMISIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSP.	
14.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIV DE LA LAASSP SE ESTIPULE EN EL CONTRATO LA FORMA EN QUE SERÁ EXIGIBLE EL PAGO DEL SERVICIO EN CASO DE FALTA DE PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. ARTÍCULO 45. EL CONTRATO O PEDIDO CONTENDRÁ, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE: XIV. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO.	

15.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA; PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO, PARRAFO 3, PÁGINAS 89 Y 90. TODA VEZ QUE CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP LA FECHA DE PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS "NO PODRÁ EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO QUE EL PROVEEDOR NO ESTARÁ OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN SUBSIGUIENTES EN CASO DE FALTA DE PAGO DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN ANTERIORES IMPUTABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	
16.	SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO ORIGEN DE LOS RECURSOS, PÁGINAS 10 Y 11. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA POR CUESTIONES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL DE CUALQUIER TIPO NO REALICE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y FACTURADOS EN TIEMPO Y FORMA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 45 FRACCIÓN III DE LA LAASSP	
17.	SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO ORIGEN DE LOS RECURSOS, PÁGINA 11. EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EXISTE UN PRESUPUESTO PREVIAMENTE APROBADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSP, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA DEJE DE REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA NO OBSTANTE QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE PRESTANDO EL SERVICIO DE MANERA SATISFACTORIA AL CIENTO POR CIENTO.	

18.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR ENTRE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA Y EL LICITANTE ADJUDICADO ES DE CARÁCTER BILATERAL DONDE LAS CONTRAPRESTACIONES Y OBLIGACIONES SON DE CARÁCTER RECÍPROCO ENTRE ELLAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LAASSP.	
19.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAS CONVENCIONALES, PÁGINA 93 "SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIX Y 53 DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 DE SU REGLAMENTO, SE ACLARE EN EL CONTRATO A FORMALIZAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SERÁ OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE REALIZA EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEJA DE PROVEER LOS BIENES POR DICHA CAUSA."	
20.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAS CONVENCIONALES, PÁGINA 93 "SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIX Y 53 DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 DE SU REGLAMENTO, SE ACLARE EN EL CONTRATO A FORMALIZAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SERÁ OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE REALIZA EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEJA DE PROVEER LOS BIENES POR DICHA CAUSA."	

21.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO TERCERO DE LA LAASSP Y 84 SEXTO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO ESTARÁ OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE FORMALIZA LA AMPLIACIÓN AL VEINTE POR CIENTO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP. ASÍ MISMO, SE ESTABLEZCA DE MANERA EXPRESA EL RECONOCIMIENTO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPECTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS EN EL PERIODO EN QUE NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO.	
22.	Anexo 24, anexo técnico, partida 309. Solicitamos a la convocante poder ofertar la siguiente descripción: "Conector libre de uso de agujas, circuito cerrado, presión neutra, sin partes metálicas, libre de látex, tasa de perfusión de 165ml /min mantiene el sistema cerrado por 7 días, cuerpo transparente de policarbonato, con cono recto de punta roma en policarbonato con dos ventanas para el paso de líquidos, espacio muerto 0.02 ml. tecnología septum con sello interno de silicona." ¿se acepta nuestra petición?	
23.	Anexo 24, anexo técnico, partida 370. Solicitamos a la convocante poder ofertar la siguiente descripción: "Conector libre de uso de agujas, sistema cerrado, formado por 3 componentes: cono de policarbonato, sello de silicona y cuerpo de policarbonato, tiene desplazamiento neutro, mantiene el circuito cerrado por 7 días, se purga con 0.04ml, con tasa de perfusión de 165ml /min con 3 micro clave clear, longitud de 18 cm." ¿se acepta nuestra petición?	
24.	Anexo 24, anexo técnico, punto 13.1 para este punto debemos entender que son dos escritos distintos y que el primero es expedido por mi representada para la parte que a la metra dice: "Si son distribuidores y/o comercializadoras deberán presentar carta expedida exclusivamente para la presente licitación y haciendo mención de los códigos en los que participa" y un segundo escrito emitido por el fabricante o distribuidora mayorista. ¿Es correcta nuestra apreciación?	

25.	Anexo 24, anexo técnico, punto 14. Debemos entender que la copia del documento a presentar deberá de ser de cada uno de los fabricantes, ya que de acuerdo a lo establecido en la norma en mención es responsabilidad del titular del registro sanitario la implementación de dicha unidad cito: "5. Disposiciones generales 5.1 El titular del registro sanitario del dispositivo médico o representante legal en México, será el responsable de que se implementen las actividades de la tecnovigilancia de sus productos en México, de conformidad con lo establecido en la presente norma." De no ser así se podría estar limitando la libre participación en el presente procedimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
-----	--	--

Atentamente

Lic. Silvia Paola Hintze de León

Nombre del Representante Legal

Representante Legal

Cargo en la empresa

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 04 de Abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.**

Nombre o Razón Social del Licitante: **SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Anexo No. 15 CERTIFICACIÓN DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ADICIONAL A ESTE ANEXO PODREMOS INCLUIR EL DOCUMENTO EMTIDO POR COMPRANET DENOMINADO "REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS" (RUPC) LA CUAL EVIDENCIA QUE SE HA LLEVADO A CABO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE REFERENCIA.	
2	SECCION IV REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, NUMERAL 18. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL ANEXO 7 SOLAMENTE APLICARA A LOS BIENES QUE TENGAN EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y NO ASI A LOS DE FABRICACION EXTRANJERA TOMANDO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES ABIERTO, POR LO QUE SE PODRAN OFERTAR BIENES DE CUALQUIER NACIONALIDAD.	

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Bldv. Manual Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500

3	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE ALGUN DOCUMENTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ESTE S PODRA PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"	
4	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES ANEXO No. 20 DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE ANEXO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL AVISO DE CUMPLIMIENTO.	
5	PARTIDAS 116 Y 116 BOLSA RESERVORIO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	
6	PARTIDA 190, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA PARTIDA TIENE UN ERROR, YA QUE NO HAY NUMERACION DE 5.5mm SIN GLOBO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
7	PARTIDA 199, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
8	PARTIDA 200, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
9	PARTIDA 204, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
10	PARTIDA 205, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	
11	PARTIDA 206, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	



SOLUGLOB IKON

SOLUCIONES Y MEJORA DE PROCESOS HOSPITALARIOS

12	PARTIDA 452, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE KIT ES PARA PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO	
13	PARTIDAS 498 Y 499 MASCARILLA TIPO COLLARIN, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	
14	PARTIDAS DE LA 548 A LA 554 RESUCITADOR MANUAL, DE LA MAERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERA OFERTAR REUSABLE O DESECHABLE	
15	PARTIDA 595, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ESTE SISTEMA DEBERÁ SER CCOMPATIBLE CON LOS CODIGOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559, SIN EMBARGO EN LOS CODIGOS MENCIONADOS, LA MARCA ES FISHER & PAYKEL Y EN LA PARTIDA DE REFEERENCIA LA OPCION ES TAMBIEN HUDSON, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, DE LA MANERA MAS ATETA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA LOS CODIGOS REFERERIDOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559 UN SISTEMA CPAP COMPLETO, MISMO QUE YA INCLUYE LA CANULA Y EL SISTEMA.	
16	PARA TODAS LAS PARTIDAS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE A LA SUGERIDA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE SOLICITAN.	
17	REGISTROS SANITARIOS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITANOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA CUANDO APLIQUE.	

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Bldv. Manual Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500

18	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"3. Adjunto a cada hoja del formato anexo no. 8 el licitante deberá entregar literatura médica de cada uno de los códigos ofertados o (catálogos, folletos que permitan evaluar el bien ofertado) misma que deberá entregarse sin tachaduras, legibles, completos y plenamente identificado con una marca de asterisco o sombra el lugar específico en el cual se encuentra el bien ofertado."</u> ES CORRECTO ENTENDER QUE ADEMÁS DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS, DEBEREMOS ENTREGAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE POR CADA PARTIDA OFERTADA?	
19	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"Copia del documento que acredite que cuenta con una Unidad de Tecnovigilancia autorizada por la COFEPRIS en base a la NOM-240-SSA1-2012, con tres años de operación; a efecto de darle manejo de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos que se utilicen dentro del Hospital. Esta Unidad deberá ser del proveedor, no se aceptarán contratos con terceros para dicha actividad de Tecnovigilancia."</u> DEBEREMOS DE ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SOLAMENTE APLICARÁ A LOS FABRICANTES, Y NO SERÁ NECESARIO ANEXARLA EN CASO DE REPRESENTADA QUE TIENE LA FIGURA DE INTEGRADOR/DISTIBUIDOR/SUBDISTRIBUIDOR, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
20	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE ENTREGUE UN FORMATO CORRESPONDIENTE AL ANEXO No. 25 POR CADA CÓDIGO PRESENTADO, PARA EL CAO DE LAS MUESTRAS QUE ABARCAN UNA FAMILIA, DEBEREMOS DE ENTENDER QUE SOLAMENTE SE PRESENTARÁ UN DOCUMENTO POR LAS PARTIDAS QUE ABARCA LA MUESTRA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	

Atentamente

MARTHA EUGENIA FLORES DE LA TORRE _____ Nombre del Representante Legal	REPRESENTANTE LEGAL _____ Cargo en la empresa	_____ Firma
--	--	----------------

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 02 de Abril de 2018.

**Hospital Infantil de México Federico Gómez,
Subdirección de Recursos Materiales,
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas,
P r e s e n t e.**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: Materiales, Accesorios y Suministros Médicos para el ejercicio 2018.

Nombre o Razón Social del Licitante: Hi-Tec Medical, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	ANEXO 24 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA UNIDAD DE MEDIDA EN QUE DEBERAN COTIZARSE, LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 34, 49, 53, 56, 60, 65, 71, 77, 78, 82, 148, 149, 226, 227, 281, 282, 283, 311, 342, 345, 362, 399, 402, 455, 515, 529, 598, 678, 680, 702.	
2	ANEXO 24 PARTIDA 239 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER PARA HEMODIALISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 8 FR X 11 CMS DE LONGITUD DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE CON DILATADOR, TAPONES TRANSOARENTES PARA SITIO DE INYECCION, SEGURO DESLIZABLE, CON GUIA METALICA CON EXTREMOS FLEXIBLES CON UNO DE ELLOS EN TERMINACION EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA. MARCA: ARROW.	
3	ANEXO 24 PARTIDA 247 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO DE 4 FR 2 LUMENES MARCA: ARROW.	
4	ANEXO 24 PARTIDA 252 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO CAL. 5 DOBLE LUMEN MARCA: ARROW.	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
5	ANEXO 24 PARTIDA 267 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOPACO Y DESECHABLE, TRIPLE LUMEN, CAL. 5.5 FR. X 10 A 13 CM. DE LONGITUD. CON LÚMENES INTERNOS DE CAL. 20, 22 Y 22 GA. PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON MARCAS INDELEBLES DE LONGITUD CADA CM. SUS LÚMENES DEBEN OCLUIRSE CON TAPONES TRASLÚCIDOS CON SITIO DE INYECCIÓN Y CON SEGURO DESLIZABLE. EQUIPO BÁSICO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA DE SELDINGER DEBE INCLUIR UNA GUÍA METÁLICA DE EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J", DE 0.018" X 45 CM., CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, DILATADOR VASCULAR, CATÉTER CORTO RADIOPACO DE 22 GA. X 4.45 CM. MONTADO SOBRE AGUJA INTRODUCTORA CAL. 25 GA., AGUJA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 21 GA. X 3.8 CM. DE LONGITUD, JERINGA DE 5 CC. TIPO "LUER SLIP" Y SISTEMA DE FIJACIÓN AJUSTABLE. MARCA ARROW.	
6	ANEXO 24 PARTIDA 270 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SET DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL PEDIÁTRICO DE DOS LÚMENES CON PUNTA FLEXIBLE BLUE FLEX TIPO. CADA KIT CONTIENE: UN CATÉTER DE PERMANENCIA DE DOS LÚMENES DE 5 FR. X 5-1/8"(13 CM) POLIURETANO RADIOPACO CON PINZAS EN CADA LINEA DE EXTENSIÓN, TAPONES DE SITIOS DE INYECCIÓN. UNA GUÍA METÁLICA DE RESORTE: .021" (.53MM) DIA X 17-13/16"(45 CM) (PUNTA BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y PUNTA EN "J" EN EL OTRO). UN: CIERRE: PINZA PARA CATÉTER. UNA: AGUJA INTRODUCTORA: 20 GA X 1 1/2" (3.81 CM) XTW. UN: CATÉTER DE 20 GA X 1 3/4" (4.45 CM) RADIOPACO HASTA 22 GA. AGUJA INTRODUCTORA TW CON JERINGA LUER-SLIP DE 5CC. UN DILATADOR DE TEJIDO. UN DILATADOR DE TEJIDO. UNA: PINZA PARA CATÉTER. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: ARROW.	
7	ANEXO 24 PARTIDA 349 ENGRAPADORA PARA CIRUGÍA ENDOSCOPIA DE 5 MM. ETHICON SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENDOCLIP 5MM MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERIZTICAS SOLICITADAS	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
8	ANEXO 24 PARTIDA 350 ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENGRAPADORA PARA PIEL QPOSE UCL 35W MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERIZTICAS SOLICITADAS.	
9	ANEXO 24 PARTIDA 408 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITÁ LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 8. CAJA CON 50 PARES.	
10	ANEXO 24 PARTIDA 409 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 6.5. CAJA CON 50 PARES.	
11	ANEXO 24 PARTIDA 410 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LICITAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 7.5. CAJA CON 50 PARES.	

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
12	ANEXO 24 PARTIDA 411 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 7. CAJA CON 50 PARES.	
13	ANEXO 24 PARTIDA 456 LAPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTO FINO RECUBIERTO DE TEFLON E-Z CLEAN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAPIZ CON PUNTA RECUBIERTA DE SILICON ELASTOMERICO QUE ES FLEXIBLE, NO SE DESCARAPELA, PERMITE AL CIRUJANO USAR GRADUACIONES MAS BAJAS DE ENERGIA, REDUCE LA DISPERSION TERMICA Y NO INTERFIERE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPERADO.	
14	ANEXO 24 PARTIDA 461 MALLA ABDOMINAL DE GORETEX DE 10CM X 15CM X 1.0MM BIOMATERIAL DUALMESH SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LICITAR MALLA MARCA PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE 15X10 QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS	

Atentamente,

Flavio Enrique Castañeda
Fonseca

Representante Legal

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 04 de Abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V.
R.F.C. SIK1206087Q2
Boulevard Manuel Ávila Camacho 2222
1er piso, Col. Sta. Mónica; Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54040 Tel. (55) 4748 1500

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.**

Nombre o Razón Social del Licitante: **SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.**

NO.	RE - PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 361, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte hemostático a base de colágeno de bovino para sangrados moderados de 3x5 cm caja con 12 piezas	
2	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 362, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte esponja seca blanda, de gelatina de porcino para sangrados venosos, capilares y/o parenquimatosos de 8X5X1 CM	
3	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 363, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte esponja seca blanda, de gelatina de porcino para sangrados venosos, capilares y/o parenquimatosos de 8X5X1 CM	

SOLUGLOB IKON

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. R.F.C. SIK1206087Q2

4	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para la partida 461, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte malla de PTFE Condensado de estructura monocapa espesor de 0.15 mm indicada para hernia inguinal e insicional	
5	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 14 hecha por Hi-Tec. Y la No. 16 hecha por Kendall, Para las partidas 462 y 463, sin demeritar la calidad y funcionalidad del bien requerido de la manera más ateta solicitamos a la Convocante acepte malla de polipropileno peso de 82 g/m2 cumpliendo además con las característica solicitadas	
6	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 5 hecha por SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, en virtud que hay muestras que son de alto valor y la cantidad solicitada es muy baja tomando como ejemplo las partidas 461, 462 y 463, atentamente solicitamos nos permita entregar Catálogo y ficha técnica del bien a ofertar.	
7	Re-pregunta en relación a la respuesta a la pregunta No. 16 hecha por mi representada. Para las partidas 675 y 677 solicitamos atentamente a la Convocante nos indique si los trocares de podrán ofertar sin navaja	

Atentamente

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V.

R.F.C. SIK1206087Q2

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2222

1er piso, Col. Sta. Mónica; Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54040 Tel. (55) 4748 1500

**MARTHA EUGENIA FLORES
DE LA TORRE**

Nombre del Representante
Legal

REPRESENTANTE LEGAL

Cargo en la empresa

Firma

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México, a 04 de abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.

Nombre o Razón Social del Licitante: KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 35 ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL <u>CHICO</u> PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PROTECTOR PARA OJOS CHICO (MEDIDA: 2.9 X 11.4 CM) CAJA CON 50 PIEZAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	Técnica Se acepta para evaluar Rail delgado de LIDIA
2	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 36 ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL MEDIANO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTECTOR PARA OJOS GRANDE, CON BROCHE DE VELCRO, PARA BEBÉS CON PESO SUPERIOR A LOS 1500 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	Técnica Se acepta para evaluar Rail delgado de LIDIA
3	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 42 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 4.4 X 4.4 CM. CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, MEDIDAS 3.8 CMX 3.8CM, ESTÉRIL, DESECHABLE, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta solicitud LIDIA

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
4	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 43 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 10 X 25 CM. CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE MEDIDAS 10.2 X 20.3 CM, CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No acepto solicitud ~~10/10~~ P.
5	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 44 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRILES, SUAJADO Y REFORZADO EN UN EXTREMO, CON CINTA DE TELA PARA PROVEER MAYOR ASEGURAMIENTO RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. MEDIDAS APÓSITO 5 X 5.7 CM. (DESCRIPCION COMPLETA EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA) CAJA C/50 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE MEDIDAS 5.1 X 7 CM, CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE DOBLE ETIQUETADO, DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR, EN PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No acepto solicitud ~~10/10~~ P.
6	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 54 APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10 X10 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta apegarse a lo solicitado Rosa Linda López
7	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 72 APOSITO HIDROCOLOIDE CHICO DE 10 X 10 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta apegarse a lo solicitado Rosa Linda López
8	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 73 APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO QUE PROMUEVE UN MEDIO AMBIENTE HÚMEDO Y UN CONTROL ÓPTIMO DE EXUDADO DE 10 X 10 CM. CON 10 PIEZAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7

KM-VTMS-090-18

/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
9	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 74 APOSITO HIDROCOLOIDE GRANDE DE 15 X 15 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APOSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 15.24 X 15.24 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Apegarse a lo solicitado
10	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 118 BOTON DE MIC-KEY LOW NO. 16 DE BAJO PERFIL PARA GASTROSTOMIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL BOTÓN PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE BAJO PERFIL, ELABORADO DE SILICÓN, CON GLOBO DE RETENCIÓN INTERNA. CALIBRE 16FR. INCLUYE DOS EXTENSIONES DE ALIMENTACION, POR BOLOS Y CONTINUA; UNA JERINGAS PARA INSUFLAR EL GLOBO Y UNA PARA IRRIGACIÓN. DISPONIBLES EN LONGITUDES DE ESTOMA DESDE 0.8CM, HASTA 5CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA LONGITUD DEL ESOMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica 1.0 - 1.5 - 2.0 cm
11	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 119 BOTON DE MIC-KEY NO. 14 DE BAJO PERFIL PARA GASTROSTOMIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL BOTÓN PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE BAJO PERFIL, ELABORADO DE SILICÓN, CON GLOBO DE RETENCIÓN INTERNA. CALIBRE 16FR. INCLUYE DOS EXTENSIONES DE ALIMENTACION, POR BOLOS Y CONTINUA; UNA JERINGAS PARA INSUFLAR EL GLOBO Y UNA PARA IRRIGACIÓN. DISPONIBLES EN LONGITUDES DE ESTOMA DESDE 0.8CM, HASTA 5CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA LONGITUD DEL ESTOMA.	Técnica No se acepta. 1.0 - 1.5 - 2.0
12	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 345 ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE KENDALL CAT: 1050 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTARCAJA CON 100 SOBRES CON 3 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Apegarse a lo solicitado Rafael de la Cruz
13	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 349 ENGRAPADORA PARA CIRUGÍA ENDOSCOPIA DE 5 MM. ETHICON PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERIMIR OFERTAR ENDOCLIP 5MM MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Si acepto p/ evaluación Sandra A. Hernandez U
14	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 350 ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA PARA EL QPOSE UCL 35W MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Si acepto Sandra D. Hernandez U

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500

HERNANDEZ
GASTRO
Dr. Valpardo
GASTRO
Dr. Valpardo
REMI
QUIROFANO
QUIROFANO

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
15	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 456 LAPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTO FINO RECUBIERTO DE TEFLON E-Z CLEAN PREGUNTA: SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAPIZ CON PUNTA RECUBIERTA DE SILICON ELASTOMERICO QUE ES FLEXIBLE, NO SE DESCARAPELA, PERMITE AL CIRUJANO USAR GRADUACIONES MAS BAJAS DE ENERGIA, REDUCE LA DISPERSION TERMICA Y NO INTERFIERE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPERADO.2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS CANTIDADES DE PRODUCTO EN PIEZAS SOLICITADA ES MENSUAL O ES ANUAL.	Técnica Si acepto y anual. Sando A. Hernandez M. <i>[Signature]</i>
16	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 461 MALLA ABDOMINAL DE GORETEX DE 10CM X 15CM X 1.0MM BIOMATERIAL DUALMESH PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR MALLA MARCA PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE 15X10 QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Si acepto Sando A. Hernandez M. <i>[Signature]</i>
17	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 527 PLACA CONDUCTORA PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE ADHERENTE PEDIATRICA PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS CANTIDADES DE PRODUCTO EN PIEZAS SOLICITADAS ES ENTREGA MENSUAL O ANUAL.	Técnica Si acepto, anual. Sando A. Hernandez M. <i>[Signature]</i>
18	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 230 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 31 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 31 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica se acepta P/evaluar <i>[Signature]</i>
19	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 231 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 37 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 1 COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No Se acepta No es lo que se solicita <i>[Signature]</i>

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500

4

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
20	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 232 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 1 COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 39 CM...DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Nose acepta nos solicito Se acepta 9 lo solicito Ulf
21	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 233 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 42 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 42 CM... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica se acepta p/evaluar Ulf
22	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 234 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 47 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO TENCKHOFF DE 47 CM.... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Se acepta p/evaluar De acuerdo Ulf
23	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 235 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 57 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 57 CM..... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Se acepta p/evaluación De acuerdo Ulf

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
24	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 236 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 62 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA MODELO COLA DE COCHINO DE 62 CM..... DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica Se acepta planear De acuerdo UAF NETRO
25	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 238 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR., X 12 A 15 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 45 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR X 15 CM. DE LONGITUD CON EXTENSIONES CURVAS, DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, , CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 10 FR. AGUJA INTRODUTORA CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta. No es la medida. De acuerdo UAF NETRO
26	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 239 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 8 FR. X 11 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 45 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 8 FR. X 12 CM. DE LONGITUD, EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, , CON CATÉTER INTRODUTOR CORTO DE 8 FR. AGUJA INTRODUTORA CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta no es la medida De acuerdo UAF NETRO

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7

KM-VTMS-090-18

/ mto*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500



4

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
27	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 240 CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 9 FR. X 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON LÚMENES INTERNOS DE DIÁMETROS 14 Y 14 Ga., DILATADOR, TAPONES TRANSPARENTES CON SITIO DE INYECCIÓN, SEGURO DESLIZABLE, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.025" X 60 CM. DE LONGITUD, CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, CON CATÉTER INTRODUCTOR CORTO RADIOPACO DE 20 Ga. X 4.45 CM., MONTADO EN AGUJA DE 22 Ga., AGUJA INTRODUCTORA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 20 Ga. X 3.81 CM. DE LONGITUD, CON JERINGA DE 5 CC. CON ORIFICIO EN ÉMBOLO PARA INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA, CON SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN CAL. 10 FR. X 12 CM. DE LONGITUD, CON EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR, TAPONES, CON GUÍA METÁLICA CON EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J" DE 0.038" X 75 CM. DE LONGITUD, CON CATÉTER INTRODUCTOR CORTO DE 8 FR. AGUJA INTRODUCTORA CAL. 18 GA. MARCA MAHURKAR - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta WA
28	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 241 CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM CATH DE 10FR X 15 CMS DE LONG. PRE CURVADO CON PUNTA EN ESCOPETA DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR DE 10FR X 15 CMS DE LONG. CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN ..YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica se acepta Pleavaluar WA
29	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 253 CATETER TENCKOFFH DE 31 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER TENCKOFFH DE 31 CM CON DOS COJINETES DE LA MARCA ARGYLE - COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica se acepta Pleavaluar WA
30	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 441 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 12FR X 20 CM. DE LONG, PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 11.5FR X 19.5 CM. DE LONG, CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No se acepta WA

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mto*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
31	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 442 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 8FRX12 CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 8FRX12 CM. DE LONG , CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN, YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITAN LA LIBRE PARTIPACION .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Tecura Se acepta p/evaluar 
32	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 443 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 13.5 X 20CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 13.5 X 19.5 CM. DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA CONICA , DE LA MARCA COVIDIEN , YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Tecura No Se acepta 
33	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 444 KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLIM- CATH MEDIDA DE 10FR X 12CM DE LONG , PRE CURVADO CON PUNTA DE ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 10FR X 12CM DE LONG ,CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN , YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Tecura Se acepta p/evaluar 
34	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 445 KIT DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL TIPO MAHURKAR NIAGARA SLIM CATH MEDIDA DE 12 FR. X 20 CM. DE LONGITUD PRECURVADO, CON PUNTA EN ESCOPETA 100% DE BODY SOFT PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL MAHURKAR MEDIDA DE 11.5FR X 19.5 CM. DE LONG , CON EXTENSIONES CURVAS CON PUNTA CONICA DE LA MARCA COVIDIEN .. YA QUE LA MARCA NIAGARA - BARD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN .. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Tecura No Se acepta 

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
35	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 615 SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓN 100%, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 26 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON DE 26FR 30CC 2 VIAS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No acepto solicitud 18/12/14 P.
36	ANEXO No. 24 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 616 SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓN 100%, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 28 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICON DE 28FR 30CC 2 VIAS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Técnica No acepto solicitud 18/12/14 P.

Atentamente

Janeth Martínez Baltazar

Representante Legal

Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

Kendall

R.F.C.: KME-590502-HY7
KM-VTMS-090-18
/ mfo*

KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez
C.P. 03810
Ciudad de México
Conmutador: 5804 1500



ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México, a 4 de ABRIL de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E92-2018 Para la adquisición de: PARA LA ADQUISICIÓN A UN SOLO PROVEEDOR DE: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL EJERCICIO 2018.
Nombre o Razón Social del Licitante: PHARMACUR, S.A. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Referente a criterio de adjudicación. Solicitamos amablemente a la convocante modificar el criterio de adjudicación por partida. Lo anterior con la finalidad de fomentar la sana participación e incrementar el número de ofertantes. ¿Se acepta?	Administrativa
2	ANEXO No 24 Anexo Técnico. Para Los renglones 98, 99, 117 y 382 solicitan marca Terumo. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar insumos que cumplen el al 100% las características de los renglones enunciados pero otra marca. ¿Se acepta como opción?	Administrativa

Atentamente

José Luis Camacho Morales	Representante Legal		
Nombre del Representante Legal	Cargo en la empresa		Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento

PHARMACUR, S.A. de C.V.
Cerrada Martín Mendalde No. 1348; Col. Del Valle Sur; Del. Benito Juárez; C.P. 03100; México, D.F.
Tel.: (55) 5663-4774

www.pharmacur.com.mx



ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA


Ciudad de México, a 4 de Abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: PARA LA ADQUISICIÓN A UN SOLO PROVEEDOR DE: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.

Nombre o Razón Social del Licitante: SERVICIO DE FARMACIA PREFARMA S.A. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1.	SECCION VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES FAVOR DE CONFIRMAR QUE TODOS LOS ESCRITOS Y ANEXOS DEBERÁN DE DIRIGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: Hospital Infantil de México Federico Gómez Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas Presente.	Administrativa
2.	ANEXO 11 CONSTANCIA DE LA INSTITUCION BANCARIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE DICHO ANEXO SOLO DEBE PRESENTARSE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	Administrativa
3.	SECCION II OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICAN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR SOLO UN ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO TAMBIÉN A LO SOLICITADO EN LA SECCION IX NUMERAL 10	Administrativa



Servicios de Farmacia PREFARMA, S.A. de C.V.


Avenida Paseo de la Reforma #295, Piso 13

Colonia Cuauhtémoc


C.P. 06500

Distrito Federal, México

4.	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR R.S, LITERATURA MÉDICA, FOTO DEL EMPAQUE PRIMARIO Y MUESTRAS POR FAMILIA.	Administrativa
5.	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO, MUESTRAS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE 1 SOLA PIEZA DE MUESTRAS POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS.	Administrativa
6.	SECCION III FORMA Y TERMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ARCHIVO QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE SERÁ ÚNICAMENTE EL ANEXO DEL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS, TANTO EN EL PARÁMETRO TÉCNICO COMO EN EL ECONÓMICO.	Administrativa
7.	SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. REEMBOLSO DE FACTURAS EN EL CASO DE NO REALIZAR LAS ENTREGAS. PÁGINA 32. SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EL DESABASTO SE ORIGINE POR CAUSAS PROPIAS DEL FABRICANTE DEL BIEN Y AJENAS A MI REPRESENTADA, NO SEA PROCEDENTE DICHO REEMBOLSO, EN EL ENTENDIDO QUE MI REPRESENTADA ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE DICHO DESABASTO.	Administrativa
8.	SECCION IX ANEXO 24 ANEXO TECNICO, PUNTO 3 Y 4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LITERATURA MÉDICA Y COPIA DEL EMPAQUE PRIMARIO POR FAMILIA	Administrativa
9.	ANEXO NO. 9 OFERTA ECONÓMICA DE LA ENVIADA ELECTRONICAMENTE, PÁGINA 79. SOLICITO A LA CONVOCANTE INDIQUE A MI REPRESENTADA SI ES CORRECTO COLOCAR LA "CANTIDAD MÁXIMA" DEL ANEXO 24, EN LA COLUMNA "CANTIDAD TOTAL DE BIENES"	Administrativa
10.	ANEXO NO. 9 OFERTA ECONÓMICA DE LA ENVIADA ELECTRONICAMENTE, PÁGINA 83. SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA LA MANERA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, TODA VEZ QUE EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA PÁGINA 83 SE INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO Y EN LA PÁGINA 84 "INSTRUCTIVO DE LLENADO" EN EL APARTADO "NOTA" INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS CÓDIGOS A OFERTAR, DE NO SER ASÍ SERÁ RECHAZADA.	Administrativa




11.	ANEXO 25 RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS. PÁGINA 495. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA ENTREGAR EL PRESENTE FORMATO A RENGLÓN SEGUIDO.	Administrativa
12.	SECCIÓN IX. ANEXO NO. 24 ANEXO TÉCNICO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, PARA EL EJERCICIO 2018, TODAS LAS PARTIDAS. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA PRESENTAR EL IPP Y/O FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES A OFERTAR COMO LITERATURA MÉDICA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.	Administrativa
13.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III DE LA LAASSP SE ACLARE EN EL CONTRATO RESPECTIVO QUE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO TENDRÁ EL PRESUPUESTO APROBADO DISPONIBLE PARA REALIZAR EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR. ADEMÁS SE SEÑALE EXPRESAMENTE QUE SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO EL DESVÍO, RETENCIÓN Y OMISIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSP.	Administrativa
14.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIV DE LA LAASSP SE ESTIPULE EN EL CONTRATO LA FORMA EN QUE SERÁ EXIGIBLE EL PAGO DEL SERVICIO EN CASO DE FALTA DE PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. ARTÍCULO 45. EL CONTRATO O PEDIDO CONTENDRÁ, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE: XIV. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO.	Administrativa



Servicios de Farmacia PREFARMA, S.A. de C.V.


Avenida Paseo de la Reforma #295, Piso 13

Colonia Cuauhtémoc


C.P. 06500

Distrito Federal, México


15.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA; PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO, PARRAFO 3, PÁGINAS 89 Y 90. TODA VEZ QUE CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP LA FECHA DE PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS "NO PODRÁ EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO QUE EL PROVEEDOR NO ESTARÁ OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN SUBSIGUIENTES EN CASO DE FALTA DE PAGO DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN ANTERIORES IMPUTABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	Administrativa
16.	SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO ORIGEN DE LOS RECURSOS, PÁGINAS 10 Y 11. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA POR CUESTIONES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL DE CUALQUIER TIPO NO REALICE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y FACTURADOS EN TIEMPO Y FORMA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 45 FRACCIÓN III DE LA LAASSP	Administrativa
17.	SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO ORIGEN DE LOS RECURSOS, PÁGINA 11. EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EXISTE UN PRESUPUESTO PREVIAMENTE APROBADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSP, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA DEJE DE REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA NO OBSTANTE QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE PRESTANDO EL SERVICIO DE MANERA SATISFACTORIA AL CIENTO POR CIENTO.	Administrativa



18.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR ENTRE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA Y EL LICITANTE ADJUDICADO ES DE CARÁCTER BILATERAL DONDE LAS CONTRAPRESTACIONES Y OBLIGACIONES SON DE CARÁCTER RECÍPROCO ENTRE ELLAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LAASSP.	Administrativa
19.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAS CONVENCIONALES, PÁGINA 93 "SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIX Y 53 DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 DE SU REGLAMENTO, SE ACLARE EN EL CONTRATO A FORMALIZAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SERÁ OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE REALIZA EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEJA DE PROVEER LOS BIENES POR DICHA CAUSA."	Administrativa
20.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAS CONVENCIONALES, PÁGINA 93 "SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XIX Y 53 DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 DE SU REGLAMENTO, SE ACLARE EN EL CONTRATO A FORMALIZAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SERÁ OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE REALIZA EL PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEJA DE PROVEER LOS BIENES POR DICHA CAUSA."	Administrativa



21.	SECCIÓN VIII. ANEXO NO. 14. MODELO DE CONTRATO, ANTEPROYECTO DE CLAUSULADO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO TERCERO DE LA LAASSP Y 84 SEXTO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO ESTARÁ OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE FORMALIZA LA AMPLIACIÓN AL VEINTE POR CIENTO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP. ASÍ MISMO, SE ESTABLEZCA DE MANERA EXPRESA EL RECONOCIMIENTO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPECTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS EN EL PERIODO EN QUE NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO.	Adm. y t. c. n.
22.	Anexo 24, anexo técnico, partida 309. Solicitamos a la convocante poder ofertar la siguiente descripción: "Conector libre de uso de agujas, circuito cerrado, presión neutra, sin partes metálicas, libre de látex, tasa de perfusión de 165ml /min mantiene el sistema cerrado por 7 días, cuerpo transparente de policarbonato, con cono recto de punta roma en policarbonato con dos ventanas para el paso de líquidos, espacio muerto 0.02 ml. tecnología septum con sello interno de silicona." ¿se acepta nuestra petición?	Técnica No acepto solicitud Lidia P.
23.	Anexo 24, anexo técnico, partida 370. Solicitamos a la convocante poder ofertar la siguiente descripción: "Conector libre de uso de agujas, sistema cerrado, formado por 3 componentes: cono de policarbonato, sello de silicona y cuerpo de policarbonato, tiene desplazamiento neutro, mantiene el circuito cerrado por 7 días, se purga con 0.04ml, con tasa de perfusión de 165ml /min con 3 micro clave clear, longitud de 18 cm." ¿se acepta nuestra petición?	Técnica No acepto solicitud Lidia P.
24.	Anexo 24, anexo técnico, punto 13.1 para este punto debemos entender que son dos escritos distintos y que el primero es expedido por mi representada para la parte que a la metra dice: "Si son distribuidores y/o comercializadoras deberán presentar carta expedida exclusivamente para la presente licitación y haciendo mención de los códigos en los que participa" y un segundo escrito emitido por el fabricante o distribuidora mayorista. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Adm.



25.	Anexo 24, anexo técnico, punto 14. Debemos entender que la copia del documento a presentar deberá de ser de cada uno de los fabricantes, ya que de acuerdo a lo establecido en la norma en mención es responsabilidad del titular del registro sanitario la implementación de dicha unidad cito: "5. Disposiciones generales 5.1 El titular del registro sanitario del dispositivo médico o representante legal en México, será el responsable de que se implementen las actividades de la tecnovigilancia de sus productos en México, de conformidad con lo establecido en la presente norma." De no ser así se podría estar limitando la libre participación en el presente procedimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Administrativa
-----	--	----------------


Atentamente

Lic. Silvia Paola Hintze de León


 Nombre del Representante Legal


Representante Legal

 Cargo en la empresa



 Firma





HI-TEC
MEDICAL

S.A. DE C.V. MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 02 de Abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez,
Subdirección de Recursos Materiales,
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas,
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: Materiales, Accesorios y Suministros Médicos para el ejercicio 2018.

Nombre o Razón Social del Licitante: Hi-Tec Medical, S.A. de C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	ANEXO 24 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA UNIDAD DE MEDIDA EN QUE DEBERAN COTIZARSE, LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 34, 49, 53, 56, 60, 65, 71, 77, 78, 82, 148, 149, 226, 227, 281, 282, 283, 311, 342, 345, 362, 399, 402, 455, 515, 529, 598, 678, 680, 702.	Administrativa 10/4/18 P. 2018
2	ANEXO 24 PARTIDA 239 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER PARA HEMODIALISIS DE DOBLE LUMEN CAL 8 FR X 11 CMS DE LONGITUD DE POLIURETANO CON PUNTA AZUL FLEXIBLE CON DILATADOR, TAPONES TRANSOARENTES PARA SITIO DE INYECCION, SEGURO DESLIZABLE, CON GUIA METALICA CON EXTREMOS FLEXIBLES CON UNO DE ELLOS EN TERMINACION EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA. MARCA: ARROW.	Técnica Si se acepta.
3	ANEXO 24 PARTIDA 247 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO DE 4 FR 2 LUMENES MARCA: ARROW.	Técnica Apegarse a lo solicitado 10/4/18 P.
4	ANEXO 24 PARTIDA 252 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO CAL 5 DOBLE LUMEN MARCA: ARROW.	Técnica Apegarse a lo solicitado 10/4/18 P.



**HITEC
MEDICAL**

S.A. DE C.V. MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
5	ANEXO 24 PARTIDA 267 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOPACO Y DESECHABLE, TRIPLE LUMEN, CAL. 5.5 FR. X 10 A 13 CM. DE LONGITUD. CON LÚMENES INTERNOS DE CAL. 20, 22 Y 22 GA. PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON MARCAS INDELEBLES DE LONGITUD CADA CM. SUS LÚMENES DEBEN OCLUIRSE CON TAPONES TRASLÚCIDOS CON SITIO DE INYECCIÓN Y CON SEGURO DESLIZABLE. EQUIPO BÁSICO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA DE SELDINGER DEBE INCLUIR UNA GUÍA METÁLICA DE EXTREMOS FLEXIBLES, UNO DE ELLOS EN "J", DE 0.018" X 45 CM., CON AVANZADOR DE UNA SOLA MANO, DILATADOR VASCULAR, CATÉTER CORTO RADIOPACO DE 22 GA. X 4.45 CM. MONTADO SOBRE AGUJA INTRODUCTORA CAL. 25 GA., AGUJA CON CÁMARA TRASLÚCIDA CAL. 21 GA. X 3.8 CM. DE LONGITUD, JERINGA DE 5 CC. TIPO "LUER SLIP" Y SISTEMA DE FIJACIÓN AJUSTABLE. MARCA ARROW.	Técnica <i>No. Se requiere el equipo básico ANTICÉPTICO</i>
6	ANEXO 24 PARTIDA 270 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SET DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL PEDIÁTRICO DE DOS LÚMENES CON PUNTA FLEXIBLE BLUE FLEX TIP®. CADA KIT CONTIENE: UN CATÉTER DE PERMANENCIA DE DOS LÚMENES DE 5 FR. X 5-1/8"(13 CM) POLIURETANO RADIOPACO CON PINZAS EN CADA LINEA DE EXTENSIÓN, TAPONES DE SITIOS DE INYECCIÓN. UNA GUÍA METÁLICA DE RESORTE: .021" (.53MM) DIA X 17-13/16"(45 CM) (PUNTA BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y PUNTA EN "J" EN EL OTRO). UN: CIERRE: PINZA PARA CATÉTER. UNA: AGUJA INTRODUCTORA: 20 GA X 1 1/2" (3.81 CM) XTW. UN: CATÉTER DE 20 GA X 1 3/4" (4.45 CM) RADIOPACO HASTA 22 GA. AGUJA INTRODUCTORA TW CON JERINGA LUER-SLIP DE 5CC. UN DILATADOR DE TEJIDO. UNA: PINZA PARA CATÉTER. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: ARROW.	Técnica <i>No. Se requiere el equipo básico</i>
7	ANEXO 24 PARTIDA 349 ENGRAPADORA PARA CIRUGÍA ENDOSCOPIA DE 5 MM. ETHICON SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENDOCLIP 5MM MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERIZTICAS SOLICITADAS	Técnica <i>Si acepta. Sando A. Hernandez U.</i>

TER. INT.

TER. INT.

QUIRÓF.



H I - T E C
MEDICAL

S.A. DE C.V. MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
8	ANEXO 24 PARTIDA 350 ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENGRAPADORA PARA PIEL QPOSE UCL 35W MARCA COVIDIEN, YA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERIZTICAS SOLICITADAS.	Tecma Si acepta Sando A. Hernandez M.
9	ANEXO 24 PARTIDA 408 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 8. CAJA CON 50 PARES.	Tecma AJUSMARE A LO PE 8000
10	ANEXO 24 PARTIDA 409 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 6.5. CAJA CON 50 PARES.	Tecma AJUSMARE A LO PE 8000
11	ANEXO 24 PARTIDA 410 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LICITAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 7.5. CAJA CON 50 PARES.	Tecma AJUSMARE A LO PE 8000

QUIROF

DR. BLANCO

DR. BLANCO

DR. BLANCO



H I - T E C
MEDICAL

S.A. DE C.V. MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
12	ANEXO 24 PARTIDA 411 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE PARA CIRUJANO DE NEOPRENO HIPOALERGENICO, SIN LÁTEX, SIN TALCO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONTRA PENETRACIÓN VIRAL, COLOR VERDE, CON SURE FIT TECHNOLOGY QUE MEJORA EL AGARRE DEL GUANTE SOBRE LA BATA Y EVITA EL DESLIZAMIENTO O ENROLLAMIENTO, MOLDE ANATOMICO PARA EVITA LA FATIGA DE LA MANO. TALLA 7. CAJA CON 50 PARES.	Tecnia No se acepta
13	ANEXO 24 PARTIDA 456 LAPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCIRUGIA, CON PUNTO FINO RECUBIERTO DE TEFLON E-Z CLEAN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAPIZ CON PUNTA RECUBIERTA DE SILICON ELASTOMERICO QUE ES FLEXIBLE, NO SE DESCARAPELA, PERMITE AL CIRUJANO USAR GRADUACIONES MAS BAJAS DE ENERGIA, REDUCE LA DISPERSION TERMICA Y NO INTERFIERE EL TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPERADO.	Tecnia Sandra A. Hernandez M. Si acepta.
14	ANEXO 24 PARTIDA 461 MALLA ABDOMINAL DE GORETEX DE 10CM X 15CM X 1.0MM BIOMATERIAL DUALMESH SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LICITAR MALLA MARCA PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE 15X10 QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS	Tecnia Sandra A. Hernandez M. Si acepta.

Atentamente,

Flavio Enrique Castañeda
Fonseca

Representante Legal

Firma

ANEXO No. 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 04 de Abril de 2018.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Presente.

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V.
R.F.C. SIK1206087Q2
Boulevard Manuel Ávila Camacho 2222
1er piso, Col. Sta. Mónica, Tlalnepanitla de Baz,
Estado de México, C.P. 54040 Tel. (56) 4748 1500

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. No. LA-012NBG003-E92-2018, Para la adquisición de: **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.**

Nombre o Razón Social del Licitante: **SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.**

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Anexo No. 15 CERTIFICACIÓN DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ADICIONAL A ESTE ANEXO PODREMOS INCLUIR EL DOCUMENTO EMTIDO POR COMPRANET DENOMINADO "REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS" (RUPC) LA CUAL EVIDENCIA QUE SE HA LLEVADO A CABO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE REFERENCIA.	Administrativa
2	SECCION IV REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, NUMERAL 18. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL ANEXO 7 SOLAMENTE APLICARA A LOS BIENES QUE TENGAN EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y NO ASI A LOS DE FABRICACION EXTRANJERA TOMANDO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROCEDMIENTO ES ABIERTO, POR LO QUE SE PODRAN OFERTAR BIENES DE CUALQUIER NACIONALIDAD.	Administrativa

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V.

R.F.C. SIK1206087Q2

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2222

1er piso, Col. Sta. Mónica Tlalnepantla de Baz

Estado de México, C.P. 54040 Tel. 47481500

SOLUGLOB IKON

SOLUCIONES Y MEJORA DE PROCESOS HOSPITALARIOS

3	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE ALGUN DOCUMENTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ESTE S PODRA PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"	Admistrativa
4	SECCION VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES ANEXO No. 20 DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE ANEXO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL AVISO DE CUMPLIMIENTO.	Admistrativa
5	PARTIDAS 116 Y 116 BOLSA RESERVORIO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	Admistrativa - Técnica Si 1 sola nuestra No es lo mismo
6	PARTIDA 190, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA PARTIDA TIENE UN ERROR, YA QUE NO HAY NUMERACION DE 5.5mm SIN GLOBO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Técnica ~~50 mm~~ Se de es correcta su
7	PARTIDA 199, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	Técnica apreciación 0 50 mm. Dr. Fuentes
8	PARTIDA 200, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	Técnica 00 40 mm Dr. Fuentes
9	PARTIDA 204, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	Técnica 4 90 mm Dr. Fuentes
10	PARTIDA 205, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	Técnica 5 ~~88~~ 100 mm Dr. Fuentes
11	PARTIDA 206, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN mm DE LA CANULA REQUERIDA	Técnica 6 140 mm Dr. Fuentes

ANESTESIA

ANESTESIA

ANESTESIA

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Bld. Manuel Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500

SOLUGLOB IKON

SOLUCIONES Y MEJORA DE PROCESOS HOSPITALARIOS

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V.

R.F.C. SIK1206087Q2

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2222

1er piso, Col. Sta. Mónica, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54040 Tel. 47481500

12	PARTIDA 452, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE KIT ES PARA PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO	Tecma NO HAY ASISTIRSE A LO SOLICITADO. PEDIATRICO. LO SOLICITADO
13	PARTIDAS 498 Y 499 MASCARILLA TIPO COLLARIN, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CPNVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA BOLSA SE DEBERÁ INTEGRAR A UNA SOLA PARTIDA, YA QUE LA MEDIDA ES LA MISMA EN AMBOS CASOS Y DE SER ASI FAVOR DE INCAR QUE SOLAMENTE BASTARA CON ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS	Adanashela - Tecma NO PARTIDAS DISTINTAS Cep
14	PARTIDAS DE LA 548 A LA 554 RESUCITADOR MANUAL, DE LA MAERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERA OFERTAR REUSABLE O DESECHABLE	Tecma ASISTIRSE A LO SOLICITADO. Cep
15	PARTIDA 595, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ESTE SISTEMA DEBERÁ SER CCOMPATIBLE CON LOS CODIGOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559, SIN EMBARGO EN LOS CODIGOS MENCIONADOS, LA MARCA ES FISHER & PAYKEL Y EN LA PARTIDA DE REFERENCIA LA OPCION ES TAMBIEN HUDSON, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, DE LA MANERA MAS ATETA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA LOS CODIGOS REFERERIDOS 13070432, 13070433, 13070552, 13070555, 13070556, 13070557, 13070558 Y 13070559 UN SISTEMA CPAP COMPLETO, MISMO QUE YA INCLUYE LA CANULA Y EL SISTEMA.	Tecma ASISTIRSE A LO SOLICITADO Cep
16	PARA TODAS LAS PARTIDAS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE A LA SUGERIDA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE SOLICITAN.	Adanashela
17	REGISTROS SANITARIOS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA CUANDO APLIQUE.	Adanashela

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK1206087Q2

Bld. Manuel Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500

18	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"3. Adjunto a cada hoja del formato anexo no. 8 el licitante deberá entregar literatura médica de cada uno de los códigos ofertados o (catálogos, folletos que permitan evaluar el bien ofertado) misma que deberá entregarse sin tachaduras, legibles, completos y plenamente identificado con una marca de asterisco o sombra el lugar específico en el cual se encuentra el bien ofertado."</u> ES CORRECTO ENTENDER QUE ADEMÁS DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS, DEBEREMOS ENTREGAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE POR CADA PARTIDA OFERTADA?	Adm. Asistencia
19	LA CONVOCANTE SOLICITA: <u>"Copia del documento que acredite que cuenta con una Unidad de Tecnovigilancia autorizada por la COFEPRIS en base a la NOM-240-SSA1-2012, con tres años de operación; a efecto de darle manejo de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos que se utilicen dentro del Hospital. Esta Unidad deberá ser del proveedor, no se aceptarán contratos con terceros para dicha actividad de Tecnovigilancia."</u> DEBEREMOS DE ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SOLAMENTE APLICARÁ A LOS FABRICANTES, Y NO SERÁ NECESARIO ANEXARLA EN CASO DE REPRESENTADA QUE TIENE LA FIGURA DE INTEGRADOR/DISTRIBUIDOR/SUBDISTRIBUIDOR, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Adm. Asistencia
20	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE ENTREGUE UN FORMATO CORRESPONDIENTE AL ANEXO No. 25 POR CADA CÓDIGO PRESENTADO, PARA EL CAO DE LAS MUESTRAS QUE ABARCAN UNA FAMILIA, DEBEREMOS DE ENTENDER QUE SOLAMENTE SE PRESENTARÁ UN DOCUMENTO POR LAS PARTIDAS QUE ABARCA LA MUESTRA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Adm. Asistencia



SOLUGLOB IKON

SOLUCIONES Y MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

Atentamente

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V.
R.F.C. SIK120608702
Boulevard Manuel Ávila Camacho 2222
1er piso, Col. Sta. Mónica, Tlalneapantla de Baz,
Estado de México. C.P. 54040 Tel. (55) 4748 1500

**MARTHA EUGENIA FLORES
DE LA TORRE**
Nombre del Representante
Legal

REPRESENTANTE LEGAL
Cargo en la empresa

Firma

SOLUGLOB IKON S.A. DE C.V. RFC: SIK120608702
Blvd. Manuel Ávila Camacho 2222 1er Piso, Col. Santa Mónica
Tlalneapantla de Baz, Estado de México C.P. 54040 Tel. 47481500



LISTA DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS
Correspondiente a la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta No. LA-012NBGG003-E92-2018
Para la Adquisición de Radiofármacos por Unidadosis, para el ejercicio 2018
04-abr-18

NO.	HORA	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	CARGO Y ADSCRIPCIÓN	FIRMA
1	08:30	Juan Pablo Serna Gómez	adqfarmaceuticas@hinfg.edu.mx /	Jefe de Departamento de Compras Gubernamentales	
2	8:30	Carlos González Domínguez	cgonzalez@hinfg.edu.mx /	Jefe del Departamento de ALMACENES	
3	8:30	Salvador Villalpando Capín	villalpandoc@hinfg.edu.mx /	Jefe Depto. Gastos y Nutrición	
4	8:30	Luis E. Juárez Villalón	lvizjavelvillegas@gmail.com	Jefe Depto. Materiales y Consumibles	
5	8:30	Ignacio Torres García	dr.torres.ne@gmail.com	NEURORADICIA (MA)	
6	8:30	Patricio Muñoz Araujo	pdia@hinfg.edu.mx	Depo Int.	
7	8:30	María Irene Gortázar	vlopez@hinfg.edu.mx vlopez@hinfg.edu.mx	Unidades	
8	8:30	Gerardo Benavente Domínguez	gerardobenavente@yahoo.com.mx	Jefe. Asesoría Médica	
9	8:30	Araeli Saldívar Flores	arasu121@yahoo.com.mx	Dpto. Entrenamiento	
10	8:30	Vicenacio Juárez B	vjburreto@yahoo.com.mx	Jefe de Banco de Sangre	

