



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

En la Ciudad de México siendo las 09:30 horas, del 17 de febrero de 2021, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en: el 2º piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y demás disposiciones aplicables a la Invitación.

Este acto fue presidido por la Lcda. Graciela Villeda González. Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, servidor público designado por la convocante Hospital Infantil de México Federico Gómez, de conformidad con el punto V.1.8.3 inciso b) de los POBALINES vigentes quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Invitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área requirente del Departamento de Nefrología, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y los representantes del área contratante del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas y Departamento de Almacenes, los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	Fresenius Medical Care de México S.A. de C.V.	Compranet	19

Dr. Márquez 162, Col Doctores, 06720 CDMX
Conmutador: 55 52 28 99 17 ext. 2422





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet.

Procedimiento: 1042210 - SI Hospital Infantil de México

https://compranet.hacienda.gob.mx/asp/mcl/message/received?message.do/reset=true&_http=1613439726765

19:35 a.m. CST - Central America Time Bienvenido: Lucía Adriana Maldonado Popoca

CompraNet

Procedimiento: 1042210 - SERVICIO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS CON SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL EJERCICIO 2021

Exposición 2021069-SERVICIO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS CON SUMINISTRO DE EQUIPOS

Fecha y hora de apertura de propuestas: 09/02/2021 09:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento Monitoreo delicitantes Grupo de Evaluación Fallo Disputas y Manasas Unidad Compradora/Usosmas

Con Mensajes Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Formas de Mensajes Mensajes Adjuntos

Mensajes Recibidos

Temática	Fecha	Asunto	Fecha de 1ra Consulta	Fecha de Consulta en la 1ra	Estado
TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS CON SUMINISTRO DE EQUIPOS	16/02/2021 09:00 a.m.	Preguntas Junta de Aclaraciones	16/02/2021 08:42 a.m.	16/02/2021 08:42 a.m.	

Inicio Bandeja de entrada Procedimiento: 1042...

Dr. Márquez 182 Col Doctores, 06720 CDMX
Commutador: 55 52 28 59 17 ext. 2422





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún observador, representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

La Convocante realizó las siguientes precisiones a la convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas NO. IA-012NBG003-E21-2020

PRECISIÓN 1

SECCIÓN VIII. FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

1.- DICE:

DOCUMENTOS QUE DEBERAN ANEXAR A SU OFERTA TECNICA:

Documento 5 (obligatorio).- anexar copia fotostática de la "Relación de entrega de muestras" con sello de recibido por la Área Técnica.

Documento 6 (Obligatorio).- Con relación al calzado debido a que Grupo Flexi es una empresa mexicana dedicada a la fabricación y distribución de calzado y accesorios que cumple permanentemente con las expectativas de consumidores, clientes y proveedores, se deberá solicitar una carta a dicho grupo en la cual se manifieste qué se cuenta con el número suficiente de zapatos en sus diversos modelos para cumplir con lo solicitado.

DEBE DECIR

Documento 5 (obligatorio).- NO APLICA

Documento 6 (Obligatorio).- NO APLICA

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: FRESSENIUS MEDICAL CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS (Especificar numeral o punto de la Invitación)	RESPUESTAS
1	Pág. 105. Sección IX anexo no 23 sección IX anexo técnico insumos sin costo viñeta 9 red de suministro de agua. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la red de agua para el funcionamiento de los equipos de Hemodiálisis es de su propiedad y solo se anexaran tomas en caso de requerir equipos extra.	R: Si, es correcta su apreciación.

Dr. Márquez 162. Col Doctores. 03720 CDMX
Commutador: 55 52 28 99 17 ext. 2422





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

2	Pág. 60. 04 Documentos que deberá anexar a su oferta técnica. Documento 6 (obligatorio). Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto, toda vez que no es referente al Servicio Integral de Hemodiálisis, es cual es motivo de este evento.	R: Ver la precisión número 1 de la Convocante, en la presente Acta.
3	Pág. 60 04 Documentos que deberá anexar a su oferta técnica. Documento 5 (obligatorio) y Pág. 38 Punto 14 Cuando la documentación soporte (catálogos, fichas técnicas, muestras, etc.) de la proposición no corresponda a lo ofertado. Solicitamos amablemente a la convocante confirme que para esta invitación no se requieren muestras.	R: Ver la precisión número 1 de la Convocante, en la presente Acta.
4	Pág.103. DEL SERVICIO LAS MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS. sexto punto. Derivado a que la prestación del servicio es a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre 2021, así como lo enunciado en el tercer punto de la página 105 "Servicios sin costo " solicitamos amablemente a la convocante que se realice únicamente una capacitación.	R: no se acepta, se requieren dos capacitaciones en el año.
5	Pág. 105. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS "SIN COSTO". MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: Solicitamos amablemente la convocante que todos los mantenimientos preventivos se realicen de acuerdo a la indicación y recomendación del fabricante de los equipos de Hemodiálisis	R: Se acepta
6	pp. 106. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS "SIN COSTO". PLANTA TRATADORA DE AGUA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: Solicitamos amablemente la convocante que todos los mantenimientos preventivos se realicen de acuerdo a la indicación y recomendación del fabricante de los equipos.	R: se acepta
7	Pág. 35 Proceso de Pagos. PREGUNTA: De la manera más atenta se le solicita a la convocante acepte que la factura se elabore con letra y número de tamaño distinto al No.12, siempre y cuando la letra sea clara y legible, esto debido a que comúnmente los sistemas para la emisión del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) están configurados con una platilla predefinida no teniéndose la opción para elegir un tipo y tamaño de letra en lo particular.	R: Si, se acepta siempre y cuando la letra sea legible y clara.
8	Pág.111 Tabla de evaluación por puntos y porcentajes (requisitos). Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que la declaración fiscal que se deberá presentar es la del año fiscal 2019.	R: Sí, es correcta su apreciación.
9	PAG 25 Filtro diasafe plus, situado al final de la cadena de tratamiento de agua, asegura una producción de líquido de diálisis ultrapuro. Esto se debe a la excelente capacidad de retención de endotoxinas de las fibras polysulfone adecuado a la maquina propuesta. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que los filtros Diasafe plus van en cada una de la máquinas de hemodiálisis y no en el tratamiento de agua, es correcta la apreciación?	R: Sí, es correcta su apreciación.





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

1 0	Pág. 31 Medición del flujo de agua de recirculación. Se solicita a la convocante el poder eliminar este requerimiento, toda vez que no se recirculará el agua de la ósmosis, no será necesario medir este parámetro al no haber necesidad de recircular el agua producto. Las ósmosis consideradas son de la más alta calidad, fabricadas en usa y con certificación FDA.	R: Si, se acepta la solicitud.
1 1	Pág. 107 Con bomba centrífuga Multietapa, que garantice la presión de agua suficiente para el trabajo adecuado de las máquinas de hemodiálisis. Con impulsor de acero inoxidable. Se solicita a la convocante el poder eliminar este requerimiento, toda vez que no se recirculará el agua de la ósmosis, no será necesario medir este parámetro al no haber necesidad de recircular el agua producto. Las ósmosis consideradas son de la más alta calidad, fabricadas en usa y con certificación FDA.	R: Si, se acepta la solicitud.
1 2	Pág. 28. Muestras físico-químicas: tomas de muestras físico-químicas de la planta de forma bimestral, los resultados serán entregados al personal encargado del programa. Se solicita amablemente a la convocante poder realizar los muestreos FQ'S de acuerdo a lo que indica NOM-003-SSA3-2010, una vez al año.	R: Si, se acepta la solicitud.
1 3	Pág. 102. Insumos sin costo, Del servicio las máquinas de hemodiálisis: Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare el número de máquinas a instalar ó deberemos considerar los equipos suficientes para el número de kits de Hemodiálisis indicados.	R: El licitante invitado que resulte adjudicado, deberá entregar 8 máquinas y dos de respaldo con sus respectivos reposet.
1 4	Pág. 102. Insumos sin costo, Del servicio las máquinas de hemodiálisis: Solicitamos de la manera más atenta nos indique si se requiere equipos para realizar terapia de Hemodiálisis.	R: Los equipos requeridos deberán contar con software pediátrico para llevar acabo las terapias de hemodiálisis.
1 5	Pág. 102, en los insumos SIN COSTO Vinagre e Hipoclorito de Sodio para "desincrustación" el primero y "desinfección" el segundo. <i>"Se solicita la Convocante confirmar que para la Desincrustación y Desinfección de los Equipos se entregarán sin costo en los Servicios los galones necesarios de producto que contiene Acido Peracético, Acido Acético y Peróxido de Hidrógeno, que cumple con la acción bactericida, virucida, fungicida y esporocida, compatibles con la marca y modelo del equipo de Hemodiálisis ofertado".</i>	R: No se acepta, el licitante invitado que resulte adjudicado, deberá entregar lo solicitado en la Sección IX Anexo Técnico rubro de Insumos sin costo, esto es: "Vinagre e Hipoclorito de Sodio".
1 6	Pág. 77 Anexo número12. Solicitamos a la convocante nos confirme para dar cumplimiento para este punto, bastara para dar cumplimiento incluir el anexo la leyenda no aplica ya que mi representada no entra en esta estratificación.	R: Si se acepta, deberá incluir el documento de no aplica.
1 7	Pág. 40. Criterios de evaluación. Solicitamos a la convocante confirme que el método de evaluación de las propuestas será por criterio de puntos y porcentajes ó criterio binario.	R: La Convocante usará el criterio de evaluación de propuesta técnicas por puntos y porcentajes.
1 8	Anexo 6. Debido a que el objeto de la presente invitación es otorgar el "SERVICIO DE TERAPIAS PARA HEMODIALISIS CON SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA", solicitamos a la convocante nos confirme que no aplica el grado de contenido nacional.	R: Deberá enviar documento en el cual indique que no aplica.

Dr. Márquez 162, Col Doctores, 06720 CDMX
Conmutador: 55 52 28 99 17 ext. 2422





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021


19	Debido a que el proceso fue mediante un proceso de invitación, mi representada no tiene opción de manifestar el interés en la plataforma compranet, por lo que solicito de la manera más atenta nos indique como deberemos cumplir en este punto.	R: Es correcta su apreciación, al ser un procedimiento de una invitación a cuando menos 3, este punto está cubierto con el acuse de la recepción de la invitación que fue aceptada por los invitados.
----	---	---

Se informa a los invitados que cuenta con un plazo de 6 horas para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mismas a las que se les dará contestación el día 17 del mes febrero del año 2021, en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx.

Se informa a los invitados que a través de la plataforma Compranet se verificara a las 16:00 en la citada plataforma, si se remitieron preguntas a las respuestas emitidas, por lo que se solicita la asistencia de los funcionarios públicos presentes en esta sede, a la hora indicada.

Siendo las 16:00 hrs del mismo día que dio inicio la presente acta, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de continuar con el acto de la junta de aclaraciones a la convocatoria a la invitación indicada al rubro, por lo que una vez vencido el plazo para la recepción de replanteamientos se comunica lo siguiente:

No se recibieron replanteamientos a las respuestas otorgadas como se muestra en pantalla-----



Dr. Márquez 162, Col. Doctores, 06720 ODMX
Conmutador: 55 52 23 69 17 ext. 2422





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012NBG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA
HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se les recuerda el calendario de los eventos subsecuentes de esta invitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	19 de febrero de 2021	09:30 am
Comunicación y entrega de Fallo	26 de febrero de 2021	17:00 pm

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la invitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, ubicado en el 2° piso del edificio Arturo Mundet, Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes invitados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 16:15 horas, del día 17 de febrero del año 2021.

Esta Acta consta de 5 hojas a doble cara, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma y/o versión electrónica al correo institucional, a través del oficio correspondiente.

POR EL HOPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lcda. Graciela Villeda González	Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas	
Dr. Jose Carlos Romo Vázquez	Departamento de Nefrología	
C. Enrique Fragoso Gallo	Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas	

Dr. Márquez 162, Col Doctores, 06720 CDMX
Commutador: 55 52 28 99 17 ext. 2422





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales
Farmacéuticas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IA-012N BG003-E21-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERAPIAS PARA
HEMODIÁLISIS PARA EL EJERCICIO 2021

No hubo presencia por parte de Asuntos Jurídicos	Asuntos Jurídicos	
---	-------------------	--

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
No hubo presencia por parte del Órgano Interno de Control	

----- FIN DEL ACTA -----





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Anexo No. 2
Formato de aclaración de dudas a la invitación

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
PRESENTE

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional No. IA-012NBG003-E21-2020, Para la Adquisición de: **CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIAS PARA HEMODIALISIS CON SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA.**

Nombre o Razón Social del Licitante invitado: **FRESENIUS MEDICAL CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

No.	PREGUNTAS (Especificar numeral o punto de la invitación)	RESPUESTAS
1	Pág. 105. Sección IX anexo no 23 sección IX anexo técnico insumos sin costo viñeta 9 red de suministro de agua. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la red de agua para el funcionamiento de los equipos de Hemodiálisis es de su propiedad y solo se anexaran tomas en caso de requerir equipos extra.	
2	Pág. 60. 04 Documentos que deberá anexar a su oferta técnica. Documento 6 (obligatorio). Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto, toda vez que no es referente al Servicio Integral de Hemodiálisis, es cual es motivo de este evento.	
3	Pág. 60. 04 Documentos que deberá anexar a su oferta técnica. Documento 5 (obligatorio) y Pág. 38 Punto 14 Cuando la documentación soporte (catálogos, fichas técnicas, muestras, etc.) de la proposición no corresponda a lo ofertado. Solicitamos amablemente a la convocante confirme que para esta invitación no se requieren muestras.	
4	Pág. 103. DEL SERVICIO LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS, sexto punto. Derivado a que la prestación del servicio es a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre 2021, así como lo enunciado en el tercer punto de la página 105 "Servicios sin costo " solicitamos amablemente a la convocante que se realice únicamente una capacitación.	
5	Pág. 105. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS "SIN COSTO". MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: Solicitamos amablemente la convocante que todos los mantenimientos preventivos se realicen de acuerdo a la indicación y recomendación del fabricante de los equipos de Hemodiálisis	
6	pp. 106. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS "SIN COSTO". PLANTA TRATADORA DE AGUA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: Solicitamos amablemente la convocante que todos los mantenimientos preventivos se realicen de acuerdo a la indicación y recomendación del fabricante de los equipos.	
7	Pág. 35 Proceso de Pagos. PREGUNTA: De la manera más atenta se le solicita a la convocante acepte que la factura se elabore con letra y número de tamaño distinto al No.12, siempre y cuando la letra sea clara y legible, esto debido a que comúnmente los sistemas para la emisión del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) están configurados con una platilla predefinida no teniendo la opción para elegir un tipo y tamaño de letra en lo particular.	
8	Pág.111 Tabla de evaluación por puntos y porcentajes (requisitos). Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que la declaración fiscal que se deberá presentar es la del año fiscal 2019.	



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

9	Pág. 25 Filtro diasafe plus, situado al final de la cadena de tratamiento de agua, asegura una producción de líquido de diálisis ultrapuro. Esto se debe a la excelente capacidad de retención de endotoxinas de las fibras polysulfone; adecuado a la máquina propuesta. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que los filtros Diasafe plus van en cada una de la máquinas de hemodiálisis y no en el tratamiento de agua, es correcta la apreciación?	
4 0	Pág. 31 Medición del flujo de agua de recirculación. Se solicita a la convocante el poder eliminar este requerimiento, toda vez que no se recirculará el agua de la ósmosis, no será necesario medir este parámetro al no haber necesidad de recircular el agua producto. Las ósmosis consideradas son de la más alta calidad, fabricadas en usa y con certificación FDA.	
1 1	Pág. 107 Con bomba centrífuga Multietapa, que garantice la presión de agua suficiente para el trabajo adecuado de las máquinas de hemodiálisis. Con impulsor de acero inoxidable. Se solicita a la convocante el poder eliminar este requerimiento, toda vez que no se recirculará el agua de la ósmosis, no será necesario medir este parámetro al no haber necesidad de recircular el agua producto. Las ósmosis consideradas son de la más alta calidad, fabricadas en usa y con certificación FDA.	
1 2	Pág. 28. Muestras físico-químicas: tomas de muestras físico-químicas de la planta de forma bimestral, los resultados serán entregados al personal encargado del programa. Se solicita amablemente a la convocante poder realizar los muestreos FQ'S de acuerdo a lo que indica NOM-003-SSA3-2010, una vez al año.	
1 3	Pág. 102. Insumos sin costo. Del servicio las máquinas de hemodiálisis: Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare el número de máquinas a instalar ó deberemos considerar los equipos suficientes para el número de kits de Hemodiálisis indicados.	
1 4	Pág. 102. Insumos sin costo. Del servicio las máquinas de hemodiálisis: Solicitamos de la manera más atenta nos indique si se requiere equipos para realizar terapia de Hemodiáfiltración.	
1 5	Pág. 102, en los insumos SIN COSTO Vinagre e Hipoclorito de Sodio para "desincrustación" el primero y "desinfección" el segundo. <i>"Se solicita la Convocante confirmar que para la Desincrustación y Desinfección de los Equipos se entregarán sin costo en los Servicios los galones necesarios de producto que contiene Acido Peracético, Acido Acético y Peroxido de Hidrógeno, que cumple con la acción bactericida, virucida, fungicida y esporocida, compatibles con la marca y modelo del equipo de Hemodiálisis ofertado".</i>	
1 6	Pág. 77 Anexo número 12. Solicitamos a la convocante nos confirme para dar cumplimiento para este punto, bastara para dar cumplimiento incluir el anexo la leyenda no aplica ya que mi representada no entra en esta estratificación.	
1 7	Pág. 40. Criterios de evaluación. Solicitamos a la convocante confirme que el método de evaluación de las propuestas será por criterio de puntos y porcentajes ó criterio binario.	
1 8	Anexo 6. Debido a que el objeto de la presente invitación es otorgar el "SERVICIO DE TERAPIAS PARA HEMODIALISIS CON SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA", solicitamos a la convocante nos confirme que no aplica el grado de contenido nacional.	
1 9	Debido a que el proceso fue mediante un proceso de invitación, mi representada no tiene opción de manifestar el interés en la plataforma compranet, por lo que solicito de la manera más atenta nos indique como deberemos cumplir en este punto.	

Atentamente

DANIEL MICHEL VAZQUEZ
Nombre del
Representante Legal

REPRESENTANTE LEGAL
Cargo en la empresa

Firma

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento