



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

*Convocatoria a La Licitación Pública Internacional Electrónica
No. CompraNet LA-012NBG003-E231 -2020 Para la Adquisición de Sustancias Químicas y Material de laboratorio
para el ejercicio 2020*

En la Ciudad de México siendo las 9:00 horas del 1 de Septiembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2º piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y 45 y 46 del Reglamento de la Ley, (en adelante Reglamento), así como del numeral de la sección III "Forma y Términos de los Actos del Procedimiento" de la convocatoria a la licitación -----

Este acto fue presidido por el L.C Juan Antonio Gama Gómez, Subdirector de Recursos Materiales, servidor público designado por la convocante **Hospital Infantil de México Federico Gómez**, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto (9:00 hrs del 31 de Agosto de 2020), tomándose como hora de recepción de las solicitudes, las que registre el mencionado sistema al momento de su envío-----


El Presidente del acto, fue asistido por los representantes de las áreas requirentes, de la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, la Subdirección de Pediatría Ambulatoria, la Subdirección de Atención Integral al Paciente, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del área contratante del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, Dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. -----

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. de PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	TECROM, S.A DE C.V.	7	1
2	QUIMILAB, S.A DE V.	0	1
3	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	37	4
4	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA Y PRODCUTOS QUÍMICOS, S.A DE C.V.	12	3
5	CIENTIFICA SENNA, S.A DE C.V.	1	1
6	ABALAT, S.A DE C.V.	13	5
7	LABORATORIOS LICON, S.A DE C.V.	2	1
8	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A DE C.V.	7	1
9	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS ,S .A DE C.V.	28	5

Se adjunta pantalla de CompraNet:



[illegible]

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador. _____

La Convocante realizó las siguientes Precisiones a la convocatoria:

1.- La partida no.143

Dice:

143	13024222	ACIDO ACETICO GLACIAL JT BAKER/MERCK, FRASCO CON 1 LITRO	FRASCO	6
-----	----------	--	--------	---

Debe decir:

ACIDO ACETICO GLACIAL FRASCO CON 1 LITRO	FRASCO	6
Grado	ACS	
Ensayo (CH ₃ COOH)(POR CG)	≥99.7-99.94%	
Anhidrido Acético ((CH ₃ CO) ₂ O	0.01%	
Color (APHA)	5.0	
Peso Molecular:	60,05	g/mol
Prueba de dilución	Pasa test	
Acetaldehído	0.00%	
Punto de Inflamación:	39,0°C-40,0°C	
Sustancias que reducen el dicromato	Pasa test	
Sustancias que reducen el permanganato	Pasa test	
Base titulable (meq/g)	0.0002	

Acto seguido, se procede a enviar las solicitudes de aclaración a la Convocatoria a la Licitación presentadas en tiempo y forma por los interesados a través del Sistema CompraNet, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique), como se indica a continuación. _____



PREGUNTAS EFECTUADAS POR:
TECROM, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Nos referimos a las partidas No. 2, 13, Donde solicitan Muestra Solicitamos nos permitan entregar muestra representativa	Se acepta, siempre y cuando sea suficiente para poder evaluar el producto
2	Nos referimos al anexo Técnico partida 3 Solicitamos nos indiquen a que porcentaje requieren el Ácido fórmico	Grado al 88%
3	Nos referimos al anexo Técnico partida 35 Solicitamos nos permitan ofertar envase de 4 litros	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir en litros
4	Nos referimos al anexo Técnico partida 133 Solicitamos nos aclaren si es correcto que lo requieren en presentación de 500 gr o en 500 ml	Aclaro que se requiere presentación de 500 ml
5	Nos referimos al anexo Técnico partida 151 Solicitamos nos indiquen en que capacidad lo requieren	La presentación solicitada es de 25 o 50 gr
6	Nos referimos al anexo Técnico partida 213 Solicitamos nos indiquen si es correcto que requieren en capacidad de 500 mg o si es en 500 g.	La presentación solicitada es en Gramos
7	Nos referimos al anexo Técnico partida 34 Solicitamos nos indiquen si es correcto que requieren en capacidad de 500 G o si es en 500 ML.	Se requiere presentación de 500 ml

TEQUIMEC S. DE R.L. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 21, solicitan ACIDO PICRICO FRASCO DE 500 GRAMOS, ¿Aceptan en presentación frasco de 100 gramos, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria., es decir 500 gr
2	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 27, solicitan ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FRASCO DE 1 LT, ¿Aceptan ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN 50 A 70 %?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir AL 70% FRASCO DE 1 LT
3	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 32, solicitan DIFERENCIACION DE DISCOS DE BACITRACINA DE 0.02 A 0.04 U. CON 10 CARTUCHOS, ¿Aceptan Concentración 2U?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria es decir DISCOS DE BACITRACINA DE 0.02 A 0.04 U
4	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 34, solicitan HIDROXIDO DE AMONIO 500 grs, ¿Aceptan HIDROXIDO DE AMONIO 500 ml?	Se acepta la presentación
5	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 38, solicitan FORMOL AL 40% GALON, ¿Aceptan FORMOL AL 36.5-38.0% en presentación de 4 lts?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir solicitan FORMOL AL 40% GALON

6	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 41, solicitan FUCSHINA FENICADA ZIELHNELSEN DE 500 ML, ¿Se requiere FUCSHINA FENICADA ZIELHNELSEN DE 500 ML para método frio o para método caliente?	Se requiere para método caliente
7	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 44, solicitan HEMATOXILINA DE HARRIS DE 1 LITRO, ¿Aceptan en presentación frasco de 500 ml, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir DE 1 LITRO,
8	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 66, solicitan ACIDO FOSFOTUNGSTICO 500 GR, ¿Aceptan en presentación frasco de 100 gramos, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria es decir 500 GR
9	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 67, solicitan AZUL DE METILENO DE 1 LTO., ¿Aceptan AZUL DE METILENO CLORURO COLORANTE I.C. 52015 en presentación frasco de 500 gramos, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir de 1 L
10	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 71, solicitan PERMANGANATO DE POTASIO 25 GR, ¿Aceptan en presentación frasco de 100 gramos?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. ES DECIR DE 25 GR
11	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 73, solicitan HIDROXIDO DE SODIO 500 ML., ¿Aceptan presentación frasco de 500 gramos, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	Se acepta presentación de 500 gr
12	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 88, solicitan BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS, ¿Aceptan AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente)?	Se acepta para su evaluación
13	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 92, solicitan NITRATO DE PLATA 500MG., ¿Aceptan presentación frasco de 500 gramos?	La presentación correcta es De 500 g aplica para todos los participantes.
14	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 105, solicitan SULFATO DE ZINC KILO, ¿Aceptan ZINC SULFATO HEPTAHIDRATADO A.C.S. en presentación frasco de 500 gramos o ZINC SULFATO MONOHIDRATADO POLVO GRADO TECNICO en presentación frasco de 500 gramos, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	se acepta sulfato monohidratado para su evaluación
15	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 106, solicitan SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA DE 50 ML, ¿Aceptan presentación de 2 frascos de 50 ml, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	Se acepta para su evaluación
16	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 115, solicitan ACIDO OXÁLICO 500 MG R.A, ¿Aceptan presentación de 500 gramos?	La presentación correcta es De 500 g aplica para todos los participantes.
17	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 133, solicitan TWEEN 20 DE 500 GR, ¿Aceptan presentación de 500 mililitros?	Se acepta
18	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 145, solicitan EOSINA DE 100G, ¿Aceptan EOSINA AMARILLENTO DE 100 Gramos?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir Eois de 100 gr
19	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 151, solicitan ROJO NUCLEAR RAPIDO, ¿Nos pueden aclarar en qué presentación se requiere, 5g, 10g, 25g o 100 gramos?	Se acepta presentación de 25 o 50 gr únicamente
20	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 201, solicitan ACIDO CRÓMICO (POLVO) frasco 500 mg, ¿Aceptan presentación de 25g o 100 g?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir de 500 mg

21	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 209, solicitan AZUL LUXOL 50 GR, ¿Aceptan presentación de 25g o 100 g, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria es decir de 50 gr
22	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 211, solicitan ACIDO FOSFOMOLÍTICO 500 GR, ¿Aceptan presentación de 100 g, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir de 500 gr
23	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 212, solicitan AURAMINA 500 GR, ¿Aceptan presentación de 20 g, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir de 500 gr
24	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 213, solicitan HEXAMETILENTETRAMINA 500MG, ¿Aceptan presentación de 500 g?	La presentación correcta es De 500 g aplica para todos los participantes.
25	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 215, solicitan EQUIPO ALADO PARA TOMA MÚLTIPLE CALIBRE 21G. X 3/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD SAFETY LOOK CAJA CON 100 PIEZAS, ¿Aceptan presentación caja con 50 piezas, siempre ajustándonos a lo solicitado por la convocante?	Se acepta
26	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 219, solicitan CUBRE OBJETOS DE 24 X 40 MM. DEL No. 2 C/100 PIEZAS, ¿Aceptan CUBRE OBJETOS DE 24 X 40 MM, DEL No. 1 1/2 C/100 PIEZAS?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir de CUBRE OBJETOS DE 24 X 40 MM. DEL No. 2 C/100 PIEZAS
27	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 220, solicitan CUBRE OBJETOS DE 24 X 50 MM. DEL No. 2 C/100 PIEZAS, ¿Aceptan CUBRE OBJETOS DE 24 X 40 MM, DEL No. 1 1/2 C/100 PIEZAS?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir CUBRE OBJETOS DE 24 X 50 MM. DEL No. 2 C/100 PIEZAS,
28	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 227, solicitan TUBO PARA RECOLECCION DE SANGRE CAPILAR CON TAPON COLOR VIOLETA C/EDTA K3 C/100 PIEZAS CON CAPACIDAD DE 500 MICROLITROS, ¿Aceptan TUBO PARA RECOLECCION DE SANGRE CAPILAR CON TAPON COLOR VIOLETA CON EDTA-K3 Sol 15% de 13x75 con capacidad de 5.0 mililitro/ 5000 microlitros o MICROTUBO PARA CON TAPON COLOR VIOLETA CON EDTA K2, 250-500 µL, con 200 piezas?	Se acepta
29	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 233, solicitan ENVASE DE PLASTICO CON TAPA Y CONTRATAPA DE 1000 ML, ¿Nos pueden aclarar si lo que requieren es botella boca angosta o frasco boca ancha?	Se requiere de boca angosta
30	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 234, solicitan ENVASE DE PLASTICO CON TAPA Y CONTRATAPA DE 500 ML, ¿Nos pueden aclarar si lo que requieren es botella boca angosta o frasco boca ancha?	Se requiere de boca angosta
31	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 233, solicitan ENVASE DE PLASTICO CON TAPA 5Y CONTRATAPA DE 250 ML, ¿Nos pueden aclarar si lo que requieren es botella boca angosta o frasco boca ancha?	Se requiere de boca angosta
32	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 251, solicitan VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, GRADUADO CAPACIDAD DE 500 ML, ¿Aceptan VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, GRADUADO CAPACIDAD DE 600 ML?	Se acepta
33	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 259, solicitan	No se acepta, deberá ofertar lo

	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 11MM, ¿Aceptan Tubo Wintrobe para hematocrito, Capacidad de 1ml; división de 0.01ml, Medidas aproximadas de 8 x 115mm?	solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 11MM
34	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 273, solicitan VASO DE PRECIPITADO DE 25 ML, ¿Aceptan VASO DE PRECIPITADO DE 30 ML?	Se acepta
35	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 295, solicitan TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE -20 A 100 GRADOS, ¿Aceptan TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR CON PUERTO USB con Rango de temperatura -50 a 70°C o TERMÓMETRO DIGITAL PARA CONGELADOR CON Sonda de PLATINO con Rango de temperatura -90 a 190°C + -9°?	Se acepta
36	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 315, solicitan PORTA OBJETOS. PANTALLA FISICA AMBOS LADOS. 25 X 75 MM. CANTOS ESMERILADOS. CAJA C/50 PZAS., ¿Aceptan PORTA OBJETOS. PANTALLA FISICA DE UN SOLO LADO 25 X 75 MM CANTOS ESMERILADOS. CAJA C/50 PZAS?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir PORTA OBJETOS. PANTALLA FISICA AMBOS LADOS. 25 X 75 MM. CANTOS ESMERILADOS. CAJA C/50 PZAS.,
37	En el Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO, en la partida número 329, solicitan TERMOMETRO PARA REFRIGERADOR DIGITAL DE -20 A 40° C., ¿Aceptan TERMÓMETRO DIGITAL CON DÍGITOS GRANDES Y PANTALLA TRASLÚCIDA con Rango de temperatura -25 a 70°C o TERMÓMETRO DIGITAL PARA MONITOREO CON MEMORIA con Rango de temperatura -50 a 70°C?	No se acepta, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria es decir en la partida número 329, solicitan TERMOMETRO PARA REFRIGERADOR DIGITAL DE -20 A 40° C.,

COMERCIALIZADORA BIOMEDICA Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.

Número	Preguntas	Respuestas
1	PARTIDA No. 34 CODIGO 13020330 HIROXIDO DE AMONIO 500 GRS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA LA PRESENTACION DE 500 GRS. ? DE SER CORRECTA LA PRESENTACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA COTIZAR PRESENTACION DE 500 MILILITROS. ¿SE ACEPTA?	Se acepta la presentación
2	PARTIDA 40 CODIGO 13020369 FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 500 GRAMOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR ¿SI LO REQUIEREN MONOHIDRATADO O ANHIDRO?	Se solicita monohidratado
3	PARTIDA 67 CODIGO 13020833 AZUL DE METILENO DE 1 LTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR ¿SI LO REQUIEREN PARA TINCION DE GRAMM O PARA BACILOS ALCOHOL RESISTENTE?	Se requiere para ambas

Número	Preguntas	Respuestas
4	PARTIDA No. 73 CODIGO 13020935 HIROXIDO DE SODIO 500 ML. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EN QUE CONCENTRACION LO REQUIEREN?	Hidroxido de sodio lentejas P.M 40.00
5	PARTIDA 98 CODIGO 13021571 ROJO FENOL DE 25 GRS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR ¿SI LO REQUIEREN COMO ACIDO LIBRE O SAL SODICA?	Como acido libre
6	PARTIDA 102 CODIGO 13021765 COLORANTE GIEMSA CON 1000 ML. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI LO REQUIEREN NORMAL O AL .4% EN ETANOL?	Se requiere Normal
7	PARTIDA 115 CODIGO 13022461 ACIDO OXALICO 500 MG. R.A. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA LA PRESENTACION DE 500 MG. ? DE SER CORRECTA LA PRESENTACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA COTIZAR PRESENTACION DE 500 GRS. ¿SE ACEPTA?	Es correcto, se requiere de 500 mg y no se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir ACIDO OXALICO 500 MG R.A
8	PARTIDA 143 CODIGO 13024222 ACIDO ACETICO GLACIAL JT BAKER/MERCK, FRASCO CON 1 LITRO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA COTIZAR UNA MARCA DIFERENTE (JALMEK)?	Ver precisión 1
9	PARTIDA 145 CODIGO 13025002 EOSINA DE 100 G. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LO QUE REQUIEREN ES EOSINA AMARILLENTO?	No se requiere amarillento.
10	PARTIDA 201 CODIGO 13020635 ACIDO CROMICO (POLVO) FRASCO 500 MG. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA LA PRESENTACION DE 500 MG. O DEBE DECIR 500 GRS.?	Es correcta la presentación de 500 MG
11	PARTIDA 211 CODIGO 13020803 ACIDO FOSFOMOLITICO 500 GR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ACIDO FOSFOMOLITICO O LO QUE REQUIEREN ES ACIDO FOSFOMOLIBDICO?	Se requiere ácido fosfomolibdico,
12	PAGINA 114 DE LAS BASES, PRESENTACION DEL ANEXO TECNICO PUNTO 2 SEGUNDO PARRAFO: "En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE SE PRESENTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 EN DONDE SE PUBLICA EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta, siempre que señale en el documento de DOF los códigos que corresponde.

CIENTIFICA SENNA, S.A DE C.V.

Número	Preguntas	Respuestas
1	En el caso de los bienes que estamos proponiendo en la presente licitación, no requieran registro sanitario ¿podemos cumplir con este punto con una carta bajo protesta de decir la verdad de que no requieren registro sanitario adjuntando la lista expedida por el Diario Oficial de la Federación?	Se acepta su propuesta, siempre que señale en el documento de DOF los códigos que corresponde.

ABALAT, S.A DE C.V.

Número	Preguntas	Respuestas
1	Sección IV Requisitos Indispensables que deben cumplir los licitantes. Numeral 17 Dice: La omisión de la firma autógrafa solicitada por parte del representante legal en la propuesta técnica, económica o cualquier documento solicitado y que se escanea para ser enviada, en la presente convocatoria será motivo de desechamiento. Solicitamos amablemente a convocante nos confirme que solo se firmaran los anexos y documentos donde se mencione la firma autógrafa de nuestro representante legal. Favor de confirmar.	Es correcta su apreciación
2	Sección VI Documentos y Datos que deben presentar los Licitantes. Documento 02 dice: <u>ANEXO NO 3 "MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR"</u> • Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del S.A.T., el cual incluye la cédula de Identificación Fiscal del licitante en tamaño carta de la empresa y del apoderado legal. Solicitamos amablemente nos permita presentar como Cédula de Identificación Fiscal, la Constancia de Situación Fiscal ya que hoy día este documento actúa como RFC de la empresa. ¿Esto se acepta?	Se acepta su solicitud
3	Sección VI Documentos y Datos que deben presentar los Licitantes. Documento 02 dice: Para los Licitantes que presenten proposiciones conjuntas, <u>"Convenio de Participación Conjunta"</u> Solicitamos amablemente a la convocante que en el caso de que mi representada no participe en Convenio nos permita presentar escrito donde mencionemos que NO nos Aplica. ¿Esto se acepta?	Se acepta su solicitud.
4	Sección VI Documentos y Datos que deben presentar los Licitantes <u>ANEXO NO. 13.- "Estratificación de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas"</u> Solicitamos a la convocante nos permita poner dentro del Anexo arriba mencionado la leyenda "NO APLICA YA QUE MI REPRESENTADA ES EMPRESA GRANDE". ¿Esto se acepta?	Deberá presentar el formato indicando que es una empresa Grande.
5	Sección IX Anexo 24 Anexo Técnico Documentación que deberá incluir la Propuesta Técnica Numeral 2 Dice: ADJUNTO A CADA HOJA DEL FORMATO ANEXO NO. 8 (Formato de Propuesta Técnica) Copia fotostática del	Se acepta su propuesta, siempre que señale en el documento de DOF los códigos que corresponde.

	anverso y reverso del registro sanitario del producto que cotice, expedido por la comisión federal contra riesgos sanitarios (cofepris) o por la dirección general de control de insumos para la salud o por la dirección general de medicina y tecnología para la salud, en caso de haber modificaciones en las condiciones del registro inicial cuando esté relacionado a la clave..... Solicitamos a la convocante que en caso de que alguno de los equipos y/o reactivos no requiera registro sanitario se nos permita presentar el DOF para insumos de bajo riesgo. ¿Esto se acepta?	
6	Sección IX Anexo 24 Anexo Técnico Documentación que deberá incluir la Propuesta Técnica Numeral 9 Dice: Manifiesto de Cumplimiento de Normas". Escrito libre de manifiesto de cumplimiento de "Normas Oficiales"..... Solicitamos amablemente que en este escrito nos permita mencionar las mencionadas en el recuadro y que en caso de adjudicación presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de las normas. ¿Esto se acepta?	Se acepta
7	Anexo 24 ANEXO TECNICO Numeral 11 En caso de que el licitante sea distribuidor deberá presentar escrito original del fabricante, en el país de origen y apostillado, en papel membretado del fabricante, en el que manifieste el apoyo solidario al distribuidor y que respalda la proposición del distribuidor para la presente licitación y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación.... Solicitamos amablemente a la convocantes que esta carta sea sin el apostillado ya que los fabricante se encuentra localizado en USA y Europa y nos comenta que el trámite de apostillo se lleva varias semanas y no estaría lista para la fecha de presentación de propuestas y este requisito estaría limitando la participación a varios distribuidores cuyo fabricante se encuentre en el extranjero, sugerimos a la convocante que la carta se permita presentar apostillada en caso de tener adjudicación, esto se acepta?	Se acepta siempre que presente carta compromiso firmado de que si resulta adjudicado deberá presentarla dentro de los primeros 10 días del inicio del trámite, de no ser así se le rescindiría el contrato.
8	Anexo técnico Renglón 215 y 241 que a la letra dice: EQUIPO ALADO PARA TOMA MÚLTIPLE CALIBRE 21G. X 3/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD SAFETY LOOK CAJA CON 100 PIEZAS, la presentación de este producto son cajas con 50 pzas. ¿Se acepta?	Se acepta siempre que la oferta técnica y económica se ajuste a lo solicitado en el anexo técnico
9	Anexo técnico Renglón 215 y 241 que a la letra dice EQUIPO ALADO PARA TOMA MÚLTIPLE CALIBRE 21G. X 3/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD SAFETY LOOK Solicitamos a la convocante nos permita cotizar un dispositivo de mejora tecnológica, cubriendo la descripción que solicita, la diferencia es dando la seguridad del personal de salud y brindando mayor confort al paciente. El calibre de la aguja (21gx19mm) presenta 5 cortes en el bisel que permite el desplazamiento dentro de la piel y de la vena, reduciendo la fuerza de penetración en la punción y permitiendo un flujo de llenado más rápido debido a la luz de la cánula (tecnología Right Gauge) lo anterior en beneficio del paciente y del profesional de la salud. ¿Se acepta?	Se acepta

10	Anexo técnico Renglón 243 que a la letra dice TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO, (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (7.2 MG) APLICADO POR ASPERSIÓN EN LA PARED DEL TUBO, TAPÓN ORO CON SILICÓN COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.0 ML (+ 0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPÓN DE SEGURIDAD. ESTÉRIL. 080.909.6498. Observamos que la descripción de las características del tubo y la clave de cuadro básico no corresponden al Tubo Tapón Oro con Silicón como lubricante . Solicitamos a la convocante nos aclare si el tubo que solicita corresponde a la siguiente descripción TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13X100MM) DESECHABLE PARA ADULTO SIN ANTICOAGULANTE TAPON ORO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO DE 5 ML, RECUBRIMIENTO DE PARTICULAS DE SILICE 0.07-0.20 MCG POR TUBO, GEL SEPARADOR INERTE ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPÓN DE SEGURIDAD. ESTÉRIL, CON CLAVE DE CUADRO BÁSICO 080.909-6530. ¿Esto es correcto?	Es correcta su apreciación
11	Apartado Presentación del Anexo técnico pagina 116, punto 8 que a la letra dice: Adjunto a su propuesta técnica el licitante deberá entregar carta donde manifieste que la caducidad de los bienes será mínima de dieciocho meses, así mismo que garantice los bienes contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar bienes con caducidad menores a 12 meses haciendo referencia a las siguientes partidas: 242, 243, 318, 327 y 332. Asegurando la calidad y funcionalidad del producto. Esto es debido a las condiciones del producto. ¿Se acepta?	Sí, se acepta Siempre que la caducidad sea de mínimo 6 meses y Deberá entregar carta compromiso canje, donde se comprometa a hacer cambio de los bienes en caso de se aproxime el vencimiento de la caducidad.
12	Anexo técnico Renglón 80 que a la letra dice ANTI S DE 2 ML. Minúscula Solicitamos a la convocante nos permita cotizar presentación de 5 ml. ¿Se acepta?	Se acepta
13	Anexo técnico Renglón 140 que a la letra dice Anti Suero Anti Globulina Humana para la prueba de coombs 5 ml. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar presentación de 10 ml. ¿Se acepta?	Se acepta

LABORATORIOS LICON, S.A DE C.V.

Número	Preguntas	Respuestas
1	PÁG. 106 DE 124 ANEXO NO. 24 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2020. NUMERO 80 ANTI S DE 2 ML. MINÚSCULA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 5 ML, YA QUE ES LA PRESENTACION QUE ACTUALMENTE SE MANEJA EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta
	PÁG. 108 DE 124 ANEXO NO. 24 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2020. NUMERO 140 ANTI	Se acepta

2	SUERO ANTI GLOBULINA HUMANA PARA LA PRUEBA DE COOMBS 5 ML. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 10 ML, AJUSTÁNDONOS A LA CANTIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
---	---	--

DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A DE C.V.

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1	Para las partidas 10, 47, 50, 52, 56, 64, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 141, 142, 148, 149, 165, 166, 173, 174, 176 del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. Se solicita a la convocante nos aclare si la denominación para estas partidas es <i>Diagnostic In Vitro</i> (IVD <i>In Vitro</i> Diagnostic)	Es correcta su apreciación.
2	Para la partida 92 NITRATO DE PLATA 500MG del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. Se solicita a la convocante confirme si la presentación es correcta de 500MG.	Si, es correcto
3	Para la partida 92 NITRATO DE PLATA 500MG del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se solicita a la convocante si para esta partida podemos ofertar la presentación de 25 G.	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, ES DECIR 500 MG
4	Para la partida 151 ROJO NUCLEAR RAPIDO del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. Se solicita a la convocante la presentación para esta partida.	Se acepta presentación de 25 o 50 gr
5	Para la partida 181 BUFFER DE FOSFATOSROJO NUCLEAR RAPIDO del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. Se solicita a la convocante la presentación para esta partida.	Presentación de 1 Litro
6	Para la partida 293 CAJA COPLIN DE VIDRIO CON TAPA del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. Se solicita a la convocante nos indique si la caja para tinción la requieren para la tinción de 30 o 50 laminillas.	Caja para 30 laminillas
7	Para la partida 312 CAJAS DE CARTON PLASTIFICADO PARA 96 TUBOS del Anexo No. 24 ANEXO TÉCNICO. Se solicita a la convoca nos indique si podemos ofertar para esta partida caja para 100 tubos de 1.5/2.0 ml	Se acepta

ACCESORIOS PARA LABORATORIO S.A DE C.V

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PARTIDA 1 TIRAS REACTIVAS P/DET. EN ORINA CON 10 PARAMETROS C/100 TIRAS ¿QUÉ PARAMETROS BUSCAN? ACEPTAN PRESENTACIÓN DE 50 TIRAS COTIZANDO EL DOBLE PARA AJUSTAR LA CANT SOLICITADA?	Cetinas, bilirrubina, glucosa, ph, como principales, siempre que la oferta técnica y económica se ajuste a lo solicitado en el anexo técnico
2	PARTIDA 2 ACETONA DE 1 LTO. ¿QUÉ GRADO REQUIEREN?	Grado ACS
3	PARTIDA 3 ACIDO FORMICO DE 1 LITRO. ¿EN QUE PORCENTAJE Y QUE GRADO REQUIEREN?	acido formico al 88% grado acs

4	PARTIDA 11 AGAR VERDE BRILLANTE 500 GRS. REQUIEREN EL MEDIO MODIFICADO CON ROJO LACTOSA?	Es opcional, No es limitante
5	PARTIDA 34 HIDROXIDO DE AMONIO 500 GRS. NOS ACEPTAN LA PRESENTACION EN SOLUCION?	Se acepta
6	PARTIDA 36 FENOL CRISTALES 500 GR ACEPTAN PRESENTACION DE 250G QUE PUREZA REQUIEREN?	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria y la pureza que se requiere es de mayor al 94.11 es decir 500 gr
7	PARTIDA 36 FENOL CRISTALES 500 GR QUE PUREZA REQUIEREN?	La pureza que se requiere es de mayor al PM 94.11 89%
8	PARTIDA 40 FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 500 GRAMOS ACEPTACION PRESENTACION DE 250G Ó 1KG?	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir 500 gr
9	PARTIDA 48 ENTELLAN DE 500 ML. LO REQUIEREN CON XILENO O CON TOLUENO?	Se requiere como xileno.
10	PARTIDA 60 SKIM MILK DE 500 GRS. ¿QUÉ USO Y PUREZA REQUIEREN?	Uso microbiológico y la pureza mayor al 90%
11	PARTIDA 66 ACIDO FOSFOTUNGSTICO 500 GR. ¿QUÉ USO Y PUREZA REQUIEREN?	Uso tinción de tejidos y la pureza mayor al 90%
12	PARTIDA 67 AZUL DE METILENO DE 1 LTO. ACEPTAN PRESENTACION DE 500ML? Y COTIZAMOS LA CANTIDAD PARA AJUSTAR LA CANTIDAD REQUERIDA	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir 1L
13	PARTIDA 1 PERMANGANATO DE POTASIO 25 GR QUE PRESENTACION REQUIEREN?	En la partida 1, se está solicitando tiras reactivas.
14	PARTIDA 73 HIDROXIDO DE SODIO 500 ML ¿QUÉ CONCENTRACION QUIEREN?	Se requiere concentración al 50%
15	PARTIDA 75 PEROXIDO DE HIDROGENO 3% DE 1 LTO. ACEPTAN PRESENTACION DE 100ML AJUSTANDONOS A LA CANTIDAD REQUERIDA	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir 1L
16	PARTIDA 92 NITRATO DE PLATA 500MG ACEPTARIA PRESENTACION DE 250G? AJUSTANDONOS A LA CANTIDAD REQUERIDA	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir 500 mg
17	PARTIDA 105 SULFATO DE ZINC KILO REQUIEREN MONOHIDRATADO O HEPTAHIDRATADO, PUEDEN COMPARTIR EL CAS?	se requieren monohidratado y de uso industrial
18	PARTIDA 115 ACIDO OXÁLICO 500 MG R.A	No se requiere DIHIDRATADO

	LO REQUIEREN DIHIDRATADO?	
19	PARTIDA 133 TWEEN 20 DE 500 GR SOLO SE MANEJA EN SOLUCIÓN PARA QUE APLICACIÓN LO UTILIZARAN?	Se acepta presentación en ML y se utiliza como sistema de enjuague BUFFER
20	PARTIDA 145 EOSINA DE 100G REQUIEREN EOSINA A O B?	Se requiere Eosina A
21	PARTIDA 146 BICARBONATO DE SODIO 250 GRS ACEPTAN PRESENTACION DE 500G? AJUSTANDO LA CANTIDAD REQUERIDA	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria es decir 250 grs
22	PARTIDA 174 VIMENTINA ANTICUERPO MONO CLONAL 6 ML ESPECIE REACTIVA, ESPECIE HOSPEDERA Y APLICACIÓN?	Vimentina Monoclonal IVD en presentación de 1 ml
23	PARTIDA 177 GLICERINA DE GALON (3.785 ML) ACEPTAN PRESENTACION DE 2.5L?	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir galon de 3.785 ml
24	PARTIDA 179 CLORURO FERRICO 500 GR ACEPTAN PRESENTACION DE 250G	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria. Es decir 500 gr
25	PARTIDA 180 FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO DE 500 GRS. ACEPTAN PRESENTACION DE 250G? AJUSTANDONOS A LA CANTIDAD REQUERIDA	No se acepta la petición, deberá ofertar lo solicitado en el Anexo IX de la Convocatoria, es decir 500 grs
26	PARTIDA 207 SUERO FETAL BOVINO. FRASCO CON 100 ML QUE ESTERILIZACIÓN REQUIEREN? ORIGEN? Y COMPOSICIÓN QUÍMICA	Se requiere grado USDA, cualquier marca u Origen
27	PARTIDA 211 ACIDO FOSFOMOLÍTICO ACIDO FOSFOMOLIBDICO? QUE PRESENTACIÓN REQUIEREN?	Se requiere ácido fosfomolibdico, en presentación de frasco de 500 gr
28	PARTIDA 213 HEXAMETILENTETRAMINA 500MG ACEPTAN PRESENTACION DE 100G? PARA QUE APLICACIÓN LO REQUIEREN? POR LA PRESENTACION SUPONGO QUIEREN UN ESTANDAR DE REFERENCIA 1409003-500MG	se solicita en presentación de 500 gr

Se informa a los licitantes que con fundamento en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, se otorga un plazo de 6 horas que inicia a partir de las 10:30 y concluye a las 16:30 para formular y remitir por Compranet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las repuestas emitidas, mismas a las que se dará contestación, por lo que se solicita la asistencia de los funcionarios públicos que participan en el presente acto a la hora indicada en esta misma sede.

Se reanuda la presente Acta a las 16:30 hrs del mismo día que dio inicio la presente junta se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con el acto de junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, por lo que una vez vencido el plazo para la recepción de las preguntas que hubieren considerado necesarias en relación con las respuestas remitidas se comunica lo siguiente.

No se recibieron preguntas en relación con las respuestas remitidas.
Se adjunta copia de pantalla de Compranet

Procedimiento: 1018063 - LPI

compranet.himfg.gob.mx/proc/interfaz/consultas/interfaz/consultas

Compranet

Procedimiento: 1018063 - LPI PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO

Fecha de emisión: 21/08/2020 - Última actualización: 21/08/2020 10:00 AM

Adquisición del Procedimiento: 1018063 - LPI PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO

Fecha de emisión: 21/08/2020 - Última actualización: 21/08/2020 10:00 AM

Revista	Fecha	Asunto	Fecha de Recepción	Fecha de Descarga en la UC	Respuesta
1. TEGOV SA DE CV	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
2. COMELAS SA DE CV	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
3. TEGOV SA DE CV	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
4. COMERCIALIZADORA BIOMEDICA Y PRODUCTOS QUÍMICOS SA DE CV	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
5. COMERCIALIZADORA BIOMEDICA Y PRODUCTOS QUÍMICOS SA DE CV	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
6. ASALAT SA DE CV	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
7. LABORATORIOS DORIS S.A.	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
8. LABORATORIOS DORIS S.A.	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
9. LABORATORIOS DORIS S.A.	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	
10. LABORATORIOS DORIS S.A.	20/08/2020 10:00 AM	MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS	21/08/2020 09:40 AM	21/08/2020 09:40 AM	

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se les recuerda el calendario de los eventos subsecuentes de esta Licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA Y HORA	LUGAR
Presentación y apertura de proposiciones	8 de Septiembre de 2020 a las 10:00 horas.	Se realizarán en la Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2º piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Emisión del fallo	28 de Septiembre a las 14:00 horas	Se realizarán en la Sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2º piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México




De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación. Así mismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas, ubicado en el 2° piso del edificio Arturo Mundet, Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes invitados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx, este procedimiento sustituye a la notificación personal -----

No existiendo más aclaraciones por parte de los Licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 16:45 del día 1 de Septiembre de 2020-----

Esta Acta consta de 16 hojas, y se anexan hojas con las preguntas entregadas por los licitantes, sus respuestas y las aclaraciones dadas a las respuestas de la convocante, firmado para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma en papel y/o versión electrónica al correo institucional, a través del oficio correspondiente.

POR EL HOPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
L.C Juan Antonio Gama Gómez	Subdirección de Recursos Materiales	
Lcda. Graciela Villeda González	Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas.	
CD. Esp. Carlos González Dorantes	Departamento de Almacenes	
Q.C. Israel Parra Ortega	Departamento de Laboratorio Clínico	
Dra. Alicia Belem López Victoria	Servicio de Banco de Sangre y Medicina Transfusional	



Mtra. Ana Lidia Portillo Muñoz	Departamento de Enfermería	
Dr. Carlos Alberto Serrano Bello	Departamento de Patología	
Dra. América Villaseñor Domínguez	Departamento de Genética	
Lcda. Maria Irene Cruz Cruz	Departamento de Asuntos Jurídicos	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Lic. Juan José Rentería Cabrera	

-----FIN DEL ACTA-----

