



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

En la Ciudad de México siendo las 09:30 horas del 17 de marzo de 2023, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, en el Segundo Piso del Edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en calle Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33 y 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como la Sección III "Forma y Términos de los Actos del Procedimiento" de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto es presidido por el Mtro. Juan Antonio Gama Gómez, Subdirector de Recursos Materiales, servidor público designado por la convocante Hospital Infantil de México Federico Gómez, de conformidad con lo establecido en el punto V.1.8.3 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigentes en este Hospital, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto (09:30 horas del 16 de marzo de 2023), tomándose como hora de recepción de las solicitudes, la que registre el mencionado sistema al momento de su envío.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área requirente a través de los servidores públicos designados, del Departamento de Mantenimiento, dependientes de la Subdirección de Mantenimiento, para solventar las respuestas de las preguntas de carácter técnico, así como los representantes del área contratante del Departamento de Compras Gubernamentales Generales, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, los cuales solventaron las respuestas a las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

A través del oficio número 5200/084/2023, de fecha 08 de marzo de 2023, se solicitó la asistencia de un representante del Órgano Interno de Control de esta H. Institución, para que asista a los eventos del presente procedimiento, designando a dos representantes a través del oficio No. 12200/7010/031/2023 de fecha 09 de marzo del 2023.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que la visita a las instalaciones se llevó a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2023, dando inicio en la oficina que ocupa el Departamento de Mantenimiento del Hospital, Ubicado en Dr. Márquez 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México de manera presencial y conforme a lo previsto en el numeral 4.2.2.1.8 del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se omite mencionar que las minutas correspondientes se integrarán al expediente del presente procedimiento.

Acto seguido, se informa que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet, de las siguientes personas:



2023
Francisco
VILA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023
Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

No.	RAZÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1.	GERMÁN COSME GONZALEZ	10
2.	DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V.	23
3.	ELECTROHM SERVICIOS S.A. DE C.V.	6

Se adjuntan la pantalla de CompraNet, en la que se observan los 39 registros recibidos:

CompraNet

2023 (UTC) 10:10:10 en la Ciudad de México

LEONTH DEBEE CASTILLO CASCA

CONCORDIA DEL CENTRO DE NUESTRA PROPOSTA ECONOMICA

PARA REALIZAR LA LOCALIZACION FISICA DE LOS REGISTROS DE ELECTRICIDAD PARA LA PUESTA A TIERRA, EL HOSPITAL QUENTA CON UN PLANO DEL SISTEMA DE TIERRAS ACTUALES Y/O DISEÑOS CONECTAR LA ELABORACION DE UN PLANO CONCORDIA A LOS PUNTOS ENCONTRADOS: TRAYECTORIA DE SERVICIOS PARA QUE SE CONSIGUE CENTRO DE NUESTRA PROPOSTA ECONOMICA.

EN EL LUGAR DE LOS TRANSPORTADORES DEL COBRO LOS CONTADORES DE EQUIPOS PREVIENE DE RESISTENCIA DEL MANTENIMIENTO, FALTA DE TRANSPORTE PARA VERIFICAR EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA DE ESTE PROBLEMA.

15/10/2023 21:09

Responder

15/10/2023 21:09

Responder

20 registros encontrados

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Asistencia:

Núm.	Tipos de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES			

1

Registrar

De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo como observador. -----

Asimismo, se hace constar, que a la fecha las siguientes personas físicas o morales, presentaron manifiesto de interés en el procedimiento a través de CompraNet y no presentaron preguntas: -----

1. JAIME RODRIGUEZ REYES
2. CIC MEDICAL AIR SA DE CV
3. COMERCIALIZADORA SUEDES DE RL DE CV
4. RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA
5. GLORIA PAZ PADILLA
6. PROYECTOS DE SEGURIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S DE RL DE CV
7. INSUMOS ELECTRONICOS CASSPI SA DE CV

De igual manera, se hace constar que a la fecha las siguientes personas físicas o morales, consultaron el procedimiento SIN presentar el manifiesto de interés a través de CompraNet NI presentaron preguntas: -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023
Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

1. TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV
2. KONE MEXICO SA DE CV
3. PROYECTOS DE INGENIERIA SDS SA DE CV
4. SERVOIL SA DE CV
5. ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV
6. JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ
7. TECNOMEDICS SA DE CV
8. VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ
9. OFITODO MANTENIMIENTO EN EQUIPOS SA DE CV
10. EDUARDO VARGAS VAZQUEZ
11. MARIA DE LOURDES AGUILAR CAMACHO

Asimismo, se hacen las siguientes precisiones por parte del área contratante: -----

- **Precisión 1.-**En la página de CompraNet, en el expediente No. E-2023-00007475 Pestaña:
- Requerimientos de Contratación.

❖ **Requerimientos**

○ **Requerimientos Técnicos**

Se informa que la plataforma CompraNet en los parámetros técnicos sólo ofrece la opción de capturar 1 (una) tabla de puntos y porcentajes, por lo que los licitantes participantes deberán atenerse a las tablas de puntos y porcentajes incluidas en la convocatoria de la licitación en el Anexo 25. Anexo Técnico, de cada una de las partidas solicitadas por la convocante. Cabe señalar que los rubros y subrubros abajo desglosados, son los mismos para las 6 partidas solicitadas.

- 1) Capacidad del licitante
 - A) Capacidad de recursos humanos
 - B) Capacidad de equipamiento
 - C) Participación de discapacitados
 - D) Participación de MIPYMES
- 2) Experiencia y especialidad del licitante
- 3) Propuesta de trabajo
- 4) Cumplimiento de contratos



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

➤ Precisión 2.- Página 89

DICE:

Anexo No. 9

Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

PROPOSICIÓN ECONÓMICA	
PARTIDA 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE GASES MEDICINALES DE OXIGENO, AIRE y VACÍO.	
Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:	Fecha
N° de Licitación	R.F.C.
Nombre o razón social del licitante:	

CÓDIGO DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD SERVICIO	DE	UNIDAD MEDIDA	DE	PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO	COSTO MÁXIMO ANTES DE I.V.A (M.N.)
(SE ASIGNARÁ AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO)							
SUBTOTAL MÁXIMO OFERTADO DEL SERVICIO							
I.V.A.							
TOTAL							

NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO

* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN

Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

Representante Legal de la Empresa _____
Nombre _____

Firma _____

En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.



2023
Francisco
VILA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023
Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Y DEBE DECIR:

Anexo No. 9
Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

PROPOSICIÓN ECONÓMICA	
PARTIDA 6	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE GASES MEDICINALES DE OXIGENO, AIRE y VACÍO.	
Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:	Fecha
N° de Licitación	R.F.C.
Nombre o razón social del licitante:	

CÓDIGO DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	Unidad de medida	Precio unitario	Total mínimo de mantenimientos.	Total máximo de mantenimientos.	Importe mínimo ofertado	Importe máximo ofertado
	Mantenimiento Preventivo						
	Mantenimiento Correctivo						
SUBTOTAL							
IVA							
COSTO TOTAL OFERTADO							

NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO.
* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO
* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN

Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

Representante Legal de la Empresa _____
Nombre _____
Firma _____

En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.
La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.

➤ **Precisión3.-Anexo No. 9 Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente**

Se informa a los licitantes que para todos los Anexos N° 9 de Proposición Económica que remitan en formato PDF, en el parámetro de la Plataforma Compranet:

28	DOCUMENTO 04-A DOCUMENTACION ECONOMICA	ANEXO NO. 9, PROPOSICIÓN ECONOMICA DEL / LOS SERVICIOS QUE OFERTE
----	---	--



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023
Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Deberán realizar el desglose en sendas filas de los mantenimientos preventivos y de los mantenimientos correctivos e integrar los costos subtotales y totales, de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	Unidad de medida	Precio unitario	Total mínimo de mantenimientos.	Total máximo de mantenimientos.	Importe mínimo ofertado	Importe máximo ofertado
	Mantenimiento Preventivo						
	Mantenimiento Correctivo						
SUBTOTAL							
IVA							
COSTO TOTAL OFERTADO							

Por lo que, en los parámetros económicos capturados en Compranet, deberán ser la suma de ambos conceptos. -----

Acto seguido, se procede a enviar las solicitudes de aclaración a la Convocatoria a la Licitación presentadas en tiempo y forma por los interesados a través del Sistema CompraNet, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación. -----

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	GERMAN COSME GONZALEZ	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO	¿EL NOMBRE DEL PRESENTE PROCESO ADQUISITIVO, ES PONER LAS 6 PARTIDAS?	ADMINISTRATIVA: LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN COLOCAR COMO NOMBRE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO "PARA LA CONTRATACIÓN PARA 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS".
2	GERMAN COSME GONZALEZ	SECCIÓN VI - PÁGINA 46 -	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES - DOCUMENTO 02 (TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS) - SOLICITAN EL ANEXO 3 - MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR - PÁGINA 70. ¿DICHOS ANEXOS 3 SE PUEDEN MODIFICAR Y/O ADECUAR CUANDO EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA?	ADMINISTRATIVA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ADECUAR DICHO FORMATO EN CASO DE SER PERSONAS FÍSICAS.
3	GERMAN COSME GONZALEZ	PUNTOS Y PORCENTAJES	¿LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE DEBEN DE SUBIR POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE SE PARTICIPE?	ADMINISTRATIVA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	GERMAN COSME GONZALEZ	TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES - PÁGINA 155	PARTIDA 2 - SUB-RUBRO 2B) ESPECIALIDAD, SOLICITAN: "2B) ESPECIALIDAD (EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR POR LO MENOS 3 CONTRATOS EN LOS CUALES DEMUESTRE QUE HA PRESTADO A OTRAS INSTITUCIONES EL SERVICIO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EN VOLUMEN A LOS EQUIPOS OBJETO DE LA PRESENTE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO TÉCNICO "SUB-RUBRO 2B) ESPECIALIDAD, SOLICITAN: "2B) ESPECIALIDAD (EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR POR LO MENOS 3 CONTRATOS EN LOS





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			CONTRATACIÓN " Y LA PLATAFORMA DE COMPRANET, EN EL PARÁMETRO 6) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.- SUB RUBRO 2 B) SOLICITAN: "PRESENTAR FIANZA GARANTÍA, CARTAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CURRÍCULUM VITAE CON UNA DESCRIPCIÓN DE SUS PRINCIPALES CLIENTES ACTUALES Y QUE DEMUESTRE QUE HA PRESTADO A OTRAS INSTITUCIONES EL SERVICIO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EN VOLUMEN A LOS EQUIPOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN 2 PUNTOS POR CADA FIANZA GARANTÍA QUE PRESENTE" - POR LO ANTERIOR SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SE DEBE DE SUBIR EN ESTE PARÁMETRO	CUALES DEMUESTRE QUE HA PRESTADO A OTRAS INSTITUCIONES EL SERVICIO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EN VOLUMEN A LOS EQUIPOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN" HACER CASO OMISO AL PARAMETRO 6 DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET
5	GERMAN COSME GONZALEZ	SECCION III - PÁGINA 22 QUINTO PÁRRAFO	PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, ES NECESARIO AGREGAR EN EL ANEXO 9 - PÁGINAS 84 Y 85 LA COLUMNAS DEL NÚMERO DE SERVICIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS, PARA QUE DICHO ANEXO COINCIDA CON LO SOLICITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ADMINISTRATIVA: LOS ANEXOS 9 DE LAS PÁGINAS 84 Y 85, YA INCLUYEN LAS COLUMNAS DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS.
6	GERMAN COSME GONZALEZ	PÁGINA 46 - SECCIÓN VI -	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES - DOCUMENTO 01 (OBLIGATORIO) - SOLICITAN EL ANEXO NO. 4 - ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE - PÁGINA 71. ¿DICHO ANEXO 4 SE PUEDE MODIFICAR Y/O ADECUAR CUANDO EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA?	ADMINISTRATIVA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN ADECUAR DICHO FORMATO EN CASO DE SER PERSONAS FÍSICAS.
7	GERMAN COSME GONZALEZ	SECCIÓN VI - PÁGINA 52	DOCUMENTOS Y DATOS QE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES - DOCUMENTO 5 - SE SOLICITA LO SIGUIENTE: "EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DEL ACUSE QUE EMITE EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN LA PLATAFORMA PROCURA, EN DONDE SE PLASMA EL REGISTRO EXITOSO DE LA EMPRESA EN DICHO MÓDULO. LO ANTERIOR, PARA QUE EL LICITANTE QUE, DE SER EL CASO, RESULTE ADJUDICADO, SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE CELEBRAR UN INSTRUMENTO JURÍDICO CON ESTA UNIDAD HOSPITALARIA". PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SE PUEDE AGREGAR LA CAPTURA DE PANTALLA (DONDE SE COMPROBUEA QUE ESTAMOS DADOS DE ALTA EN LA MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE	ADMINISTRATIVA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			INSTRUMENTOS JURIDICOS TODA VEZ QUE EL SISTEMA COMPRANET NO ARROJA NINGÚN ACUSE. ¿SE ACEPTA? EN CASO CONTRARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PROCEDIMIENTO SE DEBE DE SEGUIR PARA GENERAR DICHO ACUSE O ¿EN SU CASO PODRÁ LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS EL RESULTADO DE SU BÚSQUEDA EN LA "PROCURA MÉXICO" DE QUE EFECTIVAMENTE ESTAMOS INSCRITOS EN DICHO MÓDULO?	
8	GERMAN COSME GONZALEZ	PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO CAPACIDAD DE LICITANTE. SUBRUBROS 1A) Y 2A)	¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PUEDEN SER LOS MISMOS TÉCNICOS Y EL INGENIERO DE SERVICIO PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 2 Y 3?	NO SE ACEPTA, CADA PARTIDA DEBE DE TENER SUS PROPIOS INGENIERO Y TÉCNICO RESPONSABLES
9	GERMAN COSME GONZALEZ	PUNTOS Y PORCENTAJES - PÁGINA 148	PARTIDA 2 ... ELEVADORES OTIS - EN LA PÁGINA 154 - DICE: CONTRATACIÓN ... A 05 ELEVADORES, MARCA KONE - DEBE DECIR: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA OTIS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
10	GERMAN COSME GONZALEZ	TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES - PÁGINA 156	PARTIDA 2 - SUB-RUBRO 4B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, SOLICITAN: "4B) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE PARA LA SUPERVISION DE LOS MANTENIMIENTOS" Y EN LA PLATAFORMA COMPRANET APARTADO TÉCNICO - PARÁMETRO 10 - 4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - SUB RUBRO 4 B), SOLICITAN "4B) CARTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN (1 PUNTO) - POR LO ANTERIOR SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SE DEBE DE SUBIR EN ESTE PARÁMETRO	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO TECNICO "SUB-RUBRO 4B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, SOLICITAN: "4B) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE PARA LA SUPERVISION DE LOS MANTENIMIENTOS" HACER CASO OMISO AL PARAMETRO 10 DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET
11	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	SE ACEPTA OFERTAR 1 TECNICO TÉCNICOS DENTRO DEL INSTITUCIÓN	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES
12	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	SE ACEPTA OFERTAR 1 TECNICO TÉCNICOS DENTRO DEL INSTITUCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS Y SÁBADOS EN CASO DE EVENTUALIDADES?	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023
Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
13	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN CASO DE SER NEGATIVO, SE ENTIENDE QUE EN ESTE HORARIO ABRA PERSONAL DEL HOSPITAL EN SÁBADOS PARA PODER REPORTAR CUALQUIER EVENTUALIDAD?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
14	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN CASO DE SER NEGATIVO, SE ENTIENDE QUE EN ESTE HORARIO ABRA PERSONAL DEL HOSPITAL HASTA LAS 5 PM PARA PARA PODER REPORTAR CUALQUIER EVENTUALIDAD?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
15	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN EL ANEXO TÉCNICO DONDE PONEN "LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE:" SE ENTIENDE QUE SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR, SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS ACTUALMENTE TRABAJA Y CUENTA CON COMPRESOR EN BUEN ESTADO, CIERTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO SI LOS TECNICOS DE ESTE INSTITUTO (PERSONAL DEL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO) DETECTAN ALGUNA FALLA EN UNO DE LOS COMPRESORES Y SOLICITAN EL CAMBIO, SE TENDRA QUE HACER DE MANERA INMEDIATA YA QUE ELLOS SON LOS EXPERTOS Y ESTAN EN CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS
16	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN EL ANEXO TÉCNICO DONDE PONEN "LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE:" SE ENTIENDE QUE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SE ENTIENDE QUE EL SUMINISTRO DEL COMPRESOR, BALEROS, RODAMIENTOS, CONTACTORES, MANOMETROS, TERMÓMETROS, TERMOSTATOS, POLEAS, SENSORES, TRANSFORMADORES, TARJETAS MADRE ES EN CASO DE QUE SE DAÑE, CIERTO?	SI LOS TECNICOS DE ESTE INSTITUTO (PERSONAL DEL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO) DETECTAN CUALQUIER FALLA EN ALGUNO DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y SOLICITAN EL CAMBIO DE ALGUNA DE ESTAS REFACCIONES SE TENDRA QUE HACER, EL CAMBIO DE MANERA INMEDIATA YA QUE ELLOS SON LOS EXPERTOS Y ESTAN EN CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS, NO ES ACONSIDERACIÓN NI A JUCIO DEL LICITANTE GANADOR
17	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN EL ANEXO TÉCNICO DONDE PONEN "LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE:" SE ENTIENDE QUE SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO CUENTA CON COMPRESOR EN BUEN ESTADO, CIERTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO COMO SON EQUIPOS QUE TRABAJAN POR TIEMPOS MUY PROLONGADOS LOS COMPRESORES COMIENZAN A FALLAR Y ES NECESARIO SU REMPLAZO DE MANERA INMEDIATA PARA QUE EL EQUIPOS MEDICOS FUNCIONE CORRECTAMENTE
18	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA EL PUNTO DONDE PONEN "SUMINISTRO Y CAMBIO DE UNIDAD DE VENTANA 2 TON BIOTERIO YA QUE TIENE MÁS DE 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL Y SUS REFACCIONES YA NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO", SE ENTIENDE QUE SE TIENE QUE PONER UN EQUIPO NUEVO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
19	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	RESPECTO AL PUNTO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 MOTORES CONDENSADORES PARA PAQUETES" NOS PODRÍAN DECIR DE QUE ÁREA Y DE QUE TAMAÑO?	SE ENCUENTRAN EN EL AUDITORIO, RADIOTERAPIA, NEUROCIENCIAS, ULTRASONIDO Y TOMOGRAFO Y SON DE 1/2 HP, 1/4 HP Y 1 HP
20	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	NOS PODRÍAN ACLARAR SI "SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS A TODOS LOS EQUIPOS Y DEJAR UN JUEGO DE RESPALDO PARA CADA EQUIPO" NOSOTROS TENDREMOS EL JUEGO DE RESPALDO DE BANDAS O SE LES TIENE QUE ENTREGAR A USTEDES?	EL JUEGO DE RESPALDO SE LE DEBERA ENTREGAR AL PERSONAL DEL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE INSTITUTO POR CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUDIERA SURGIR
21	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA EL PUNTO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES DE ENDOSCOPIA, CIRUGÍA GENERAL, CLASIFICACIÓN Y TERAPIA DE RECUPERACIÓN, PEDIATRÍA 1 Y 2 (CON CAMBIO DE FILTROS)" NOS PODRÍAN INDICAR EL CAMBIO DE FILTROS CADA CUANDO SE TIENE QUE HACER EL CAMBIO?	ESTOS EQUIPOS TRABAJAN LAS 24 HORAS DEL DIA Y EL CAMBIO DE FILTROS SE DEBE DE REALIZAR 3 VECES AL AÑO
22	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	NOS PODRÍAN DEFINIR EL ALCANCE DE "REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DUCTERIA DE QUIRÓFANOS ", PARA PODER COTIZAR?	LA REPARACIÓN COMPRENDE DE 10 MTS DE DUCTERIA DE 40X40
23	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	SE ENTIENDE QUE "SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR DE 10 HP PARA BANCO DE LECHE A 440V" SE DEBE CAMBIAR SI SE DAÑA O EL EQUIPO NO ESTA EN USO?	EL MOTOR CON EL QUE SE CUENTA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO PERO YA SOBRE PASO SU VIDA UTIL, COMO LO PUDIERON CONSTATAR EN LA VISITA QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE MARZO
24	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ENFRIADOR DE LÍQUIDO TIPO SCHILLER MOD. 30GT-080-500KA (DOS IGUALES) EDIFICIO FEDERICO GÓMEZ, DONDE SOLICITAN CONSIDERAR 2 COMPRESORES DE 30 Y 40 TONELADAS PARA RESPALDO, SE ENTIENDE QUE SE DEBEN CAMBIAR SI FALLAN, CIERTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, POR LO CUAL SE SOLICITA QUE LOS TENGAN DE MANERA INMEDIATA POR SI LLEGARAN A FALLAR ALGUNO YA QUE ESTOS COMPRESORES SON INDISPENSABLE PARA EL AREA DE QUIROFANOS Y TERAPIAS
25	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TRANE (SCHILLER) UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA (DOS EQUIPOS IGUALES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE 80 TONELADAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TODOS SUS COMPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NOS PODRÍAN ACLARAR CUANTAS SCHILLES SON?	DOS EQUIPOS (2)
26	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TRANE (SCHILLER) UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA (DOS EQUIPOS IGUALES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE 80 TONELADAS. SUMINISTRO Y	FUNCIONA SOLO UNA Y LA OTRA SE ENCUENTRA AL 50%



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			COLOCACIÓN TODOS SUS COMPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NOS PODRÍAN ACLARAR SI AMBAS SCHILLERS FUNCIONAN?	
27	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TRANE (SCHILLER) UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA (DOS EQUIPOS IGUALES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE 80 TONELADAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TODOS SUS COMPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN CASO DE NO FUNCIONAR NOS PODRÍAN DECIR SI TIENE TODAS SUS PARTES?	CUENTA CON TODAS SUS PARTES POR LO CUAL SE SOLICITA QUE SE REPARE EL OTRO 50%
28	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO UMA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA NOS PODRÍAN DECIR CADA CUANDO SE DEBEN CAMBIAR LOS FILTROS?	CADA 3 MESES
29	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO UMA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA NOS PODRÍAN DECIR SI PARA "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O CAMBIO DE MOTOR DE 4 HP, 460 V DE SER NECESARIO " FUNCIONA EL MOTOR?	EL MOTOR SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
30	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	RESPECTO AL "EQUIPO DE TOMOGRAFÍA" NOS PODRÍAN ACLARAR SI "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EXISTENTE PARA RESPALDO DE LOS MINI SPLIT ", SE REFIEREN AL EQUIPO EXISTENTE SI ES UN MINISPLIT O UNA UMA Y NOS PUEDEN ACLARAR SI FUNCIONA?	ES UN PAQUETE Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
31	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	NOS PODRÍAN DECIR RESPECTO AL PUNTO "INCLUIR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO CON VALOR CURRICULAR (DC3)" QUE CURSO ES EL QUE DESEAN Y PARA CUANTAS PERSONAS?	CURSO DE AIRE ACONDICIONADO PARA 4 PERSONAS
32	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	LOS EQUIPOS QUE NO ESTÁN EN USO, SE DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS REFACCIONES PARA ECHARLOS A ANDAR?	SI SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TECNICO SE DEBEN DE CONSIDERAR
33	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE INDICAR CUALES	SI SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TECNICO SE DEBEN DE CONSIDERAR
34	ELECTROHM SERVICIOS SA DE CV	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA ¿SE DEBEN REEMPLAZAR TODAS LAS BATERIAS DE AMBAS PLANTAS DE EMERGENCIA?, FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE CONSIDERAR EN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO EL REEMPLAZO DE TODAS LAS BATERIAS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBEN DE REMPLAZAR TODAS LAS BATERIAS Y DEJAR EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO LAS USADAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
35	ELECTROHM SERVICIOS SA DE CV	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA REALIZAR EL CALCULO DE LA CARGA DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA PARA HACER LAS PRUEBAS CON CARGA, SE TOMARÁN LOS VALORES NOMINALES DE LA PLACA DE DATOS DE CADA GENERADOR O SERÁ NECESARIO INSTALAR ANALIZADORES DE REDES PARA DETERMINAR LA CARGA REAL DE CADA PLANTA Y SOBRE ESE ESTUDIO SE REALIZAN LAS PRUEBAS CON CARGA? FAVOR DE ACLARAR SI SE REQUIERE CONTEMPLAR EL ESTUDIO DE CARGAS PARA CADA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA PROPUESTA ECONOMICA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBE DE INSTALAR EL ANALIZADOR DE REDES PARA DETERMINAR DATOS REALES DE CADA PLANTA DE EMERGENCIA
36	ELECTROHM SERVICIOS SA DE CV	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA EL MANTENIMIENTO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, ¿SE DEBE CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL CUARTO DE LA ACOMETIDA DE CFE?, YA QUE NO LO ESPECIFICAN EN EL ALCANCE TECNICO Y DEBEMOS CONSIDERARLO EN NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBE CONSIDERAR YA QUE ES PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE SALUD TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL ANEXO TECNICO
37	ELECTROHM SERVICIOS SA DE CV	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS BANCOS DE CAPACITORES, ¿SE CUENTA CON UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA PARA DETERMINAR SI LOS BANCOS DE CAPACITORES CUBREN CON EL TOTAL DE LA POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA INSTALADA DEL HOSPITAL? O ¿SE DEBE CONSIDERAR UN ESTUDIO POR CADA UNO DE LOS BANCOS DE CAPACITORES POR UN PERIODO DE 24 HORAS CONTINUAS DURANTE 7 DIAS?, FAVOR DE ACLARAR PARA CONSIDERARLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.	NO SE CUENTA CON UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA PARA DETERMINAR SI LOS BANCOS DE CAPACITORES CUBREN CON EL TOTAL DE LA POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA INSTALADA DEL HOSPITAL, PERO PUEDE HACER MEJORAS TAL Y COMO SE SOLICITA EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN EL RUBRO 3B) PLAN DE TRABAJO
38	ELECTROHM SERVICIOS SA DE CV	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA REALIZAR LA LOCALIZACION FISICA DE LOS REGISTROS DE ELECTRODOS PARA LA PUESTA A TIERRA, ¿EL HOSPITAL CUENTA CON UN PLANO DEL SISTEMA DE TIERRAS ACTUALIZADO? O ¿DEBEMOS CONSIDERAR LA ELABORACION DE UN PLANO CONFORME A LOS PUNTOS ENCONTRADOS?. FAVOR DE ESPECIFICARLO PARA QUE SE CONSIDERE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.	NO SE CUENTA CON UN PLANO DEL SISTEMA DE TIERRAS ACTUALIZADO PERO PUEDE HACER MEJORAS TAL Y COMO SE SOLICITA EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN EL RUBRO 3B) PLAN DE TRABAJO
39	ELECTROHM SERVICIOS SA DE CV	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	EN EL LISTADO DE LOS TRANSFORMADORES DEL SOTANO 1, SE CONSIDERARÁ REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RELACION DE TRANSFORMACIÓN PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS?, FAVOR DE ESPECIFICARLO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO ESTE ESTUDIO ES PARA TODOS LOS TRASFORMADORES

Se informa que a las 10:30Hrs (Horario del sistema CompraNet) se enviaron a los licitantes participantes las solicitudes de aclaración que se recibieron en tiempo y forma, con las respuestas, por lo cual a partir de este momento los licitantes cuentan



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional


Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

con un plazo máximo de SEIS (6) horas para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas.

Se comunica a los licitantes a través de la plataforma CompraNet que se verificará a las 16:30 horas en la citada plataforma, si se remitieron preguntas a las respuestas emitidas, por lo que se solicita la asistencia de los servidores públicos presentes en esta sede, a la hora indicada.

Acto seguido, se procede a enviar las solicitudes de aclaración a la Convocatoria a la Licitación presentadas en tiempo y forma por los interesados a través del Sistema CompraNet, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación.



ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES MITOS inicio.pdf	17/03/2023 10:12	
2	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			

[← Regresar](#)

Siendo las 16:30 horas del mismo día que inició el presente acto, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de continuar con el acto se comunica que durante el lapso otorgado a los participantes se recibieron replanteamientos a las respuestas otorgadas, de la Persona Física GERMÁN COSME GONZALEZ como se muestra a continuación.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Listado de Repreguntas

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envío
1	GERMAN COSME GONZALEZ	RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA NO. 8	SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA PRESENTAR LA CÉDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO DE LOS INGENIEROS RESPONSABLES EN INGENIERÍAS AFINES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	17/03/2023 13:55
2	GERMAN COSME GONZALEZ	PRECISION 2 - PÁGINAS 4 Y 5 - ANEXO NO. 9 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA	¿DICHA PRECISIÓN SÓLO APLICA PARA LA PARTIDA 6?	17/03/2023 13:55
3	GERMAN COSME GONZALEZ	RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 10	¿EL INGENIERO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS ¿PUEDE SER EL MISMO QUE SE SOLICITA EN EL RUBRO 1) CAPACIDAD DEL LICITANTE (INCISO A)?	17/03/2023 13:55
4	GERMAN COSME GONZALEZ	PRECISION 3 - PÁGINAS 5 Y 6	SEGÚN LA CONVOCATORIA, PARA LAS PARTIDAS 2 Y 3, SE ESTABLECE QUE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBEN DE ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. EN EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (POR PARTIDA) ¿SE DEBE DE PONER \$0.00?. O ¿SE DEBEN DE COTIZAR LOS CORRECTIVOS INDEPENDIENTEMENTE DEL COSTO DE LOS PREVENTIVOS? O ¿PARA DICHAS PARTIDAS SE ELIMINA EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO?	17/03/2023 13:55

4 registro(s) encontrado(s)

NÚM.	LICITANTE	PREGUNTA DE REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GERMAN COSME GONZALEZ	RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA NO. 8	SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA PRESENTAR LA CÉDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO DE LOS INGENIEROS RESPONSABLES EN INGENIERÍAS AFINES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES
2	GERMAN COSME GONZALEZ	PRECISION 2 - PÁGINAS 4 Y 5 - ANEXO NO. 9 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA	¿DICHA PRECISIÓN SÓLO APLICA PARA LA PARTIDA 6?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	GERMAN COSME GONZALEZ	RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 10	¿EL INGENIERO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS ¿PUEDE SER EL MISMO QUE SE SOLICITA EN EL RUBRO 1) CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO A)?	SE ACEPTA
4	GERMAN COSME GONZALEZ	PRECISION 3 - PÁGINAS 5 Y 6	SEGÚN LA CONVOCATORIA, PARA LAS PARTIDAS 2 Y 3, SE ESTABLECE QUE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBEN DE ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. EN EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (POR PARTIDA) ¿SE DEBE DE PONER \$0.00?. O ¿SE DEBEN DE COTIZAR LOS CORRECTIVOS INDEPENDIENTEMENTE DEL COSTO DE LOS PREVENTIVOS? O	ES CORRECTO, EL SERVICIO INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE DEBERÁ LLENAR EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MÍNIMOS Y





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

NÚM.	LICITANTE	PREGUNTA DE REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			¿PARA DICHAS PARTIDAS SE ELIMINA EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO?	

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 bis de la Ley, en este acto se les recuerda el calendario de los eventos subsecuentes de la presente convocatoria a la licitación, que a continuación se detalla: -----

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Propositiones	24 de marzo de 2023	09:30 hrs en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales
Comunicación y entrega del Fallo	31 de marzo de 2023	16:00 hrs en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales

Nota: los eventos se realizarán sin la presencia de los licitantes participantes. -----

De conformidad con el Artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación. -----

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en los términos del Artículo 37 bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>, para efectos de su notificación, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes participantes, enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos en el Departamento de Compras Gubernamentales Generales ubicado en el segundo piso del edificio Arturo Mundet, en calle Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. Un ejemplar del acta por un término no menor a 5 días hábiles. -----

Después de dar lectura a la presente acta y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 17:15 horas del día 17 del mes de marzo del año 2023. -----

Esta acta consta de dieciséis (16) hojas firmadas para los efectos legales de conformidad por los asistentes a este acto quienes recibirán copia de la misma de manera electrónica y /o en papel a través del oficio correspondiente. -----
Asimismo, se anexan a la presente 6 hojas de las preguntas y 1 hoja con las repreguntas recibidas en tiempo y forma que forman parte de la presente acta. -----

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Juan Antonio Gama Gómez	Subdirección de Recursos Materiales	





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional

Número de procedimiento generado por CompraNet LA-12-NBG-012NBG001-N-10-2023

Para la Contratación para 6 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Lic. Leonith Desireé Castillo García	Departamento de Compras Gubernamentales Generales	
C.P. Tania Peña Barrios	Departamento de Compras Gubernamentales Generales	
C. María Amelia Zarate Martínez	Departamento de Mantenimiento	
Lic. Berenice Neri Balderrama	Departamento de Asuntos Jurídicos	

Por el Órgano Interno de Control

Lic. Irad Octavio Reza Rodríguez	Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	
Lcda. Nohemi Virginia Lisjuan Mena	Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	

-----FIN DEL ACTA-----

Completar

✓

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
250759	GERMAN COSME GONZALEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	SECCION III - PÁGINA 22 QUINTO PÁRRAFO	PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, ES NECESARIO AGREGAR EN EL ANEXO 9 - PÁGINAS 84 Y 85 LA COLUMNAS DEL NÚMERO DE SERVICIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS, PARA QUE DICHO ANEXO COINCIDA CON LO SOLICITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
250760	GERMAN COSME GONZALEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PÁGINA 46 - SECCIÓN VI -	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES - DOCUMENTO 01 (OBLIGATORIO) - SOLICITAN EL ANEXO NO. 4 - ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE - PÁGINA 71. ¿DICHO ANEXO 4 SE PUEDE MODIFICAR Y/O ADECUAR CUANDO EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA?	
250761	GERMAN COSME GONZALEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	SECCIÓN VI - PÁGINA 52	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES - DOCUMENTO 5 - SE SOLICITA LO SIGUIENTE: "EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DEL ACUSE QUE EMITE EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN LA PLATAFORMA PROCURA, EN DONDE SE PLASMA EL REGISTRO EXITOSO DE LA EMPRESA EN DICHO MÓDULO. LO ANTERIOR, PARA QUE EL LICITANTE QUE, DE SER EL CASO, RESULTE ADJUDICADO, SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE CELEBRAR UN INSTRUMENTO JURÍDICO CON ESTA UNIDAD HOSPITALARIA". PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SE PUEDE AGREGAR LA CAPTURA DE PANTALLA (DONDE SE COMPROBABA QUE ESTAMOS DADOS DE ALTA EN LA MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS TODA VEZ QUE EL SISTEMA COMPRANET NO ARROJA NINGÚN ACUSE. ¿SE ACEPTA? EN CASO CONTRARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PROCEDIMIENTO SE DEBE DE SEGUIR PARA GENERAR DICHO ACUSE O ¿EN SU CASO PODRÁ LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS EL RESULTADO DE SU BÚSQUEDA EN LA "PROCURA MÉXICO" DE QUE EFECTIVAMENTE ESTAMOS INSCRITOS EN DICHO MÓDULO?	
250762	GERMAN COSME GONZALEZ	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO CAPACIDAD DE LICITANTE. SUBRUBROS 1A) Y 2A)	¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PUEDEN SER LOS MISMOS TÉCNICOS Y EL INGENIERO DE SERVICIO PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 2 Y 3?	

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
250763	GERMAN COSME GONZALEZ	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES - PÁGINA 148	PARTIDA 2 ... ELEVADORES OTIS - EN LA PÁGINA 154 - DICE: CONTRATACIÓN ... A 05 ELEVADORES, MARCA KONE - DEBE DECIR: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA OTIS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
250764	GERMAN COSME GONZALEZ	TÉCNICO	TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES - PÁGINA 156	PARTIDA 2 - SUB-RUBRO 4B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, SOLICITAN: "4B) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS" Y EN LA PLATAFORMA COMPRANET APARTADO TÉCNICO - PARÁMETRO 10 - 4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - SUB RUBRO 4 B), SOLICITAN "4B) CARTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN (1 PUNTO) - POR LO ANTERIOR SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SE DEBE DE SUBIR EN ESTE PARÁMETRO	
254138	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	SE ACEPTA OFERTAR 1 TECNICO TÉCNICOS DENTRO DEL INSTITUCIÓN	
254139	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	SE ACEPTA OFERTAR 1 TECNICO TÉCNICOS DENTRO DEL INSTITUCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS Y SÁBADOS EN CASO DE EVENTUALIDADES?	
254140	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN CASO DE SER NEGATIVO, SE ENTIENDE QUE EN ESTE HORARIO ABRA PERSONAL DEL HOSPITAL EN SÁBADOS PARA PODER REPORTAR CUALQUIER EVENTUALIDAD?	
254141	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN CASO DE SER NEGATIVO, SE ENTIENDE QUE EN ESTE HORARIO ABRA PERSONAL DEL HOSPITAL HASTA LAS 5 PM PARA PARA PODER REPORTAR CUALQUIER EVENTUALIDAD?	
254142	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN EL ANEXO TÉCNICO DONDE PONEN "LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE." SE ENTIENDE QUE SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR, SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS ACTUALMENTE TRABAJA Y CUENTA CON COMPRESOR EN BUEN ESTADO, CIERTO?	











ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
254143	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN EL ANEXO TÉCNICO DONDE PONEN "LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE:" SE ENTIENDE QUE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SE ENTIENDE QUE EL SUMINISTRO DEL COMPRESOR, BALEROS, RODAMIENTOS, CONTACTORES, MANOMETROS, TERMÓMETROS, TERMOSTATOS, POLEAS, SENSORES, TRANSFORMADORES, TARJETAS MADRE ES EN CASO DE QUE SE DAÑE, CIERTO?	
254144	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN EL ANEXO TÉCNICO DONDE PONEN "LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE:" SE ENTIENDE QUE SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO CUENTA CON COMPRESOR EN BUEN ESTADO, CIERTO?	
254145	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA EL PUNTO DONDE PONEN "SUMINISTRO Y CAMBIO DE UNIDAD DE VENTANA 2 TON BIOTERIO YA QUE TIENE MÁS DE 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL Y SUS REFACCIONES YA NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO", SE ENTIENDE QUE SE TIENE QUE PONER UN EQUIPO NUEVO?	
254146	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	RESPECTO AL PUNTO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 MOTORES CONDENSADORES PARA PAQUETES" NOS PODRÍAN DECIR DE QUE ÁREA Y DE QUE TAMAÑO?	
254147	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	NOS PODRÍAN ACLARAR SI "SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS A TODOS LOS EQUIPOS Y DEJAR UN JUEGO DE RESPALDO PARA CADA EQUIPO" NOSOTROS TENDREMOS EL JUEGO DE RESPALDO DE BANDAS O SE LES TIENE QUE ENTREGAR A USTEDES?	
254148	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA EL PUNTO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES DE ENDOSCOPIA, CIRUGÍA GENERAL, CLASIFICACIÓN Y TERAPIA DE RECUPERACIÓN, PEDIATRÍA 1 Y 2 (CON CAMBIO DE FILTROS)" NOS PODRÍAN INDICAR EL CAMBIO DE FILTROS CADA CUANDO SE TIENE QUE HACER EL CAMBIO?	
254149	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	NOS PODRÍAN DEFINIR EL ALCANCE DE "REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DUCTERIA DE QUIRÓFANOS ", PARA PODER COTIZAR?	
254150	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	SE ENTIENDE QUE "SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR DE 10 HP PARA BANCO DE LECHE A 440V" SE DEBE CAMBIAR SI SE DAÑA O EL EQUIPO NO ESTA EN USO?	
254151	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ENFRIADOR DE LÍQUIDO TIPO SCHILLER MOD. 30GT-080-500KA (DOS IGUALES) EDIFICIO FEDERICO GÓMEZ, DONDE SOLICITAN CONSIDERAR 2 COMPRESORES DE 30 Y 40 TONELADAS PARA RESPALDO, SE ENTIENDE QUE SE DEBEN CAMBIAR SI FALLAN, CIERTO?	

*

④

✓

in

λ

ID	licitante	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
254152	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TRANE (SCHILLER) UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA (DOS EQUIPOS IGUALES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE 80 TONELADAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TODOS SUS COMPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NOS PODRÍAN ACLARAR CUANTAS SCHILLERS SON?	
254153	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TRANE (SCHILLER) UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA (DOS EQUIPOS IGUALES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE 80 TONELADAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TODOS SUS COMPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NOS PODRÍAN ACLARAR SI AMBAS SCHILLERS FUNCIONAN?	
254154	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TRANE (SCHILLER) UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA (DOS EQUIPOS IGUALES), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE 80 TONELADAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TODOS SUS COMPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN CASO DE NO FUNCIONAR NOS PODRÍAN DECIR SI TIENE TODAS SUS PARTES?	
254155	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO UMA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA NOS PODRÍAN DECIR CADA CUANDO SE DEBEN CAMBIAR LOS FILTROS?	
254156	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO UMA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA NOS PODRÍAN DECIR SI PARA "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O CAMBIO DE MOTOR DE 4 HP, 460 V DE SER NECESARIO " FUNCIONA EL MOTOR?	
254157	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	RESPECTO AL "EQUIPO DE TOMOGRAFÍA" NOS PODRÍAN ACLARAR SI "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EXISTENTE PARA RESPALDO DE LOS MINI SPLIT ", SE REFIEREN AL EQUIPO EXISTENTE SI ES UN MINISPLIT O UNA UMA Y NOS PUEDEN ACLARAR SI FUNCIONA?	
254158	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	NOS PODRÍAN DECIR RESPECTO AL PUNTO "INCLUIR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO CON VALOR CURRICULAR (DC3)" QUE CURSO ES EL QUE DESEAN Y PARA CUANTAS PERSONAS?	
254159	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	LOS EQUIPOS QUE NO ESTÁN EN USO, SE DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS REFACCIONES PARA ECHARLOS A ANDAR?	
254160	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 4	EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE INDICAR CUALES	

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'N' at the top right, a signature 'T. 24' on the far right, and several initials and marks on the bottom right.

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
254620	ELECTROHIM SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA ¿SE DEBEN REEMPLAZAR TODAS LAS BATERIAS DE AMBAS PLANTAS DE EMERGENCIA?, FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE CONSIDERAR EN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO EL REEMPLAZO DE TODAS LAS BATERIAS.	
254621	ELECTROHIM SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA REALIZAR EL CALCULO DE LA CARGA DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA PARA HACER LAS PRUEBAS CON CARGA, SE TOMARÁN LOS VALORES NOMINALES DE LA PLACA DE DATOS DE CADA GENERADOR O SERÁ NECESARIO INSTALAR ANALIZADORES DE REDES PARA DETERMINAR LA CARGA REAL DE CADA PLANTA Y SOBRE ESE ESTUDIO SE REALIZAN LAS PRUEBAS CON CARGA? FAVOR DE ACLARAR SI SE REQUIERE CONTEMPLAR EL ESTUDIO DE CARGAS PARA CADA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA PROPUESTA ECONOMICA.	
254622	ELECTROHIM SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA EL MANTENIMIENTO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, ¿SE DEBE CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL CUARTO DE LA ACOMETIDA DE CFE?, YA QUE NO LO ESPECIFICAN EN EL ALCANCE TECNICO Y DEBEMOS CONSIDERARLO EN NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. FAVOR DE ACLARAR.	
254623	ELECTROHIM SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS BANCOS DE CAPACITORES, ¿SE CUENTA CON UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA PARA DETERMINAR SI LOS BANCOS DE CAPACITORES CUBREN CON EL TOTAL DE LA POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA INSTALADA DEL HOSPITAL? O ¿SE DEBE CONSIDERAR UN ESTUDIO POR CADA UNO DE LOS BANCOS DE CAPACITORES POR UN PERIODO DE 24 HORAS CONTINUAS DURANTE 7 DIAS?, FAVOR DE ACLARAR PARA CONSIDERARLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.	
254624	ELECTROHIM SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	PARA REALIZAR LA LOCALIZACION FISICA DE LOS REGISTROS DE ELECTRODOS PARA LA PUESTA A TIERRA, ¿EL HOSPITAL CUENTA CON UN PLANO DEL SISTEMA DE TIERRAS ACTUALIZADO? O ¿DEBEMOS CONSIDERAR LA ELABORACION DE UN PLANO CONFORME A LOS PUNTOS ENCONTRADOS?. FAVOR DE ESPECIFICARLO PARA QUE SE CONSIDERE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.	
254676	ELECTROHIM SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO TECNICO	EN EL LISTADO DE LOS TRANSFORMADORES DEL SOTANO 1, SE CONSIDERARÁ REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RELACION DE TRANSFORMACIÓN PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS?, FAVOR DE ESPECIFICARLO	

Plantilla de carga masiva de repreguntas

No	Nombre o Razón Social de quien emite el	Indicar una referencia que permita identificar la pregunta	Deberá capturar la aclaración requerida a una respuesta	Respuesta a la
ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
6492	GERMAN COSME GONZALEZ	RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA NO. 8	SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA PRESENTAR LA CÉDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO DE LOS INGENIEROS RESPONSABLES EN INGENIERÍAS AFINES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	
6630	GERMAN COSME GONZALEZ	PRECISION 2 – PÁGINAS 4 Y 5 – ANEXO NO. 9 –PROPOSICIÓN ECONÓMICA	¿DICHA PRECISIÓN SÓLO APLICA PARA LA PARTIDA 6?	
6631	GERMAN COSME GONZALEZ	RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 10	¿EL INGENIERO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS ¿PUEDE SER EL MISMO QUE SE SOLICITA EN EL RUBRO 1) CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO A)?	
6632	GERMAN COSME GONZALEZ	PRECISION 3 – PÁGINAS 5 Y 6	SEGÚN LA CONVOCATORIA, PARA LAS PARTIDAS 2 Y 3, SE ESTABLECE QUE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBEN DE ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. EN EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (POR PARTIDA) ¿SE DEBE DE PONER \$0.00?. O ¿SE DEBEN DE COTIZAR LOS CORRECTIVOS INDEPENDIENTEMENTE DEL COSTO DE LOS PREVENTIVOS? O ¿PARA DICHAS PARTIDAS SE ELIMINA EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO?	







